

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocdds-b3wdp1-MD-1782376268671 din 25.06.2026										
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 28) REPETAT										
Cod CP V	N r . Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință	Beneficiar
331 000 00- 1	3	LOT NR.3- Dispozitiv de monitorizare a potențialelor evocate audiologice	LOT NR.3- Dispozitiv de monitorizare a potențialelor evocate audiologice	Eclipse cu EP25 (Clinical AEP) și ASSR (auditory steady state response)	Danemarca/ EU	Interacoustics A/S	Denumire Dispozitiv de monitorizare a potențialelor evocate audiologice Descriere Aparatele de monitorizare a potențialelor evocate BERA și ASSR sunt dispozitive medicale de diagnosticare electrofiziologică, utilizate pentru a măsura modul în care sistemul auditiv răspunde la sunete, fără a necesita participarea activă a pacientului Model Parametru Specificatia generala Amplasat pe troleu Da Potentiale evocate monitorizate Potențiale Evocate Auditiv de Trunchi Cerebral și Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Calculator Pentru preluare si arhivarea datelor Software Da, pentru operarea dispozitivului si arhivare a datelor Sistem de operare licentiat Da Modulului de monitorizare a Potențiale Evocate Auditiv de Trunchi Cerebral Numar de canale de inregistrare minim 2 Amplificare a semnalului colectat Da Raspunsul la frecvente 0.5 - 3 KHz Rata de rejecție pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare minim 1.5 Impedanta de intrare minim 10 Mohm Rata de stimulare 5 - 80 stimuli pe secunda Generare de zgomot alb pentru urechea netestata Da Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căști de insertie Casti externe, Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 20 -120 dB Polaritatea semnalului de stimulare Minim alternant Stimulare sonora generala Da Stimulare sonora generala cu sincronizare Da Stimulare sonora pe frecventa Da Stimulare sonora pe frecventa cu sincronizare Da Frecventa sunetului stimulant separat minim 500, 1000, 2000, 4000 Hz Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare minim 500,1000,2000și4000 Hz Posibilitate de ajustare a zgomotului alb la nivel absolut si relativ fata de sunetul de stimul Da Fereastra temporală de analiza -100 ms la 10 ms Rezoluția de conversie analog digitală minim 16 bit Frecvența de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz Ajustare filtrul trece jos a canalelor de inregistrare Da Ajustare filtrul trece sus a canalelor de inregistrare Da Posibilitati de ajustare Rata stimulului, polaritatea (alternant), intensitatea stimulului, urechea stimulată, tipul transductorului Modulului de monitorizare a Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Numar de canale de inregistrare minim 2 Factorul de amplificare a semnalului colectat minim 60 dB Raspunsul la frecvente 0.5 Hz - 4 kHz Rata de rejecție pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare Minim 1.5 Impedanta de intrare Minim 10 Mohm Rata de stimulare 40 sau 80/90 Hz Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căști de insertie Casti externe, Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 0 - 100 dB Stimulare sonora pe frecventa cu sincronizare Da Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Frecvența de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz	Denumire Dispozitiv de monitorizare a potențialelor evocate audiologice Descriere Aparatele de monitorizare a potențialelor evocate BERA și ASSR sunt dispozitive medicale de diagnosticare electrofiziologică, utilizate pentru a măsura modul în care sistemul auditiv răspunde la sunete, fără a necesita participarea activă a pacientului . AEP (Potențiale evocate auditive): O categorie generală care cuprinde toate răspunsurile electrice ale sistemului auditiv la sunet inclusiv și ABR (Răspunsul auditiv al trunchiului cerebral)/ BERA (Audiometrie cu răspuns evocat al trunchiului cerebral). Model Parametru Specificatia generala Amplasat pe troleu – da (Poate fi instalat atât pe o masă, cât și pe troleu) Potentiale evocate monitorizate Potențiale Evocate Auditiv de Trunchi Cerebral și Răspuns Auditiv în Stare Stabilă – da (TS p.1,3) Calculator Pentru preluare si arhivarea datelor – da Software Da, pentru operarea dispozitivului si arhivare a datelor – da Sistem de operare licentiat Da – da Modulului de monitorizare a Potențiale Evocate Auditiv de Trunchi Cerebral – da (BR p.1,3) Numar de canale de inregistrare minim 2 – da (TS p.7,13) Amplificare a semnalului colectat Da – da (TS p.3), (BR p.2) Raspunsul la frecvente 0.5 – 11.3kHz – da (TS p.7) Rata de rejecție pe mod comun - CMR Ratio Typical 120 dB – da (TS p.7) Tensiunea maximă de decalaj la intrare 2.5 V– da (TS p.7) Impedanta de intrare minim 10 Mohm – da (TS p.7) Rata de stimulare 0.1 to 80.1 stimuli pe secunda – da (TS p.7) Generare de zgomot alb pentru urechea netestata – da (TS p.7) Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căști de insertie – da (TS p.13) Casti externe – da (TS p.13), Vibrator osos – da (TS p.13) Intensitatea semnalului de stimulare 20 -135.5 dB – da (TS p.7) Polaritatea semnalului de stimulare Minim alternant – da (TS p.7) Stimulare sonora generala – da (TS p.7,8) Stimulare sonora generala cu sincronizare – da (TS p.7,8) Stimulare sonora pe frecventa – da (TS p.7,8) Stimulare sonora pe frecventa cu sincronizare – da (TS p.7,8) Frecvența sunetului stimulant separat 250,500,750,1000,1500,2000,3000,4000,6000,8000 Hz.– da (TS p.7) Frecvența sunetului stimulant separat cu sincronizare minim 500, 1000, 2000 și 4000 Hz – da (TS p.7,13) Posibilitate de ajustare a zgomotului alb la nivel absolut si relativ fata de sunetul de stimul – da (TS p.13) Fereastra temporală de analiza -150 ms prior to stimuli and up to 1050 ms – da (TS p.7) Rezoluția de conversie analog digitală minim 16 bit – da (TS p.7) Frecvența de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz – da (TS p.7) Ajustare filtrul trece jos a canalelor de inregistrare– da (TS p.8) Ajustare filtrul trece sus a canalelor de inregistrare – da (TS p.8) Posibilitati de ajustare Rata stimulului, polaritatea (alternant), intensitatea stimulului, urechea stimulată, tipul transductorului– da (TS p.7,8) Modulului de monitorizare a Răspuns Auditiv în Stare Stabilă ASSR- da (TS p.13) Numar de canale de inregistrare minim 2 - da (TS p.13) Factorul de amplificare a semnalului colectat 80 dB - da (TS p.13) Raspunsul la frecvente 0.5 Hz - 4 kHz - da (TS p.13) Rata de rejecție pe mod comun -CMR Ratio Typical 120 dB - da (TS p.13) Tensiunea maximă de decalaj la intrare 2.5 V– da (TS p.13) Impedanta de intrare Minim 10 Mohm– da (TS p.13) Rata de stimulare 40 sau 90 Hz – da (TS p.13) Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căști de insertie – da (TS p.13) Casti externe – da (TS p.13), Vibrator osos – da (TS p.13) Intensitatea semnalului de stimulare 0 - 100 dB – da (TS p.13) Stimulare sonora pe frecventa cu sincronizare Da – da (TS p.13) (CE-Chirp sincronizează) Frecvența sunetului stimulant separat cu sincronizare 500, 1000, 2000 și 4000 Hz – da (TS p.13) (CE-Chirp)		Institutul Mamei și Copilului - IM și C

							Posibilitati de ajustare Nivelul stimulului, protocoalele de testare Consumabile Dopuri de silicon de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti), Tuburi de rezerva 100 buc, Electrozi snap clip de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti), Pasta conductoare Pentru 300 de investigatii, Gel abraziv de curatare Pentru 300 de investigatii, Paduri alcoolizate Pentru 300 de investigatii, Casti adezive pentru nou nascuti Pentru 100 de investigatii	Frecventa de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz – da (TS p.13) Posibilitati de ajustare Nivelul stimulului, protocoalele de testare – da (TS p.13) Consumabile – da, Dopuri de silicon de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) – da, Tuburi de rezerva 100 buc– da Electrozi snap clip de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti)– da , Pasta conductoare Pentru 300 de investigatii– da Gel abraziv de curatare Pentru 300 de investigatii– da Paduri alcoolizate Pentru 300 de investigatii– da Casti adezive pentru nou nascuti Pentru 100 de investigatii– da TS - Technical Specifications, AI -Additional Information, BR - Brochure		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____Numele, Prenumele: Serghei Casminin În calitate de: Administrator Ofertantul: SC Medica SRL Adresa: Chisinau, str. Alecu Russo 9/3 Nr.143