

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1610526667942	Data: 22.04.2021	Alternativa nr.: -
Denumirea LP:	Achiziționarea Echipamentelor de protecție LISTA DE BAZĂ pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021	Lot: 5	Pagina: 1 din 1

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Respiratoare	MX-2005	China	Jinhua Meixin	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă. Capacitatea de filtrare min. 94% (de ex. N95/N99/ N100FFP2/FFP3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipește de gură (de exemplu nas de rată, cu cupă, ș.a). De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: Europe (EN 149) sau USA (NIOSH CFR PART 84) sau echivalentul acestora cu prezentarea actelor confirmative.	Dispozitiv medical cu filtru de particule respirator FFP2 model MX-2005 , fără valvă. Capacitatea de filtrare 96% Respirabilitate bună. Cu formă fixă de cupă și design care nu se lipește de gură. De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Corespunde standardelor internaționale recomandate de OMS: Europe EN 149. Sunt atasate actele confirmative. Este atasata fotografia, specificatia tehnica. Mostrele vor fi prezentate conform solicitării în număr de 2 unități după deschiderea ofertelor, nu mai târziu de 24 ore de la ora deschiderii ofertelor.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL, mun.Chisinau, str.N. Testemiteanu 11-59

