

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708500414510 din 26 febr 2024, 9:00 - 29 febr 2024, 10:00

Obiectul achiziției: Accesorii p-u Serviciul Radiografie Intervențională

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
33140 000-3	2. Șort tip vestă+fustă pentru protecție radiologică	art.402/347 + art.318/503	Turcia	Aktif	Șort tip vestă+fustă din material + cauciuc cu plumb de înaltă calitate sau polimer. Echipament de protecție individuală împotriva razelor X-ray, conceput pentru flexibilitate și mobilitate în procesul procedurilor de radiografie intervențională. Mărime - Mediu - Larg (se va consulta înainte de livrare). Grad de protecție, cel puțin: Față: 0,35 mm Pb, Spate: 0,25 mm Pb. Guler tiroidian în set : da, ≥ 0.5mm Pb. Fixare: bandă adezivă tip (velcro) sau pe bază de magneți. Suprafață anti-bacterială, lavabilă cu dezinfectanți. Termen de garanție minim 12 luni. Conform Anexei nr. 8	Șort tip vestă+fustă din material + cauciuc cu plumb de înaltă calitate sau polimer. Echipament de protecție individuală împotriva razelor X-ray, conceput pentru flexibilitate și mobilitate în procesul procedurilor de radiografie intervențională. Mărime - Mediu - Larg (se va consulta înainte de livrare). Grad de protecție, cel puțin: Față: 0,35 mm Pb, Spate: 0,25 mm Pb. Guler tiroidian în set : da, ≥ 0.5mm Pb. Fixare: bandă adezivă tip (velcro) sau pe bază de magneți. Suprafață anti-bacterială, lavabilă cu dezinfectanți. Termen de garanție minim 12 luni.	CE/ISO
33140 000-3	5. Scut de protecție X-ray mobil	Custom Made Mobile Barrier 100x200 cm 2.0 Pb with 80x80 cm Lead glass art.725/813	Turcia	Aktif	Scut de protecție X-ray echipat cu roțile, pentru protecție personal în procedurile de radiografie intervențională. Structură suprafață- 1. carcasă cu roțile- metal sau aluminiu vopsit, grad de protecție, cel puțin: "scut: 2 mm Pb; fereastră: 2 mm Pb;" 2. Roți-minim 4, cel puțin 2 cu frână. Protecție radiologică pe toată suprafața (verticală)-da. Dimensiuni, Lățime x Înălțime-100 x 200 cm, ±10 cm. Dimensiuni fereastră, Lățime x Înălțime - 80 x 70 cm, ±10 cm. Termen de garanție minim 12 luni. Conform Anexei nr.11.	Scut de protecție X-ray echipat cu roțile, pentru protecție personal în procedurile de radiografie intervențională. Structură suprafață- 1. carcasă cu roțile- metal sau aluminiu vopsit, grad de protecție, cel puțin: "scut: 2 mm Pb; fereastră: 2 mm Pb;" 2. Roți-minim 4, cel puțin 2 cu frână. Protecție radiologică pe toată suprafața (verticală)-da. Dimensiuni, Lățime x Înălțime-100 x 200 cm. Dimensiuni fereastră, Lățime x Înălțime - 80 x 80 cm. Termen de garanție minim 12 luni. Conform Anexei nr.11.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**