

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP SCBI Toma Ciorba

Numărul procedurii de achiziție: 21316396, oeds-b3wdp1-MD-1732660789714						Data: 19.12.2024	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025						Lot:	pag. 1 din 1	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33696500-0	TPHA	TPHA-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Unitatea de masura "Test". Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% Diferit de producatorul determinat castigator in cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2025	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor antitreponema palidum în serul sanguin uman prin microhepaglutinare, Set 100 teste. Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ. Sensibilitatea 100% Specificitatea 100% Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000302450, catalog pag. 8.	ISO, CE.
26	33696500-0	Set pentru controlul calitatii biochimie	MSE Quality QS, Clinical Chemistry	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor biochimici	Set pentru controlul calității biochimie. Certificat de acreditare, catalog pag. 7.	ISO, CE.
27	33696500-0	Set pentru controlul calitatii hematologie	MSE Quality QS, Haematology	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor hematologici	Set pentru controlul calității hematologie. Certificat de acreditare, catalog pag. 10.	ISO, CE.
28	33696500-0	Set pentru controlul calitatii coagulograma	MSE Quality QS, Coagulation	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor pentru coagulograma	Set pentru controlul calității coagulograma. Certificat de acreditare, catalog pag. 9.	ISO, CE.
29	33696500-0	Set pentru controlul calitatii sediment urinar	MSE Quality QS, Urine Sedimentation	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea sedimentului urinar prin metoda microscopica	Set pentru controlul calității sediment urinar. Certificat de acreditare, catalog pag. 16.	ISO, CE.
30	33696500-0	Set pentru controlul calitatii analiza urinei calitative	MSE Quality QS, Urine	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea parametrilor biochimici in urina	Set pentru controlul calității analiza urinei calitative. Certificat de acreditare, catalog pag. 16.	ISO, CE.

Semnat: _____

Nume, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 19.12.2024

Valabilitatea ofertei - 60 zile.