

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. 21455850 / ocds-b3wdp1-MD-1752667376590					Data: „18” august 2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027							Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3		5	6		8
33100000-1	8-51211	Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril	Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril	Seguin, SARP-28, SARP-30, SARP-32, SARP-34	USA	ST.JUDE MED / ABBOTT MED	Mitral - inel semirigid cu flexibilitate anteroara pentru plastiea valvei mitrale; sa ofere posibilitatea remodelarii posteroare si mentinerea flexibilitatii anteroarei; - sa fie marcat in trei puncte:doua dintre marcate sa corespunda trigoanelor valvei mitrale, iar cel de al treilea sa indice mijlocul dispozitivului; sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului; N 28, N30, N32, N34,	Inel de anuloplastie semi-rigid. Mitral. -inel semirigid cu flexibilitate anteroara pentru plastiea valvei mitrale; ofera posibilitatea remodelarii posteroare si mentinerea flexibilitatii anteroarei; - marcat in trei puncte: doua dintre marcate corespunde trigoanelor valvei mitrale, iar cel de al treilea indica mijlocul dispozitivului; permita vizualizarea radiografica a dispozitivului; Marimele disponibile: N28, N30, N32, N34; documente tehnice se anexeaza	DM000396864, DM000396865, DM000396866, DM000396867
33100000-1	14-51211	Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril	Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril	Conduct valvulat impregnat cu collagen CAVGJ/ Masters Valved Graft, model: 23CAVGJ-514-00, 25CAVGJ-514-00, 27CAVGJ-514-00	USA	ST.JUDE MED / ABBOTT MED	Pentru inlocuirea simultana a valvei aortice si aortei ascendente Confectionate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu cologen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sînge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurința sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesulară. Valva mecanică să îndeplineasca condiții de performanță: hemodinamică, tromborezistență, implantabilitate și durabilitate. Cantitatea pentru dimensiunile :Proteza valvulara cardiaca N 23mm cu montarea protezei vasculare N 24-26mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N 25 cu montarea protezei vasculare N 28mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N 27mm cu montarea protezei vasculare N 30mm cu sinusuri sau fără sinusuri, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	Pentru inlocuirea simultana a valvei aortice si aortei ascendente Confectionate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu cologen bovin pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sînge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. Materialul rezistent, permite cu ușurința sutura chirurgicală și faciliteaza creșterea țesulară. Valva mecanică îndeplineaste condiții de performanță: hemodinamică, tromborezistență, implantabilitate și durabilitate. Cantitatea pentru dimensiunile: Proteza valvulara cardiaca N23mm cu montarea protezei vasculare N24mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N25 cu montarea protezei vasculare N28mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N27mm cu montarea protezei vasculare N30mm cu sinusuri sau fără sinusuri. Va fi livrate conform solicitarilor, necesităților reale ale instituției. documente tehnice se anexeaza	DM000396836 DM000396837 DM000396838

33100000-1	18-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea $\geq 85^\circ$	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea $\geq 85^\circ$	Regent, model 19AGN-751 , 21AGN-751	USA	ST.JUDE MED / ABBOTT MED	Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea $\geq 85^\circ$,arcul de lucru 55° -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel $\geq 84\%$ -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : $\varnothing 19 \text{ mm} \geq 2,39 \text{ cm}$ $\varnothing 21 \text{ mm} \geq 2,9 \text{ cm}$- - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg.	Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea 85°,arcul de lucru 55° -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel 85% -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : marimea $19 \text{ mm} / \varnothing 19 \text{ mm} = 2,39 \text{ cm}^2$ marimea $21 \text{ mm} / \varnothing 21 \text{ mm} = 2,9 \text{ cm}^2$ - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg. Manjetă standart. documente tehnice se anexeaza.	DM000415214 DM000415215
------------	----------	---	---	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	---	----------------------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun.Chisinau, str. Albisoara 64/2;