



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 048120

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
„GBG-MLD”

mun. Chișinău, str. Tighina, 65

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

02.03.2015

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600117582

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Importul, comercializarea dispozitivelor
medicale și opticii *

Data eliberării licenței

26 mai 2005

Valabilă până la
Prelungită până la: 26.05.2015
Prelungită până la: 25.05.2020

26 mai 2010

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 048120

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată „GBG-MLD”

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:
* Importul, comercializarea dispozitivelor medicale și opticii *


Reperfectată: 1)08.05.2014,2)10.03.2015

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Asigurarea efectuării controlului metrologic legal a mijloacelor de măsurare, utilizate în domeniul sănătății și siguranței populației.
3. Indicarea la loc vizibil al prețurilor la mărfuri și a tarifelor pentru servicii într-o formă clară.
4. Deținerea autorizației sanitare, antiincendiare, ecologice și de securitate a muncii.
5. Dispunerea de spații cu titlu de proprietate sau de locațiune pentru desfășurarea activității licențiate.
6. Dispunerea de specialiști în domeniu (ingineri, bioingineri).

Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:

mun. Chișinău, str. Tighina, 65

Licența este valabilă cu următorul specialist - Ceaicovschi Tudor



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2001

str. Tighina 65, of. 607
tel/fax.: (373-22) 54-91-21
tel./fax: (373-22) 54-73-73
tel: (373-22) 54-91-20



Rechizitele bancare:
Cod fiscal/1003600117582
Cod TVA: /0205086
BC "Moldova-Agroindbank" SA
filiala M.Eminescu
cod: AGRNMD2X864

cod IBAN: MD14AG000000225184801542

Nota informativa

referitor la prezentarea Licenței de activitate

Prin prezenta, noi, compania „GBG-MLD” SRL, comunica următoarele:

Articolul 5. Din Legea nr.102 cu privire la dispozitivele medicale Activitatea de întreprinzător în domeniul dispozitivelor medicale

Pentru a desfășura activități de import, fabricare, comercializare, asistență tehnică și/sau reparație a dispozitivelor medicale și/sau a opticii, întreprinzătorul trebuie să aibă angajat cel puțin un specialist în domeniu sau un bioinginer, excepție făcând farmaciile și magazinele de optică medicală.

Legea privind licențiere unor genuri de activitate, în baza căreia se elibera licența, a fost abrogată, dar Legea Nr. 160 din 22-07-2011 (cu ultimele modificări) privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nu prevede licența pentru importul, comercializarea, asistență tehnică și reparația dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii.

Ca urmare, solicitarea licenței este contrară prevederilor legale în vigoare pentru că astfel de document nu se mai eliberează și nu mai este necesar pentru acest tip de activitate.

Director „GBG-MLD” SRL
T. Ceaicovschi_____



NB SERIES

Unstirred Water Baths

- Designed for many general and special applications in microbiology, research and industrial laboratories
- Excellent temperature control of liquid for uniform and stable temperatures
- Reliable and accurate N-Prime™ programmable PID microprocessor control system
- User friendly control panel including large bright LED displays for temperature and time
- Easy programming with one button, just turn and push
- Password protected menu to secure the operation
- Programmable alarm limits
- Data recording on memory stick by means of USB port up to 125 days
- Programmable delayed start function
- Safety thermostat to prevent running without water and audible and visual alarms against over heating
- Seamless corrosion resistant stainless steel tank for a longer life
- Minimized risk of contamination by the rounded corners and smooth surfaces of the tank
- Silicon sheet heaters surrounding the tank from three sides for uniform heating
- Triple insulation consisting of glass wool, aluminium layer and air gap for high efficiency
- Angled front panel to protect the controller from accidental water spillage
- Efficient tank usage as there is no obstruction in the tank such as circulation pump or heater
- Convenient drain for discharging the liquid in the tank quickly
- Footprint almost equal to the tank dimensions to save valuable bench space.



N-prime

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	NB 5	NB 9	NB 20
Tank Volume, litres	6	9,5	21
Useful Volume, litres	4	7	15
Temperature Range	Ambient Temp + 5°C / 99,9°C		
Temperature Sensor	Fe-Const		
Control System	N-Prime™ Programmable Microprocessor		
Temperature Set and Display Sensitivity	0,1°C		
Temperature Variation @37°C	± 0,2°C*		
Temperature Fluctuation @37°C	± 0,1°C*		
Programmable Alarm Limits	± 0,5°C / 5°C		
Timer	1 minute – 99,9 hours + Hold Position		
Delayed Start Timer	1 minute – 99,9 hours		
Selectable Recording Frequency on Memory Stick	10 or 30 seconds, 1, 5, 30 or 60 minutes		
Internal Material	Stainless Steel		
External Material	Epoxy - Polyester Powder Coated Steel		
Power Consumption	600 W	800 W	1600 W
Power Supply	230 V, 50/60 Hz		
Internal Dimensions (WxDxH) mm	150x300x150	240x300x145	505x300x145
External Dimensions (WxDxH) mm	240x400x270	320x405x275	590x405x275
Packing Dimensions (WxDxH) mm	300x460x480	390x450x480	650x450x480
Net / Packed Weight kg.	8 / 11	9 / 12	13 / 17

*At 22°C ambient temperture with closed lid

ACCESSORIES

K 04 290	Plexiglass lid for NB 5 (Resists up to 60°C)
K 52 010	Stainless steel lid for NB 5
K 04 286	Plexiglass lid for NB 9 (Resists up to 60°C)
K 52 007	Stainless steel lid for NB 9
K 04 289	Plexiglass lid for NB 20 (Resists up to 60°C)
K 52 003	Stainless steel lid for NB 20
K 52 008	Lid with 4 holes for NB 9 (Hole dia. 95 mm)
K 52 005	Lid with 4 holes for NB 20 (Hole dia. 95 mm)
K 52 006	Lid with 6 holes for NB 20 (Hole dia. 95 mm)
K 52 014	Lid with 8 holes for NB 20 (Hole dia. 95 mm)
A 08 051	Tube rack 52 x Ø 13 mm, wide 70 mm
A 08 050	Tube rack 30 x Ø 16 mm, wide 70 mm
A 08 021	Tube rack 27 x Ø 18 mm, wide 70 mm
A 08 049	Tube rack 12 x Ø 30 mm, wide 70 mm



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TURKEY t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr sales@nuve.com.tr

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003





CERTIFICATE

NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SARACALAR MAHALLESİ SARACALAR KÜMEEVLERİ NO:4/2
AKYURT – ANKARA – TÜRKİYE

LABORATUVAR VE STERİLİZASYON CİHAZLARI TASARIMI,
ÜRETİMİ, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ

kapsamında

ISO 9001:2015

Uluslararası kalite sistem standardına uygun
bir kalite yönetim sistem kurmuştur.

"Standardın aşağıda verilen maddeleri hariç tutulmuştur"

"Hariç tutma yoktur."

Sertifika No	: M 8215
İlk Belgelendirme Tarihi	: 28 Nisan 2010
Sertifika Tarihi	: 19 Şubat 2019
Son Geçerlilik Tarihi	: 18 Şubat 2022



Genel Müdür

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
ITOSB 9. Cadde No. 15 Tepeören Tuzla - İstanbul - Türkiye
Tel: + 90 216 593 25 75 Faks : + 90 216 593 25 74
Web: www.kiwa.com.tr E-mail: info@kiwa.com.tr

Sertifikalar periyodik ara denetimlerin başarılı ile tamamlanması kaydıyla geçerlidir.
Detaylı bilgi için yukarıdaki numaralara başvurulabilir.

Sertifika Son Güncelleme Tarihi : 19 Şubat 2019 - R 05



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021-1

AB-0006-YS



TÜRKAK BDS NO
YS-4AF4-45D4

NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SARACALAR MAHALLESİ SARACALAR KÜMEEVLERİ NO:4/2
AKYURT – ANKARA – TURKEY

with a scope of

**DESIGN, MANUFACTURE, SALES AND AFTER SALES
SERVICES OF LABORATORY AND STERILIZATION EQUIPMENTS**

Has established a quality management system in accordance
with international standard.

“ Following elements of the standard are excluded “

“None“

ISO 9001:2015

Certificate No : M 8215
Initial Certification Date : 28 April 2010
Certification Date : 19 February 2019
Expiration Date : 18 February 2022



TÜRKAK BDS NO
YS-4AF4-45D4



General Manager

Kiwa Certification Services Inc.
ITOSB 9. Cadde No. 15 Tepeören Tuzla - Istanbul - Turkey
Tel: + 90 216 593 25 75 Faks : + 90 216 593 25 74
Web: www.kiwa.com.tr E-mail: info@kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits.

Please contact above numbers for detailed information.



CERTIFICATE

NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SARACALAR MAHALLESİ SARACALAR KÜMEEVLERİ NO:4/2
AKYURT – ANKARA – TÜRKİYE

LABORATUVAR VE STERİLİZASYON CİHAZLARI
TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ

kapsamında

EN ISO 13485:2016

Tıbbi Cihazlar - Kalite yönetim sistemleri – Düzenleyici amaçlar için gereklilikler

"Standardın aşağıda verilen maddeleri hariç tutulmuştur"

" 7.5.5 " " 7.5.7 " " 7.5.9.2 "

Sertifika No	: M 8216
İlk Belgelendirme Tarihi	: 28 Nisan 2010
Sertifika Tarihi	: 19 Şubat 2019
Son Geçerlilik Tarihi	: 18 Şubat 2022



Medikal Cihazlar K.Y.S.
TS EN ISO/IEC 17021-1

AB-0006-YS




TÜRKAK BDS NO
YS-4DCF-FE40

Genel Müdür

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
ITOSB 9. Cadde No. 15 Tepeören Tuzla - İstanbul - Türkiye
Tel: + 90 216 593 25 75 Faks : + 90 216 593 25 74
Web: www.kiwa.com.tr E-mail: info@kiwa.com.tr

Sertifikalar periyodik ara denetimlerin başarılı ile tamamlanması kaydıyla geçerlidir.
Detaylı bilgi için yukarıdaki numaralara başvurulabilir.

Sertifika Son Güncelleme Tarihi : 19 Şubat 2019 - R 04



CERTIFICATE

NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SARACALAR MAHALLESİ SARACALAR KÜMEEVLERİ NO:4/2
AKYURT – ANKARA – TURKEY

with a scope of

DESIGN, MANUFACTURE AND AFTER SALES SERVICES OF LABORATORY AND STERILIZATION EQUIPMENTS

Medical devices - Quality management systems - Requirements for
regulatory purposes

"Following elements of the standard are excluded"

" 7.5.5 " " 7.5.7 " " 7.5.9.2 "

EN ISO 13485:2016

Certificate No : M 8216
Initial Certification Date : 28 April 2010
Certification Date : 19 February 2019
Expiration Date : 18 February 2022



Medical Device Q.M.S.
TS EN ISO/IEC 17021-1

AB-0006-YS



TÜRKAK BDS NO
YS-4DCF-FE40

General Manager

Kiwa Certification Services Inc.
ITOSB 9. Cadde No. 15 Tepeören Tuzla - Istanbul - Turkey
Tel: + 90 216 593 25 75 Faks : + 90 216 593 25 74
Web: www.kiwa.com.tr E-mail: info@kiwa.com.tr

*Certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits.
Please contact above numbers for detailed information.*