

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1629094225821
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 35						
	35.1	Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală (pentru neurochirurgie)	28161SB	Germania	Karl Storz	Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală, cu acțiune simultană a ambelor brașe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală, cu acțiune simultană a ambelor brașe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316