

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Numărul procedurii: 21040294, ocids-b3wdp1-MD-1622621269697						Data: 21.06.2021	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Echipament medical pentru activitatea științifică						Lot:	pag. 1 din 1	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33100000-1	Agitator termic	HM100-PRO	China	Dlab	<p>Agitator termic pentru eprubete 1,5-2,0 ml și PCR placi Dimensiuni maxime admise: 300 x 240 x 175 mm Specificații obligatorii: - Diapazonul temperaturii disponibil +25°C- +99°C -Stabilitatea temperaturii în interval±0.1°C -Viteza medie de încălzire 4°C/ min sau mai mare -prezența pre-filtrelor -Setarea timpului de lucru -Temperatura, viteza de amestecare și timpul de funcționare controlată de microprocesor - Diapazonul de viteze a agitatorului 250-1400 rpm - Stativ pentru eprubete 1,5-2,0 ml și PCR placi. Utilizare: Incubarea probelor la diferite temperaturi și agitarea lor. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN Garanție: minim 2 ani</p>	Agitator termic. Conform cerințelor din anunțul de participare.	ISO, CE.
4	33100000-1	Centrifugă cu răcire	D1524R	China	Dlab	<p>Centrifugă cu răcire (14000RPM) pentru eprubete 1,5-2,0 ml Dimensiuni maxime admise: 330 x 560 x 320 mm Specificații obligatorii: -Rotor pentru 24 de eprubete de 1.5 / 2.0 ml -Viteza maximală de 14000RPM sau mai mare -Diapazonul de temperaturii de centrifugare de la -10 până la +40 °C. Utilizarea: Centrifugarea la viteze mari (14000RPM) a probelor. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN. Pentru izolarea ARN este necesar centrifugarea la tem mici. Garanție: 2 ani</p>	Centrifugă cu răcire. Conform cerințelor din anunțul de participare.	ISO, CE.
6	33100000-1	Centrifugă pentru eprubete 15 ml	DM0636	China	Dlab	<p>Dimensiuni maxime admise: 400 x 410 x 710 mm Specificații obligatorii: -Rotor pentru eprubete de 15 ml -Viteza maximală de 6000RPM sau mai mare Utilizare: Centrifugarea la viteze mari probelor de singe, lichid amniotic, etc. Este utilizată în metoda de izolare ADN/ARN și pentru colectarea Plasmei, Serului etc. Garanție: minim 2 ani</p>	Centrifugă pentru eprubete 15 ml. Conform cerințelor din anunțul de participare.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 21.06.2021
Valabilitatea ofertei - 60 zile.