

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712062449541 din_02.04.2024

Obiectul achiziției: *Achiziționarea **pH-metrului de laborator** pentru determinarea în soluții apoase a temperaturii, concentrației ionilor de hidrogen și sodiu, precum și a conductivității electrice.*

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
<i>Achiziționarea pH-metrului de laborator pentru determinarea în soluții apoase a temperaturii, concentrației ionilor de hidrogen și sodiu, precum și a conductivității electrice.</i>	C3230	Belgia	Consort	Conform caietului de sarcini: Canale de măsurare a potențialului electric: 2 Canale de măsurare a temperaturii: 2 Intervalul de măsurare a pH-ului: 0,000...+14,000 pH Puncte de calibrare pH: 1 ... 3 puncte Puncte de calibrare Na: 1...3 puncte + blanc Intervalul de măsurare a concentrației de ioni: 0,01*10 ⁻⁹ g/l...100 g/l Intervalul de măsurare a conductivității: 0...20 000 μS/cm Rezistența electrică specifică: 0...200 MΩ.cm Intervalul de măsurare a temperaturii: 1...+100°C Intervalul de măsurare a potențialului electric: - 2000...+2000 mV	Canale de măsurare a potențialului electric: 2 Canale de măsurare a temperaturii: 2 Intervalul de măsurare a pH-ului: - 2.000...+16.000 pH; Puncte de calibrare pH: 1 ... 3 puncte Puncte de calibrare Na: 1...3 puncte + blanc Intervalul de măsurare a concentrației de ioni: 0,01*10 ⁻⁹ g/l...100 g/l Intervalul de măsurare a conductivității: 0...2000 mS/cm Rezistența electrică specifică: 0...200 MΩ.cm Intervalul de măsurare a temperaturii: - 5,0...+105,0°C Intervalul de măsurare a potențialului electric: - 2000...+2000 mV	

					Electrozi, accesorii, piese de schimb și de rezervă: 1. Electrode de pH (1buc): - Electrode din sticlă; - Port: BNC; - Intervalul de măsurare a pH-ului: 0,000 ... +14,000 pH; - Diapazon temperatură de măsurare: 0 ... +100 °C. 2. Electrode de conductivitate (1buc): - Port: BNC; - Diapazon de măsurare a conductivității: 0 ... 2000 mS/cm. 3. Electrode Na (1buc): - Electrode din sticlă; - Port: BNC; - Diapazon concentrații măsurate: 10^{-6} (mol/l) – sat; - Diapazonul temperaturilor măsurate: 1 – 50 °C. 4. Manualul de exploatare.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**