

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21503791, ocds-b3wdp1-MD-1761917392627						Data: 20.11.2025	Alternativa nr.	
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.30)						Lot:	pag. 1 din 2	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producăt orul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
-	1	2	3	4	5	6	8	
30	33100000-1	Spălător pentru microplăci ELISA automat	BK-9622	China	Biobase	Descriere Spălător pentru microplăci ELISA automat Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurînd soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combina re/dozare. Parametru Specificația Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 pînă la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci da Dotat cu calibrator da Afișare LCD Programabil da tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 μl din 50 μl de etape pentru spălare (50-400 μl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 μl în 50 de etape pentru distribu irea fprecizie de distribu ire: CV: <= 4% peste placa (300 μl volum de distribu ire, rata de distribu ire:3) g/volumul rezidual: aspirație încrucișată: <= 2 μl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 μl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec)	Spălător pentru microplăci ELISA automat BK-9622 . Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000578951. [Model este indicat greșit (BL-9622), precum că în Declarație de Conformitate model BK-9622 https://registru.dispozitive.amdm.gov.md] Descriere: Parametrul / Specificația <i>Alimentare</i> AC220V±10%, 50/60Hz; 110±10%, 60Hz Broșura <i>Canale</i> 8 și 12 p. 8 User Manual <i>Capabile să spele toate tipurile de microplăci</i> - 4 tipuri de microplăci: „fund plat”, „fund în U”, „fund în V” și „fund rotund” p. 8 User Manual <i>Afișare LCD</i> - 7-inch touch display p. 6 User Manual Programabil, tastatură: 5 taste cheie cu membrană Broșura, desen <i>Alarmă</i> p. 8 User Manual Numărul ciclurilor de spălare 1 - 15 Confirmation Letter Biobase Volumul de soluție de dispersare: 50ul-950ul, reglabil, iar intervalul volumului de umplere este de 50ul. p. 8 User Manual <i>Acuratețea distribuției:</i> CV ≤ 4% pe întreaga placă (volum de distribuție 300 μl, viteză de distribuție) Confirmation Letter Biobase <i>Volum rezidual:</i> ≤ 2 μl per godeu Broșura	ISO, CE.
38	33100000-1	Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930	BKC-TL5M + Swing Rotor 4*500ml + adapter 4*8*15ml + adapter 4*12*10 ml			Centrifugă de laborator (32 tuburi) - BKC-TL5M + Rotor 4×500 ml + adapter 4×8×15 ml + adapter 4×12×10 ml Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000424165. <i>Descriere</i> BKC-TL5B este utilizată pentru separarea serului și plasmei, precipitarea proteinelor sau examinarea sedimentelor urinare. Parametrul Specificația <i>Viteza de rotație</i> Minimală, rpm (Suportă reglarea fină a vitezei cu 1 rpm și a timpului cu 1 s) Maximală, rpm ≥ 4000 Broșura Setări <i>setarea vitezei</i> ±20 rpm / pas 1 rpm, 1s Broșura <i>Capacitatea</i> Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml <i>Pe poza 3,4 este swing rotor suport (nr.1)</i> cu cupe (hanging cup 4*500ml) - poza 1 , în care se introduc adaptoarele (Adapter 4×8×15 ml + adapter 4×12×10 ml) - poza 2. Broșura <i>Numărul de tuburi</i> 32 unit <i>Timer</i> Diapazon minim de timp 1s - 999 min Broșura <i>Incrementarea</i> 1s Broșura Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Broșura <i>Indicatori</i> Indicarori vizual și acustic Broșura Debalansare, Pornire/oprire, Capac deschis, Display LCD, Fereastra, orificiu sau alt acces Broșura <i>Nivelul de zgomot</i> ≤ 65 dB Broșura		

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Data: 20.11.2025

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Valabilitatea ofertei - 160 zile.