

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1614254010289			Data: 9 mart 2021, 9:00 - 19 mart 2021, 15:00	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Consumabilele medicale pentru cabinetul de cardiologie interventionala pentru anul 2021 pentru IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.			Poziții: 3,5,6.	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică oferita, Standarde de referință	Standarde de referință
3300000 0-0	3	Stent pentru artere coronare	Ultimaster Tansei™ Sirolimus Eluting Coronary Stent System	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor coronare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate sporită și apozitie maximală față de peretele vasului, Celule deschise suficient de largi ce permit accesul ramurilor laterale. Polimer biodegradabil în perioada optimă de 3-4 luni. Balonul de o compleanță joasă ce permite apozitia optimă a stentului față de peretele vasului. Balonul trebuie să aibă markeri radioopaci cu vizibilitate optimală. Materialul balonului - nylon. Presiunea nominală optimă 9 atm, presiune de spargere minim 14 atm. Shaftul cu acoperire hidrofilă, lungime minimă 144 cm, RX (rapid exchange) compatibil cu ghid 0,014". Crossabilitate și pushabilitate sporită pentru negocierea arterelor tortuase. Diametre stent obligatorii: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00. Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm	Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor coronare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate sporită și apozitie maximală față de peretele vasului, Celule deschise suficient de largi ce permit accesul ramurilor laterale. Polimer biodegradabil în perioada optimă de 3-4 luni. Balonul de o compleanță joasă ce permite apozitia optimă a stentului față de peretele vasului. Balonul trebuie să aibă markeri radioopaci cu vizibilitate optimală. Materialul balonului - nylon. Presiunea nominală optimă 9 atm, presiune de spargere minim 14 atm. Shaftul cu acoperire hidrofilă, lungime minimă 144 cm, RX (rapid exchange) compatibil cu ghid 0,014". Crossabilitate și pushabilitate sporită pentru negocierea arterelor tortuase. Diametre stent obligatorii: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00. Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm	CE/ISO
3300000 0-0	5	Cateter pentru trombaspirație	Eliminate™ Aspiration Catheter	Japonia	TERUMO CLINICAL SUPPLY CO., LTD.	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluoroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturate. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014"). Acoperire	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluoroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturate. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014"). Acoperire	CE/ISO

						hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F cu diametre capăt distal de aspirare de 1.0, 1,25 și 1.42 mm respectiv.	hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F cu diametre capăt distal de aspirare de 1.0, 1,25 și 1.42 mm respectiv.	
3300000 0-0	6	Balon pentru angioplastie coronariană	Ryuji™ Plus PTCA Dilatation Catheter	Japonia	TERUMO CORPORATI ON	Caterer cu balon dedicat pentru angioplastie de artere coronare, RX (rapid exchange). Shaft distal hidrofilic, flexibil ce oferă o flexibilitate și crosabilitate a anatomiilor tortuoase. Profil minimal, ca să permită trecerea a două catetere cu balon prin categhid de 6F. Lungime shaft-minim 145cm. Diametre obligatorii: 1.25, 1.50, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.0mm. Lungimi balon obligatorii: 10,15,20,30,40mm. Un singur marcher radioopac. Presiune nominală de minim 6 atm. Presiune de spargere a balonului de 12-14 atm.	Caterer cu balon dedicat pentru angioplastie de artere coronare, RX (rapid exchange). Shaft distal hidrofilic, flexibil ce oferă o flexibilitate și crosabilitate a anatomiilor tortuoase. Profil minimal, ca să permită trecerea a două catetere cu balon prin categhid de 6F. Lungime shaft-minim 145cm. Diametre obligatorii: 1.25, 1.50, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.0mm. Lungimi balon obligatorii: 10,15,20,30,40mm. Un singur marcher radioopac. Presiune nominală de minim 6 atm. Presiune de spargere a balonului de 12-14 atm.	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** în calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. Meleștiu, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova**