

Anexa nr.2 la Specificatii tehnice lotul nr.10
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din
15.09.2022

Coresponderea tuturor parametrilor **Lot nr.10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230** cerintelor solicitate:

N/o parametru	Specificarea tehnică deplină solicitată decătore autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către MedPunkt SRL
1.	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	Da, Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) model MICARE PowerLED E700/500 , producator Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd – China. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
2.	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți	Da, Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
3.	Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da	Parametrul Specificația Da, Caracteristici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
4.	Numărul de sateliți 2	Da, numărul de sateliți 2. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
5.	Temperatura culorii 4,500 ±500 K	Da, Temperatura culorii 3000-5500K reglabilă . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
6.	Indexul de culoare > 95	Da, Indexul de culoare 96 Ra; 98 R9(Red) . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
7.	Dimensiunea câmpului, cm Diametrul min. 24-34 cm	Da, Dimensiunea câmpului, cm. Da, Diametrul câmpului 15 -35 cm . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
8.	Adâncimea ≥ 80 cm	Da, Adâncimea 140cm . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
9.	Distanța de lucru 0.7-1.5 m	Da, Distanța de lucru 0.7-1.5 m. Vezi specificatia atasata Specification PowerLED E700/500 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light.
10.	Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 60 000 lux	Da, Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 max 180 000 lux ; reglabila de la 93000 pana la 180,000 lux, satelitul nr.2 max 160 000 lux , reglabila de la 83000 pana la 160,000 lux. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
11.	Rotația 270 grade	Da, Rotația 540 grade. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
12.	Ajustare pe verticală, cm ≥ 70	Da, Ajustare pe verticală, ≥ 800 mm. Vezi specificatia atasata Specification PowerLED E700/500 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light.
13.	Cresterea temperaturii în campul operator <1° C	Da, Cresterea temperaturii în campul operator <1° C. Vezi specificatia atasata Specification PowerLED E700/500 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light.
14.	Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz	Da, Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
15.	Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h	Da, Durata medie de viață a LED-urilor min. 80 000 h . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
16.	Minere detașabile sterilizabile	Da, Minere detașabile sterilizabile. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.
17.	Panou de control integrat în lampa principală	Da, Panou de control integrat în lampa principală. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED. Vezi fotografia atasata Standard Touch Panel of Surgical Light POWERLED.
18.	Înălțimea podului 3-4 m	Da, Înălțimea podului 3-4 m. Vezi specificatia atasata Specification PowerLED E700/500 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light.

Vezi de asemenea fotografiile atasate cu aceste lampi chirurgicale instalate in spitale.

Semnat: _____
Numele, prenumele: Antonova Anna
În calitate de: Administrator
Ofertant: MedPunkt SRL mun.Chisinau,
str.N.Testemiteanu 11, of.59