

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. şi data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Gabriela Lisenco, Tel: 068998428, E-mail: gabriela.lisenco@capcs.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1771938558793 din 25.03.2026

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	LOT NR.1-Balanță de laborator 1000g	ACA1000	Polonia	Axis	Balanță de laborator 1000g Cântărirea cu precizie în laboratoare medicale. Capacitatea maximă de cântărire: 1000(+/-20) g Capacitatea minimă de cântărire: 0,02 g Valoarea unei diviziuni: 0,001 g; Ajustare (Calibrare): Internă; Timp de stabilizare: ≤3 s; Valoarea tarei: full range Dimensiune platan: 128x128 (+/-10)mm sau minim Ø115mm; Afiaşaj operator: LCD, cu iluminare; Clasa II de acuratețe; Linearitate: ±0,003 g; Repetabilitatea (max):0,0015 g; Interfață de comunicare: USB, RS-232; Curent alternativ, tensiune: 100...240 V, Frecvență: 50/60 Hz; Toate accesoriile necesare pentru funcționarea dispozitivului prevăzute de producător să fie incluse Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni	Balanță de laborator 1000g Cântărirea cu precizie în laboratoare medicale. Capacitatea maximă de cântărire: 1000 g Capacitatea minimă de cântărire: 0,02 g Valoarea unei diviziuni: 0,001 g; Ajustare (Calibrare): Internă; Timp de stabilizare: ≤3 s; Valoarea tarei: full range Dimensiune platan: Ø115mm; Afiaşaj operator: LCD, cu iluminare; Clasa II de acuratețe; Linearitate: ±0,002 g; Repetabilitatea (max):0,001 g; Interfață de comunicare: USB, RS-232; Curent alternativ, tensiune: 100...240 V, Frecvență: 50/60 Hz; Toate accesoriile necesare pentru funcționarea dispozitivului prevăzute de producător să fie incluse Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, de 12 luni	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	LOT NR.1-Balanță de laborator 1000g	Bucată	1	16'980.0000	20'376.0000	16'980.00	20'376.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire şi dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, !							16'980.00	20'376.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele şi impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu