

	Ventilator pulmonar			
	Parametru	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică propusă de către ofertant
1	Tipul	Turbina	DA	da
2	Regim de ventilare	APVcmv/(S) + / sau analogic dar cu acelasi caracteristici	DA	da
		APVsimv/SIMV + / sau analogic dar cu acelasi caracteristici	DA	PRVC+SIMV
		PCV+ / sau analogic dar cu acelasi caracteristici	DA	da
		PSIMV + / sau analogic dar cu acelasi caracteristici	DA	da
		SPONT / sau analogic dar cu acelasi caracteristici	DA	da
		ASV / sau analogic dar cu acelasi caracteristici	DA	nu
		NIV / sau analogic dar cu acelasi caracteristici	DA	da
3	Display	Tip touch scree	DA	da
		Color	DA	da
		Diagonala nu mai mica de 8,4 inch	DA	da
4	Buton	Control adaugator	DA	da
5	Limba	Prezent obligatoriu Romana si Rusa	DA	da
6	Alarma	Prezent pe ecran cu mesaj clar	DA	da
		Salvarea in logourile de service si in istoria ventilari	DA	da
		Posibilitatea de deconectare pe un timp maxim de 2 minute	DA	da
		Prezentarea descrierii complete a erorii	DA	da
7	Date paciente	Controlul pacientului tip adult / copil	DA	da
		Gen masculin sau feminin	DA	da
		Includerea obligatoriu introducerii inaltimii si greutatii	DA	da
8	Protocol	Protoacele predefinite de ventilare conform regimului si tipul pacientului introdus	DA	da
		Posibilitatea de creare a noilor protoacele de ventilare	DA	da
9	Optiuni de ubgradere	Regim de ventilare DouaPAP / sau analogic cu acelasi caracteristici	DA	da
		Regim de ventilare HiFlowO2	DA	da
		Monitoring CO2 / capnografie	DA	nu
		Conectarea la sistema de alarma direct la postul de urgenta - "Nurse call"	DA	nu
		Monitoring SpO2	DA	da
10	Posibilitati ventilare	Presiunea de inspiratie 0-60 cmH2O	DA	da
11	Caracteristici tehnice	Fluxul maxim de inspiratie 240 l/min (150 l/min cu 100% O2	DA	da
		Volumul Tital Adult / Pediatric 20-2000 ml	DA	da
		I:E - 1:9 - 4:1	DA	1:8/4:1
		PEEP (cm H2O) - 0 -35 cmH2O	DA	da
		Rata respiratie 1-80 b/min	DA	da
		TI - 0.1- 12 sec	DA	da
		Conectarea la O2 de la butelie sau de la reteaaua prezentata in institutie	DA	da
12	Configuratia de livrare	Ventilator tip turbina	DA	da
		Troleu	DA	da
		Suport pentru circuit	DA	da
		Cablu de alimentare	DA	da
		Umidificator	DA	da
		Circuit pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil)	DA	da
		Manual de utilizare	DA	da
13	Certificate	CE	DA	da
		EEC	DA	da
		ISO 9001	DA	da
		ISO 13485	DA	da