

FORMULARUL (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21014186		Data: 30/11/201 Alternativa nr.
Denumirea licitație : Consumabile pentru utilaj medical		Lot: Pagina 1 din 1 4;69;74;75;76; 77

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articole-lului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1		2	3	4	5			3	4	8	9
33100000-1	4	Lotul 4//Barietra de lubrifiere a garniturii usei compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Door-seal grease barietta L55/0	Germania	MMM Group	Barietra de lubrifiere a garniturii usei compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Barietra de lubrifiere a garniturii usei compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	buc.	4	ISO/CE	Conform cerintelor
33100000-1	69	Lotul 69//Garnitură pentru uși compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Door seal 66 vert. 8X6X2723 mm	Germania	MMM Group	Garnitură pentru uși compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Garnitură pentru uși compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	buc.	4	ISO/CE	Conform cerintelor
33100000-1	74	Lotul 74//Lamă pentru microtom de unică utilizare, profil îngust 80 x 8 x 0,254 mm unghi 34-35 grade ascuțit sub formă de U tratat cu teflon sau teflon ceramică, prelubrifiat cu posibilitate de tăiere felie de 1 micrometru cutie a cite 50 lame	#28407004	Germania	Slee Medical	Lamă pentru microtom de unică utilizare, profil îngust 80 x 8 x 0,254 mm unghi 34-35 grade ascuțit sub formă de U tratat cu teflon sau teflon ceramică, prelubrifiat cu posibilitate de tăiere felie de 1 micrometru cutie a cite 50 lame	Lamă pentru microtom de unică utilizare, profil îngust 80 x 8 x 0,254 mm unghi 34-35 grade ascuțit sub formă de U tratat cu teflon sau teflon ceramică, prelubrifiat cu posibilitate de tăiere felie de 1 micrometru cutie a cite 50 lame	set	10	ISO/CE	Conform cerintelor
33100000-1	75	Lotul 75//Lamă pentru microtom de unică utilizare, profil lat 75,7 x 14 x 0,31 mm unghi 34-35 grade tratat cu teflon sau teflon ceramică ascuțit sub formă de U tratat cu teflon sau teflon ceramică, prelubrifiat cu posibilitate de tăiere felie de 1 micrometru cutie a cite 50 lame	#28407007	Germania	Slee Medical	/Lamă pentru microtom de unică utilizare, profil lat 75,7 x 14 x 0,31 mm unghi 34-35 grade tratat cu teflon sau teflon ceramică ascuțit sub formă de U tratat cu teflon sau teflon ceramică, prelubrifiat cu posibilitate de tăiere felie de 1 micrometru cutie a cite 50 lame	/Lamă pentru microtom de unică utilizare, profil lat 75,7 x 14 x 0,31 mm unghi 34-35 grade tratat cu teflon sau teflon ceramică ascuțit sub formă de U tratat cu teflon sau teflon ceramică, prelubrifiat cu posibilitate de tăiere felie de 1 micrometru cutie a cite 50 lame	set	10	ISO/CE	Conform cerintelor
33100000-1	76	Lotul 76//Lame de unică utilizare compatibil cu dermatom Humeca D80	5.D80BL10	Olanda	Humeca	Lame de unică utilizare compatibil cu dermatom Humeca D80	Lame de unică utilizare compatibil cu dermatom Humeca D80	buc.	40	ISO/CE	Conform cerintelor
	77	Lotul 77//Lame de unică utilizare compatibil cu dermatom Zimmer	5.BLZM10	Olanda	Humeca	Lame de unică utilizare compatibil cu dermatom Zimmer	Lame de unică utilizare compatibil cu dermatom Zimmer	buc.	80	ISO/CE	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Manager Produs și Vânzări

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova