

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-k5wdp1-MD-16932S740623 / 21090277 din: 19.10.2023 conform STARSAP Mender							
Obiectul achiziției: Achiziția centralizată a endoprotezilor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modului/ bunului/ serviciului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
8	Ciment ortopedic fără antibiotic	ALCASSIT™ 40g (S22009)	Turcia	TABIB FARMA I.LAC TIBBI CHIAZLAR MEDICAL ORTOPEDE GIDA YAKLARI BRTU YAGLARI URETIM INS.MALZ.SA.N.TIC.LTD.ST	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g Ambalaj steril - Sa aiba 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer - Radioopac - Vacoizitate medie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g Ambalaj steril - Sa aiba 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer - Radioopac - Vacoizitate medie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	DM000467718
9	Ciment ortopedic cu antibiotic	MixMax + SpwyTM	Korea	Seawon Medi Tech	Disponibil în pachete ce contin minim 40 grame de pudră ce va contine polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi și alte articulații. - Să contină oxidul de zinc sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Să conțină Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să poade proprietăți hipoaergene. - să corespundă standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.	Disponibil în pachete ce contin minim 40 grame de pudră ce va contine polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi și alte articulații. - Să contină oxidul de zinc sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Să conțină Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să poade proprietăți hipoaergene. - să corespundă standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.	CE-ISO
10	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului	ALCASSIT™ GENTA ANTBIBOTCS BONE CEMENT. 41G (G22009)	Turcia	TABIB FARMA I.LAC TIBBI CHIAZLAR MEDICAL ORTOPEDE GIDA YAKLARI BRTU YAGLARI URETIM INS.MALZ.SA.N.TIC.LTD.ST	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zinc sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulații. Sa contina Gentamicina. Sistem de mixare în vacuum a cimentului acrilic: - Să prezinte cartișajul preîmplut cu ciment în care se mixează; -Să prezinte pompa vacuum; -Să prezinte vârful lung pentru înverarea cimentului în canalul femural; - Să prezinte pistolul de livrare a cimentului pe suprafețe prostetice și canale osoase; - să prezinte minim un pistol la o sută de ambalaje. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - în livrare.	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zinc sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulații. Sa contina Gentamicina. Sistem de mixare în vacuum a cimentului acrilic: - Să prezinte cartișajul preîmplut cu ciment în care se mixează; -Să prezinte pompa vacuum; -Să prezinte vârful lung pentru înverarea cimentului în canalul femural; - Să prezinte pistolul de livrare a cimentului pe suprafețele prostetice și canale osoase; - să prezinte minim un pistol la o sută de ambalaje. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - în livrare.	DM000510821
11	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	ORTHOPEDIC LAVAGE SYSTEM WITH ACCESSORIES	Turcia	Medim Grup Medikal	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor) Să fie prezent în două versiuni: preambalaj; - Să aiba la sfârșit un scut contra stropii; -Să fie de singura folosință; - Să prezinte modul pentru lavajul canalului femural si al acetabulului; - Sa prezinte tubulatura pentru pulsarea lichidului si tubulatura separata pentru aspirarea lui ; - Sa se ofereze împreuna cu o perie pentru lavajul canalului femural ; - Sa aiba 2 vitez de lucru ; - Sa fie tip pistol. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - în livrare	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor) Să fie prezent în două versiuni: preambalaj; - Să aiba la sfârșit un scut contra stropii; -Să fie de singura folosință; - Sa prezinte modul pentru lavajul canalului femural si al acetabulului; - Sa prezinte tubulatura pentru pulsarea lichidului si tubulatura separata pentru aspirarea lui ; - Sa se ofereze impreuna cu o perie pentru lavajul canalului femural ; - Sa aiba 2 vitez de lucru ; - Sa fie tip pistol. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - în livrare	CE-ISO

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele Jighi Tatiana  
În calitate de: administrator  
Oferentul: SRL Traian Moșu  
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4