

Specificații tehnice										
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1773925010574					Data: 31.03.2026		Alternativa nr.: N/A	
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice IMSP Spitalul Clinic Bălți						Pagina: 1 din 1		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință	
1		2		3	4	5	6	7	8	
33100 000-1	1.1	Imprimantă laser medicală compatibil cu Tomograf computerizat Revolution Ascend	Imprimantă laser medicală compatibil cu Tomograf computerizat Revolution Ascend	DryPro Sigma	Japonia	Konica Minolta	<p>Imprimantă laser medicală compatibil cu Tomograf computerizat Revolution Ascend</p> <p>Specificații generale</p> <p>Printer laser Parametru Specificație Tehnologie de imprimare Laser semiconductor</p> <p>Aplicație Imprimare imagini medicale (RX, CT, MRI, CR, DR)</p> <p>Compatibilitate DICOM Print</p> <p>Tip procesare Uscată (fără substanțe chimice)</p> <p>Performanță imprimare Parametru Valoare</p> <p>Rezoluție 78 μm (≈ 320–325 dpi)</p> <p>Adâncime tonuri gri 14 biți (16.384 nivele)</p> <p>Viteză imprimare ≥45 filme/oră (35×43 cm)</p> <p>Număr imagini pe film 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 35</p> <p>Filme acceptate Parametru Specificație</p> <p>Dimensiuni acceptate 20×25 cm, 25×30 cm, 28×35 cm, 35×43 cm</p> <p>Număr tăvi film 1 tavă universală</p> <p>Conectivitate & memorie Parametru Valoare</p> <p>Interfață rețea Ethernet</p> <p>Memorie internă 2 GB</p>	conform Anexa nr.1	EC, Declarație de Conformitate.	

33100 000-1	1.2	Peliculă radiologică (35 × 43 cm)	Peliculă radiologică (35 × 43 cm)	SD-S 14X17" (35x43cm)	Japonia	Konica Minolta	<p>Peliculă radiologică (35 × 43 cm) Parametru Specificație Tip produs Peliculă radiologică pentru developeare uscată compatibilă cu imprimanta solicitată Dimensiune 35 × 43 cm (14" × 17") Caracteristici imagine Parametru Valoare Tip bază film Transparent, tentă albastră Rezoluție efectivă ~325 dpi Adâncime tonuri gri 14 biți Densitate maximă (Dmax) ≈ 3.0 Calitate diagnostică Radiologie generală, Ambalaj (filme)min 125 buc</p>	conform Anexa nr.1	EC, Declarație de Conformitate.
----------------	-----	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	----------------	---	--------------------	------------------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: administrator

Ofertantul: "**Intermed**" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2