

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: <u>Piese de schimb pentru tehnica auto și blindată, conform necesităților Armatei Naționale</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Clorură de var	Clorură de var	Romania	Uzina Borzești	Clorură de var Ambalat în saci a câte 20-30kg. Conținutul de clor-activ 26-37%. aviz sanitar.	Clorură de var Ambalat în saci a câte 20-30kg. Conținutul de clor-activ 26-37%. aviz sanitar.	DC
Dezinfectant pentru sprafețe pe bază de Glutaraldehyde, Glyoxal, Didecyldimethylammonium chloride vol. 1 litru	Lysoformin 3000, concentrat, 1 litru	Germania	Lysoform	Dezinfectant pentru sprafețe pe bază de Glutaraldehyde , Glyoxal, Didecyldimethylammonium chloride vol. 1 litru Ingrediente: glutaralhidă-9,5g, glioxal 7,5g și clorură de didecildimetilamoniu 9,6 g ; pH-ul concentratului este de 3,7-0,6. aviz sanitar	Dezinfectant pentru sprafețe pe bază de Glutaraldehyde , Glyoxal, Didecyldimethylammonium chloride vol. 1 litru Ingrediente: glutaralhidă-9,5g, glioxal 7,5g și clorură de didecildimetilamoniu 9,6 g ; pH-ul concentratului este de 3,7-0,6. aviz sanitar	CE, ISO
Mască facială reutilizabilă	Mască facială reutilizabilă	Turcia	Sonik Makita	Mască facială reutilizabilă 100% material reutilizabil, 2 straturi de bumbac și forma anatomică, mărime mare, culoarea neagră.	Mască facială reutilizabilă 100% material reutilizabil, 2 straturi de bumbac și forma anatomică, mărime mare, culoarea neagră.	CE, ISO
Tonometru mecanic cu fonendoscop inclus certificat metrologic	Tonometru mecanic cu fonendoscop inclus certificat metrologic	Federația Rusa	Adiutor	Tonometru mecanic cu fonendoscop inclus, Diapazonul măsurărilor - de la 0 până la 300 mmHg. O diviziune din scara manometrului corespunde 2 mmHg. Eroarea admisă în diapazonul 60-240 mmHg corespunde a 3 mmHg, în restul cazurilor diapazonului - 4mmHg. Să fie inclusă verificarea metrologică. Garanție minim 24 luni.	Tonometru mecanic cu fonendoscop inclus, Diapazonul măsurărilor - de la 0 până la 300 mmHg. O diviziune din scara manometrului corespunde 2 mmHg. Eroarea admisă în diapazonul 60-240 mmHg corespunde a 3 mmHg, în restul cazurilor diapazonului - 4mmHg. Să fie inclusă verificarea metrologică. Garanție minim 24 luni.	CE, ISO
Termometru digital	Termometru digital	Olanda	Romed	Metodă de măsurare: determinare în timp real (ne-predictivă). Afișaj: °C , în incremente de 0,1°C.	Metodă de măsurare: determinare în timp real (ne-predictivă). Afișaj: °C , în	CE, ISO

				Sursa de alimentare: o baterie alcalină de 1,5V DC tip LR41. Durata de viață a bateriilor: aproximativ 200 ore/1000 măsurători. Garanție minim 24 luni.	incremente de 0,1°C. Sursa de alimentare: o baterie alcalină de 1,5V DC tip LR41. Durata de viață a bateriilor: aproximativ 200 ore/1000 măsurători. Garanție minim 24 luni.	
Pulsoximetru	F014LT	China	Konsung Pukse	Intervalul de măsurare a saturației de oxigen SpO2 70%-99%. Intervalul de măsurare Rata pulsului: 30-240 bătăi pe min. Garanție minim 24 luni.	Intervalul de măsurare a saturației de oxigen SpO2 70%-99%. Intervalul de măsurare Rata pulsului: 30-240 bătăi pe min. Garanție minim 24 luni.	CE, ISO
Mănuși nesterile din Nitril fără pudră, mărimea M	NEPUDRATE, MĂRIMEA M. Denumirea comerciala "MEDIC-DENT"	Malaiezia	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN. BHD.	Standard de referință - CE 0598 PPE regulation EU 2016/745	MĂNUȘI PENTRU EXAMINARE DIN NITRIL, nesterile, nepudrate, ambalaj -Nr. 100 buc. Mărimi disponibile (M).	EU declaration of conformity
Mănuși nesterile din Nitril fără pudră, mărimea L	NEPUDRATE, MĂRIMEA L. Denumirea comerciala "MEDIC-DENT"	Malaiezia	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN. BHD.	Standard de referință - CE 0598 PPE, regulation EU 2016/745	MĂNUȘI PENTRU EXAMINARE DIN NITRIL, nesterile, nepudrate, ambalaj -Nr. 100 buc. Mărimi disponibile (L).	EU declaration of conformity

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice
Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: str. Grenoble 23