

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21019681							din 05.03.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Filme si consumabile radiologice Conform necesitatilor IMSP CRDM							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33141310-6		Bunuri						
		Lotul 4						
		ANGIOGRAPHIC SYRINGE CT-200-NE	42.16.30002	China	SCW Medacath Ltd	angio compatibile cu injectomatul Nemoto 200ml;	1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare Folosit pentru Nemoto Kyorindo SIRING Volum (ml) - 200. Modele - Single. Kit- SIRING 1 buc, J tub 1 buc, Conector tub 1 buc	CE
		Total lot 4						
33141310-6		Lotul 5						
		ANGIOGRAPHIC SYRINGE CT-100-NE	42.16.30000	China	SCW Medacath Ltd	angio compatibile cu injectomatul Nemoto 100ml;	1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare Folosit pentru Nemoto Kyorindo SIRING Volum (ml) - 100. Modele - Single. Kit- SIRING 1 buc, J tub 1 buc, Conector tub 1 buc	CE
		Total lot 5						
		Lotul 6						
3314200-2		CHIRAFLEX IV SAFETY cannulas	CHFXS0101845	Slovenia	CHIRANA T. Injecta, a.s	venos periferic angio Mărime: 18G;	Conform EN, standardele ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 Marcată CE destinat aplicațiilor vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pentru aplicare largă cateter din material Teflon, disponibil în versiunea SAFETY Mărime: 18G; Diametru (mm) - 1,3 Lungime (mm) - 45	CE
		Total lot 6						

3141200-2		Lotul 7						
		CHIRAFLEX IV SAFETY cannulas	CHFXS0102225	Slovacia	CHIRANA T. Injecta, a.s	venos periferic angio Mărime: 22G;	Conform EN, standardele ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 Marcată CE destinat aplicațiilor vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pentru aplicare largă cateter din material Teflon, disponibil în versiunea SAFETY Mărime: 22G; Diametru (mm) - 0,9 Lungime (mm) - 25	CE
		Total lot 7						
3141200-2		Lotul 8						
		CHIRAFLEX IV SAFETY cannulas	CHFXS0102032	Slovacia	CHIRANA T. Injecta, a.s	venos periferic angio Mărime: 20G;	Conform EN, standardele ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 Marcată CE destinat aplicațiilor vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pentru aplicare largă cateter din material Teflon, disponibil în versiunea SAFETY Mărime: 20G; Diametru (mm) - 1,1 Lungime (mm) - 32	CE
		Total lot 8						
3141200-2		Lotul 9						
		Connecting Tubing (300PSI)	42.02.90010	China	SCW Med cath Ltd	pentru pompa angio, rezistente la presiune înaltă, 1.5m	Tub spiralat (300PSI) Lungime (cm) - 150 ID (mm) - 1,8 OD (mm) - 3,6	CE
		Total lot 9						
3141200-2		Lotul 10						
		Connecting Tubing (300PSI)	42.02.90000	China	SCW Med cath Ltd	pentru angio, forma Y;	Tub Y cu două supape de control - (300PSI) Lungime (cm) - 150 ID (mm) - 1,8 OD (mm) - 3,6	CE
		Total lot 10						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23