

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 23.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale
Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP)
pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1730302119678 din 23.12.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de
01.06.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 23.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23.12.2024		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	5833S CABLE SURGICAL DISPOSABLE 12 FT(Cablu hirurgical)	SUA	Medtronic	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara,5833SL compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare 3 metri	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara,5833SL compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare 3 metri	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000420890
19	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	5433A 5433A//CABLE 5433A PATIENT CABLE-PKG 5433A	SUA	Medtronic	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A-brosure :"Brosure_patient_cable"pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000420890
20	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	5433V 5433V//CABLE 5433V PATIENT CABLE-PKG 5433V	SUA	Medtronic	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V-atient_cable"pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000420890
35	Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	70124,70126,70128,70130,70132 701xx//CRESCENT JUGULAR DUAL LUMEN CATHETER xxF	SUA	Medtronic	Catetere buluminale destinate pentru preocedurile ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife sau S5. Plasarea specifica orificiilor laterale pentru minimizarea recirculatiei. Portul mare de infusie cu markere radiotransparente.Marcher din tantal pentru port de drenare proximal si marker radiotransparent pentru port de drenare distal si final. Doua inele pentru fixarea suturii pe cateter, una fixa una mobila. Loc special pentru fixarea suturii pe conector. Diametrile disponibile:24,26,28,30,32 FR	Catetere buluminale destinate pentru preocedurile ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife sau S5. Plasarea specifica orificiilor laterale pentru minimizarea recirculatiei. Portul mare de infusie cu markere radiotransparente.Marcher din tantal pentru port de drenare proximal si marker radiotransparent pentru port de drenare distal si final. Doua inele pentru fixarea suturii pe cateter, una fixa una mobila. Loc special pentru fixarea suturii pe conector. Diametrile disponibile:24,26,28,30,32 FR	ISO, CE Cod inregistrare AMD: in proces de inregistrare
36	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	96530-117;96530-119;96530-121;96600-123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	Canula pentru asigurarea accesului de lunga durata la procedura ECMO prin acces Femoral sau Jugular. Produse din copolymer poliuretan-silicone. Inel radiotransparent pentru fixarea suturii la partea proximala. Marker pentru vizualizarea adancimii insertiei.Orificii suplimentare laterale netede la partea distala.Design conic al capatului a cateterului. Include introductor cu forma conica indelungata.	Canula pentru asigurarea accesului de lunga durata la procedura ECMO prin acces Femoral sau Jugular. Produse din copolymer poliuretan-silicone. Inel radiotransparent pentru fixarea suturii la partea proximala. Marker pentru vizualizarea adancimii insertiei.Orificii suplimentare laterale netede la partea distala.Design conic al capatului a cateterului. Include introductor cu forma conica indelungata.	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000397125;DM000397126;DM000397127;DM000397134; DM000397135; DM000397109; DM000397110
37	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	96530-117;96530-119;96530-121;96600-123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	Configuratia pentru drenaj si retur. Varianta scurta cu lungime de insertie 18 cm, Varianta lunga cu lungime de insertie 50 sau 55 cm. Orificii laterale doar la partea distala. Diametrile disponibile:15,17,19,21,23,25 FR	Configuratia pentru drenaj si retur. Varianta scurta cu lungime de insertie 18 cm, Varianta lunga cu lungime de insertie 50 sau 55 cm. Orificii laterale doar la partea distala. Diametrile disponibile:15,17,19,21,23,25 FR	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000397125;DM000397126;DM000397127;DM000397134; DM000397135; DM000397109; DM000397110

38	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	96530-117;96530-119;96530-121;96600-123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	Configuratia pentru drenaj efectiv. Varianta scurta cu lungime de insertie 38 cm, Varianta lunga cu lungime de insertie 55 sau 61 cm. Orificii laterale doar la partea distala. Include introductor cu forma conica indelungata si lungimea extinsa. Lungimea introducătorului mai mult de 7 cm decat lungimea cateterului. Diametrele disponibile:21,23,25 FR pentru varianta scurta si 21,23,25,27,29 FR pentru varianta lunga. Un marker special pentru indicarea introducerii orificiilor laterale.	Configuratia pentru drenaj efectiv. Varianta scurta cu lungime de insertie 38 cm, Varianta lunga cu lungime de insertie 55 sau 61 cm. Orificii laterale doar la partea distala. Include introductor cu forma conica indelungata si lungimea extinsa. Lungimea introducătorului mai mult de 7 cm decat lungimea cateterului. Diametrele disponibile:21,23,25 FR pentru varianta scurta si 21,23,25,27,29 FR pentru varianta lunga. Un marker special pentru indicarea introducerii orificiilor laterale.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397125;DM000397126;DM000397127;DM000397134; DM000397135; DM000397109; DM000397110
39	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	96530-117;96530-119;96530-121;96600-123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	Configuratia mini pentru drenaj si retur. Lungimele 10-11 cm. Fara orificii laterale pentru varianta retur. Include introductor cu forma conica indelungata. Diametrele disponibile:9,11,13,15 FR	Configuratia mini pentru drenaj si retur. Lungimele 10-11 cm. Fara orificii laterale pentru varianta retur. Include introductor cu forma conica indelungata. Diametrele disponibile:9,11,13,15 FR	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397125;DM000397126;DM000397127;DM000397134; DM000397135; DM000397109; DM000397110
148	Oxigentor ECMO cu cap centrifugal	Oxigentor ECMO cu cap centrifugal	48145 48145E//OXY Nautilus ECMO w Balance Biosurface	SUA	Medtronic	Oxigentor ECMO compatibil cu sistem S5, suprafata membranei nu mai putin de 1.8m2, suprafata schimbatorului de cald nu mai putin de 0.3 m2, priming volume - nu mai mult de 226, rata fluxului sanguin 0.5-7 l/min, tranfer de oxigen-nu mai putin de 300 ml/min pentru 4 l/min, cu cap centrifugal si set de linii de perfusie. Cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD	Oxigentor ECMO compatibil cu sistem S5, suprafata membranei nu mai putin de 1.8m2, suprafata schimbatorului de cald nu mai putin de 0.3 m2, priming volume - nu mai mult de 226, rata fluxului sanguin 0.5-7 l/min, tranfer de oxigen-nu mai putin de 300 ml/min pentru 4 l/min, cu cap centrifugal si set de linii de perfusie. Cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD-Da, brosură "extracorporeal-life-support-ecls-product-catalog" pag.20	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare
149	Oxigentor ECMO cu monitoring integrat	Oxigentor ECMO cu monitoring integrat	48135 48135E//OXY Nautilus Smart ECMO w Balance Biosurface	SUA	Medtronic	Oxigentor ECMO cu sistem de monitorizare presiunii integrat compatibil cu sistem S5, suprafata membranei nu mai putin de 1.8m2, suprafata schimbatorului de cald nu mai putin de 0.3 m2, priming volume - nu mai mult de 226, rata fluxului sanguin 0.5-7 l/min, tranfer de oxigen-nu mai putin de 300 ml/min pentru 4 l/min, cu cap centrifugal si set de linii de perfusie. Cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD	Oxigentor ECMO cu sistem de monitorizare presiunii integrat compatibil cu sistem S5, suprafata membranei nu mai putin de 1.8m2, suprafata schimbatorului de cald nu mai putin de 0.3 m2, priming volume - nu mai mult de 226, rata fluxului sanguin 0.5-7 l/min, tranfer de oxigen-nu mai putin de 300 ml/min pentru 4 l/min, cu cap centrifugal si set de linii de perfusie. Cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD-Da, brosură "extracorporeal-life-support-ecls-product-catalog" pag.20	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare
163	Sensor BIS cu patru electrozi,	Sensor BIS cu patru electrozi,	186-0106 186-0106//186-0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	Sensor BIS cu patru electrozi, adult	Sensor BIS cu patru electrozi, adult-Da, brosură "bis-brain-monitoring-system-product-guide"pag.3	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000394729
167	Senzor BIS cu patru electrozi	Senzor BIS cu patru electrozi	186-0106 186-0106//186-0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	Senzor BIS cu patru electrozi compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel	Senzor BIS cu patru electrozi compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel -Da, brosură "bis-brain-monitoring-system-product-guide"pag.3	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000394729
171	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	MMT-7040QC,MMT-7920Q, SET MMT-7040QC3//SENSOR MMT-7040QC3 GUARDIAN4 5PK OUS 3 + Transmitter MMT-7920Q, SET	SUA	MEDTRONIC MINIMED	Specificațiile senzorului de glucoză: Intervalul Glicemic: valoare minimă <3,9 mmol/L valoare maximă ≥ 22,0 mmol/L; Durata de viață senzorului ≥ 7 zile; Operatorul economic va asigura cu titlu gratuit minim 8 transmisitoare, compatibile cu senzorii oferați. Specificațiile Transmițătorului: • Comunicare wireless • Conectarea cu ≥ 2 aparținători otă: Se acceptă senzori cu transmițători încorporați	Specificațiile senzorului de glucoză: Intervalul Glicemic: valoare minimă <3,9 mmol/L valoare maximă ≥ 22,0 mmol/L; Durata de viață senzorului ≥ 7 zile; Operatorul economic va asigura cu titlu gratuit minim 8 transmisitoare, compatibile cu senzorii oferați. Specificațiile Transmițătorului: • Comunicare wireless • Conectarea cu ≥ 2 aparținători otă: Se acceptă senzori cu transmițători încorporați-Da, Brosura "guardian_4_sensor"pag.3	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000366332

180	Set de dilatare vasculara ECMO	Set de dilatare vasculara ECMO	21030 21030/VASCULAR ACCESS KIT	SUA	Medtronic	Sete de dilatoare pentru introducerea neteda a cateterilor ECMO de diferite dimensiuni. Fiecare set contine dilatoare min 7 buc, 8-28 Fr. Lungimea aprox 30 cm, gid J-tip 0.038 180 cm, bisturiu, ac 18 G, seringa 10cc	Sete de dilatoare pentru introducerea neteda a cateterilor ECMO de diferite dimensiuni. Fiecare set contine dilatoare min 7 buc, 8-28 Fr. Lungimea aprox 30 cm, gid J-tip 0.038 180 cm, bisturiu, ac 18 G, seringa 10cc	ISO, CE Cod inregistrare AMD: in proces de inregistrare
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	E1450-4 EDGE BLADE ELECTRODE 9CM X50	SUA	Medtronic	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm-Da, brosură "valleylab-smoke-evacuation-brochure" pag.6	ISO, CE Cod inregistrare AMD: in proces de inregistrare
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	E1450-6 E1450-6 6IN COATED BLADE X50	SUA	Medtronic	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm-Da, brosură "valleylab-smoke-evacuation-brochure" pag.6	ISO, CE Cod inregistrare AMD: in proces de inregistrare

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dmitrii Kojevnikov** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23.12.2024								
Obiectul achiziției:				Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	Bucată	20	1 886.00	2 263.20	37 720.00	45 264.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
19	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Bucată	9	3 958.50	4 750.20	35 626.50	42 751.80			-	-
20	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Bucată	9	3 958.50	4 750.20	35 626.50	42 751.80			-	-
35	Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Bucată	5	49 875.00	53 865.00	249 375.00	269 325.00			-	-
36	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Bucată	5	10 920.00	11 793.60	54 600.00	58 968.00			-	-
37	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Bucată	5	10 920.00	11 793.60	54 600.00	58 968.00			-	-
38	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Bucată	5	10 920.00	11 793.60	54 600.00	58 968.00			-	-
39	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	Bucată	5	10 920.00	11 793.60	54 600.00	58 968.00			-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

148	Oxigentor ECMO cu cap centrifugal	Oxigentor ECMO cu cap centrifugal	Bucată	5	90 740.00	108 888.00	453 700.00	544 440.00	-	-
149	Oxigentor ECMO cu monitoring integrat	Oxigentor ECMO cu monitoring integrat	Bucată	5	108 940.00	130 728.00	544 700.00	653 640.00	-	-
163	Sensor BIS cu patru electrozi,	Sensor BIS cu patru electrozi,	Bucată	25	407.40	488.89	10 185.00	12 222.25	-	-
167	Senzor BIS cu patru electrozi	Senzor BIS cu patru electrozi	Bucată	100	407.40	488.89	40 740.00	48 889.00	-	-
171	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	Bucată	150	1 320.00	1 584.00	198 000.00	237 600.00	-	-
180	Set de dilatare vasculara ECMO	Set de dilatare vasculara ECMO	Bucată	5	4 680.00	5 616.00	23 400.00	28 080.00	-	-
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	Bucată	100	19.60	23.52	1 960.00	2 352.00	-	-
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	Bucată	100	19.60	23.52	1 960.00	2 352.00	-	-
TOTAL Oferta							1 851 393.00	2 165 539.85		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVITMED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23.12.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

Data completării: 23.12.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)