

Specificare tehnică 1: Cardiomonitor fetal

Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG

Tipul pacientului – fetal și maternal;

Antepartum -da;

Intapartum -da;

Internal fetal parametrs: DECG, IUP;

Maternal parametrs: MECG, Pulse. Optional: NBP, SpO₂;

NST timer - da

Ultrasunet- undă continua sau pulativă – 1 ...2,5 MHz;

CL Ultrasound transducer – da;

CL ECG IUP transducer – da;

CL Toco + MP transducer – da;

Frecvența cardiacă a fătului- 30-240 bpm;

Activitatea uterină- da;

Referință control zero – da;

Calibrare - frecvența cardiacă la făt, contracții uterine;

Numărul de canale – 2;

Imprimantă–termică,încorporată;

Alarmer –vizuale și acustice;

Display – 5-8 inch;

Afisaaj- LCD, color;

Conexiunea PC – da;

Timpul de operare a bateriei – min 3 ore;

Alimentarea – 220 V, 50 Hz;

Accesorii: hîrtie pentru imprimantă – 5 buc;

electrozi- setul complet;

gel de contact- 1 l;

support pe roțile (modelul)

Directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești



Petru CIUBOTARU