



“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник ОКК

ООО «FAZO-LUXE»

Онарбоев И.С.

06 августа 2024 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №02


от 06.08.2024 г.

Испытательная лаборатория: ООО «FAZO-LUXE»**Адрес:** 100049 Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ «Гулистан», ул. Оханграбо, 21.**Объект испытаний:** «БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ» Тип 22.**Размер:** 7 м x 14 см**Дата изготовления:** 08.2024 г.**Партия:** 001**Количество в партии:** 100 000 штук**Срок хранения:** 5 лет**Изготовитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Заявитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Акт отбора:** №01 от 05.08.2024 г.**Дата проведения испытаний:** 05.08.2024 г. – 06.08.2024 г.**Цель испытаний:** Лабораторные испытания.**Сведения о НД:** Ts 19235013–007:2023 «Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные»**Технические условия.****НД на методы испытаний:** EN 14079:2003; ГОСТ 18054; ГОСТ 3816; ГОСТ 3813**Маркировка:** Соответствует Ts 19235013–007:2023 (п.3.4).**Упаковка:** Соответствует Ts 19235013–007:2023 (п.3.5).**Условия проведения испытаний:** при температуре 22⁰С, относительной влажности воздуха 64 %**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:**

№ п/п	Наименование требований	Значение требований		Соответствие требований
		НД	ФАКТ	
1	Линейные размеры (п 3.2.3. табл.1)			соответствует
	Длина, м	7,0	7,0	
	Ширина, см	14,0	14,0	
2	Толщина скатки, мм, не более (п. 3.2.4. табл.2)	35	35	соответствует

3	Белизна, %, не менее (п. 3.2.6)	80	82,64	соответствует
4	Разрывная нагрузка, N, не менее (п. 3.2.7 табл.3)	60	92,57	соответствует
5	Капиллярность, см, не менее (п. 3.2.9)	7,0	8,8	соответствует
6	Визуальный осмотр п. 3.2.2.	Бинты должны быть без швов с обрезанной кромкой	Бинты без швов и с обрезанной кромкой	соответствует
7	Количества нитей/10 см, шт. По основу По утку	Мин. 116 Мин. 96	124 96	соответствует
8	Минимальная плотность, г/м ²	32	32,0	соответствует
9	Гидрофильность, сек, не более	10	6	соответствует
10	Состав	100 % хлопок	100 % хлопок	соответствует

Заключение: Бинт марлевый медицинский хлопчатобумажный нестерильный. Тип 22, размером: 7 m x 14 cm; дата изготовления: 08.2024 г., партия: 001, производства ООО «FAZO-LUXE» соответствуют Ts 19235013-007:2023 «Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные» Технические условия. (п 3.2.3. табл.1); (п 3.2.4. табл.2); (п 3.2.6); (п 3.2.7 табл.3); (п. 3.2.9); (п.3.2.2)

Исполнитель:  Акбарова З.

№ п/п	Наименование требования	Значение требования		Соответствие требованиям
		ФАКТ	НД	
1	Ширина см	14,0	14,0	соответствует
2	Толщина слоя, шт, не более (п. 3.2.4. табл.2)	32	32	соответствует