

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1722005707333				Data: „28” august 2024			
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (lista suplimentară)							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100000-1	9	Dispozitivul pentru hemodializă	Dispozitivul pentru hemodializă	Aparatul de dializă Dialog+ HDF online cu pompă dublă, cu monitor rotativ și suport de cartuș pentru bicarbonat (7102072)	Germania	B. BRAUN AVITUM AG	Conform anunțului de participare	<p>Dispozitivul pentru hemodializă. Descriere Dispozitivul pentru hemodializă realizează eliminarea extracorporeală a deșeurilor, cum ar fi creatinina și uree și apă liberă din sânge atunci când rinichii sunt într-o stare de insuficiență renală. Parametru Specificație Proprietăți sistem:</p> <p>Display color LCD / TFT, touch screen – Da, a se vedea pag. 32 din manual;</p> <p>Rampe peristaltice pe partea frontală - minim 2 – Da, 2 pompe peristaltice, a se vedea pag. 32 din manual;</p> <p>Platformă / loc specializat pentru plasare recipient cu concentrat – Da, loc specializat, a se vedea pag. 32 din manual;</p> <p>Mecanism de fixare / suport pentru cartuș cu NaHCO₃ – Da, opțiune inclusă, a se vedea pag. 327 din manual;</p> <p>Detector de bule de aer da, ultrasonic – Da, a se vedea pag. 340 din manual;</p> <p>Detector de scurgeri de sânge – Da, a se vedea pag. 338 din manual;</p> <p>Dispozitiv echipat cu 4 roți, minim 2 cu frână – Da, 4 roți, toate cu frână, a se vedea pag. 62 din manual;</p> <p>Regim de lucru:</p> <p>Hemodializă (HD) – Da, a se vedea pag. 33 din manual;</p> <p>Ultrafiltrare (UF) – Da, a se vedea pag. 33 din manual;</p> <p>Hemodiafiltrare (HDF) - Da, a se vedea pag. 33 din manual;</p> <p>Monitorizarea tensiunii arteriale (BPM / ABPM):</p> <p>Gama de măsurare a tensiunii Sistolice cel puțin 45 – 260 mmHg – Da, 45 – 280 mmHg, a se vedea pag. 343 din manual;</p> <p>MAP cel puțin 26 – 220 mmHg – Da, 25 – 240 mmHg, a se vedea pag. 343 din manual;</p> <p>Diastolică cel puțin 20 – 200 mmHg – Da, a se vedea pag. 15 – 220 mm Hg, a se vedea pag. 343 din manual;</p> <p>Pompă cu seringă incorporată în dispozitivul de bază:</p> <p>Rata de dozare continuă - minim 0.5-10 ml/h – Da, a se vedea 0.1-10 ml/h, a se vedea pag. 340 din manual;</p> <p>Incrementarea ±0.1 ml/h – Da, a se vedea pag. 340 din manual;</p> <p>Acuratețea ±10% - Da, a se vedea pag. 340 din manual;</p> <p>Seringi acceptate - cel puțin de 20 și 30 ml – Da, seringi cu volumul de la 10 la 30ml, a se vedea pag. 340 din manual;</p> <p>Sistemul dializat: Gama de temperatură - cel puțin 34 – 39 °C – Da, 33 – 40 °C, a se vedea pag. 336 din manual;</p> <p>Măsurarea presiunii transmembranare – Da, a se vedea pag. 339 din manual;</p> <p>Circuit extracorporeal:</p> <p>Debitul sanguin Gama cel puțin diapazonul 50-450 ml/min – Da, 50 – 600 ml/min, a se vedea pag. 78 din manual;</p> <p>Debitul de dializă Gama cel puțin diapazonul 300 – 700 mL/min – Da, 300 – 800 ml/min, a se vedea pag. 87 din manual;</p> <p>Presiunea liniei de acces (arterial):</p> <p>Gama de operare -250 până la +300 mmHg – Da, -400 până la +400 mmHg, a se vedea pag. 341 din manual;</p> <p>Acuratețea ±10% / ±10 mmHg – Da, ±10 mmHg, a se vedea pag. 341 din manual;</p> <p>Presiunea liniei de returnare (venos):</p> <p>Gama de operare - cel puțin diapazonul 20 până la +350 mmHg – Da, -50 până la +400 mmHg, a se vedea pag. 341 din manual;</p> <p>Acuratețea ±10% / ±10 mmHg - Da, ±10 mmHg, a se vedea pag. 341 din manual;</p> <p>Program de curățare / clătire / dezinfecție:</p> <p>Clătire cu apă – Da, a se vedea pag. 144 din manual;</p> <p>Dezinfecție chimică – Da, a se vedea pag. 125 din manual;</p> <p>Clătire / dezinfecție fierbinte – Da, a se vedea pag. 125 din manual;</p> <p>Dezinfecție și/sau clătire cu acid (decalcificare) – Da, Dezinfectare chimică și decalcificare cu acid citric 50%, a se vedea pag. 125 din manual;</p> <p>Alarmer vizuale și/sau sonore: Nivel mic da, Nivel moderat da, Nivel critic da</p> <p>Da, nivele de alarmă diferite, a se vedea pag. 263 din manual;</p> <p>Condiții de alimentare cu apă purificată:</p> <p>Temperatură - minim de la 17 la 30°C - Da, de la 10 la 30 °C, a se vedea pag. 334 din manual;</p> <p>Presiune - minim de la 1.5 la 6 Bar – Da, 0.5 – 6 bar, a se vedea pag. 334 din manual;</p> <p>Sistem de alimentare cu energie electrică:</p> <p>Cablu de alimentare (Schuko -> C13) 220V, 50 Hz - Da, a se vedea pag. 33 din manual;</p> <p>Baterie / acumulator incorporat – Da, opțiune inclusă, a se vedea pag. 218 din manual;</p> <p>Clasa de protecție: Electrosiguranță Clasa I / II, Tip B – Da, a se vedea pag. 222 din manual;</p> <p>Împotriva scurgerilor de lichide IPX1 / IP21 - Da, a se vedea pag. 222 din manual;</p> <p>Accesorii:</p> <p>Kit de dializă standard (Dializator, cartuș bicarbonat, catetere, etc.) - minim 10 proceduri - Da, incluse în oferta de preț toate consumabilele necesare pentru efectuarea a 10 proceduri de dializă standard;</p> <p>Suport cu minim 4 cârlige pentru pungi cu fluide – Da, a se vedea pag. 1 din manual;</p> <p>Suport dializator da – Da, a se vedea pag. 61 din manual;</p> <p>Suport / Coș pentru manșetă NIBP 1 buc. – Da, manșeta NIBP poate fi plasată în mânerul lateral, care sunt utilizate atât pentru transportul aparatului, cât și pentru plasarea manșetelor NIBP, a se vedea pag. 30 din manual.</p> <p>Furtun NIBP cu conectoare 1 buc. – Da, opțiune inclusă;</p> <p>Manșetă NIBP cu conector (latex free) mărime - medie (1 buc.) – Da, incluse în oferta de preț, a se vedea pag. 183 din manual;</p> <p>Manșetă NIBP cu conector (latex free) mărime - mare (1 buc.) - Da, incluse în oferta de preț, a se vedea pag. 183 din manual;</p> <p>Termen de garanție 24 luni + mentenanță – Da;</p> <p>Manual de utilizare în limba de stat – Da;</p> <p>Manual de service în limba engleză - Da;</p>	DOC, CE, DM000347397

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23