



Nr. Rg02-2949 din 21 septembrie 2022

Imunotehnomed SRL

Triumf-Motiv SRL

Mediclim AM” SRL

**Copie: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
IMPS Institutul de Medicină Urgentă**

Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), cu referire la procedura de achiziție deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1655881859284 privind achiziționarea *Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7)*, în temeiul art. 69 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și contestației operatorului economic Medeclim AM SRL nr. 02/697/22 din 07.09.2022, Vă comunică decizia de reevaluare a ofertelor din 21.09.2022, după cum urmează:

Lotul nr. 6 Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea sus menționată, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme.

Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat parametrul tehnic Metoda de detecții / colorimetrică s-a oferat prin metoda fluorescent.
2. S-a solicitat Consumabile / Flacoane din polycarbonat (plastic) / Flacoane pentru incubare aerobă, simple și Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene s-a oferat fabricate din sticla.

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat parametrul tehnic Panoul de comandă cu ecran tactil s-a oferit fără ecran tactil.
2. S-a solicitat Emisia de sunet maxim 60 dB s-a oferit 85 dB;
3. S-a solicitat Domeniul umidității de funcționare: umiditate relativa între 10% - 90% fără condens a fost oferit ≤ 80 % fără condens;

Oferta operatorului economic „**Mediclim AM**” SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat ca fiecare document atașat la ofertă în sistemul electronic, să fie *„confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei”*, conform ofertei electronice depuse în SIA RSAP (MTender) a operatorului economic Mediclim AM” SRL, nici un document nu conține semnătură electronică.

Pentru lotul nr. 6 *Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice*, CAPCS va iniția procedură nouă, după reconfirmarea specificațiilor tehnice și a valorii estimate de către beneficiar, IMPS Institutul de Medicină Urgentă.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director adjunct

Ala GOJAN