

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Procedura de achizitie: COP 21080861

data: 06.06.2023

Denumirea achizitiei: **Achiziționarea serviciilor de mentenanța a utilajului medical p-u semestrul II conform necesitatilor Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2023**

|    | Denumirea utilajului                      | Producator | tara de origine | cantitate | u/m | specific. Tehnica solicitata | specific. Tehnica ofertata                              | certificat de calificare       |
|----|---|------------|-----------------|-----------|-----|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1  | Analizator automat KIMAsed auto 16        | Kima       | Italia          | 1         | buc | vezi invitatia               | semestrul II, 2 interventii, la solicitarea inginerului | certif. traning Kima, Italia   |
| 2  | Analizator biochimic Medica EasyLite Na/K | Medica     | SUA             | 1         | buc | vezi invitatia               | semestrul II, 2 interventii, la solicitarea inginerului | certif. traning Medica, SUA    |
| 3  | Analizator hematologic PCE-210            | Erma       | Japonia         | 2         | buc | vezi invitatia               | semestrul II, 2 interventii, la solicitarea inginerului | certif. traning Erma, Japonia  |
| 5  | Analizator imunologic Tecan Sunrise       | Tecan      | Austria         | 1         | buc | vezi invitatia               | semestrul II, 2 interventii, la solicitarea inginerului | certif. traning Tecan, Austria |
| 15 | Spalator de microplaci Tecan Hidroflex    | Tecan      | Austria         | 1         | buc | vezi invitatia               | semestrul II, 2 interventii, la solicitarea inginerului | certif. traning Tecan, Austria |

**În prețul de reparatie si intretinere vor fi incluse :**

**lucrările de complicație joasă**, mentenanța periodică, mentenanța corectivă, mentenanța preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale;

**lucrări de complicație înaltă**: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor integrale și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu,

Piese de schimb vor fi achitate de autoritatea contractanta,

montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea; lucrările de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale.

piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă și asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic.

**Deservirea dispozitivelor medicale constă în :**

**Mentenanța preventivă**, din care fac parte lucrările ce pot preveni defectarea dispozitivului (curățirea dispozitivului de praf în interior, verificarea funcționalității tuturor modulelor, butoanelor, conecatoarelor, fișelor de 220V, accesoriilor și repararea lor dacă e necesar, instalarea clamelor) și efectuarea lucrărilor specificate în anexe.

Lucrările se vor efectua în cadrul Serviciului medical al MAI în prezența unui inžiner din secția logistica și administrare.

**Mentenanța corectivă**, din cadrul ei fac parte lucrările de reparație a modulelor și a componentelor defectate.

În cazul unei reparații complexe, se va efectua în locul specificat de către prestatorul de servicii cu înștiințarea autorității contractante, semnând de către ambele părți un act de predare – primire a dispozitivului medical sau a unei componente.

După finalizarea oricărei lucrări dispozitivele medicale vor fi testate, apoi date în exploatare.

**Serviciile de mentenanță se efectuează la sediul Beneficiarului, la comanda, trimestrial, pe parcursul a.2023 (2 intervenții).**

**În prețurile indicate nu sunt incluse piesele de schimb care la necesitate se vor achita separat de către autoritatea contractantă.**

**Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Besirik Inga, în calitate de: Director**

***Ofertantul: „Intermed-Service” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2***