

Specificații tehnice									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1653050230290					Data: „31” mai 2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022 (repetat)					Lot: 1	Pagina: __din __
Cod CPV	Nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 00-1	1	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată)	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată)	Mosaic P 20 8C	Germania	Rexton / Sivantos	Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximala: 128 dB și mai mult; Câștigul maximal: 58dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramiei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Anul lansarii pe piata mondiala: 2020; Experiență clinica a PA: mai mult de 1an; Ieșirea maximala: 141 dB ; Câștigul maximal: 81dB. Nivel de zgomot 17 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 120 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvențial: 5900 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 ; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. - Prezent. Specificarea dată este menționată în fișa tehnică a PA (bobina telefonică). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice 5/4/1/- %. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramiei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Prezent	IEC 118-0

Semnat: Chirtoacă Ludmila, În calitate de: Administrator

Ofertantul: Acustmed SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 49