

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-175996559234/21488288 din: 09.10.2025 conform SIARSAP Mender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale Suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
12	Ansa polipectomie rotativa asimetrică (gastro-colono.)	Ansa polipectomie rotativa asimetrică (gastro-colono.)	AF-D2423DT	China	Alton Medical Instruments Co.,Ltd	Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la solicitare), în canală transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei. Lungimea-2300 mm (~-10mm).	Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la solicitare), în canală transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei. Lungimea-2300 mm (~-10mm).	CE,ISO DM000835938
15	Bandaj tubular (esut, firă cusături pentru cap mic/braț/picior (mărimi C	Bandaj tubular (esut, firă cusături pentru cap mic/braț/picior (mărimi C	Tubular bandage C	China	Hacrun Medical Products Co.Ltd	Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocizie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, firă cusături bi- elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamidă 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație.	Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocizie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, firă cusături bi- elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamidă 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație.	CE,ISO in proces
36	Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL	Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL	AF-D2421GLI	China	Alton Medical Instruments Co.,Ltd	Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL spiralat, 25x40mm, lungime - 210-220cm, diametrul 2,8-3,2mm, Coș din 4 fire nitinol, utilizabil pentru litotritie, poate fi introdus pe ghid preinstalat, cu port pentru lavaj-contrastare.	Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL spiralat, 25x40mm, lungime - 210-220cm, diametrul 2,8-3,2mm, Coș din 4 fire nitinol, utilizabil pentru litotritie, poate fi introdus pe ghid preinstalat, cu port pentru lavaj-contrastare.	CE,ISO DM000561304
38	Dispozitiv pentru ligaturare	Dispozitiv pentru ligaturare	AF-D6EL	China	Alton Medical Instruments Co.,Ltd	Dispozitiv pentru ligaturare cu laț detașabil diametrul >25mm și <40mm, lungimea nu mai mică de 230cm, pentru polipectomie endoscopică prin canalul endoscopului-de min 2,8mm. De unică folosință.	Dispozitiv pentru ligaturare cu laț detașabil diametrul >25mm și <40mm, lungimea nu mai mică de 230cm, pentru polipectomie endoscopică prin canalul endoscopului-de min 2,8mm. De unică folosință.	CE,ISO in proces
49	Ghid metalic tip "Zebra" 0, 025; 0, 035	Ghid metalic tip "Zebra" 0, 025; 0, 035	VDK-ZGW-63-460-J, VDK-ZGW-63-460-A	China	Jiangsu Viedang Medical Science and Technology Co.,Ltd.	Confecționat din nitinol, cu markeri-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mică de 460cm, pentru colangiografie endoscopică.	Confecționat din nitinol, cu markeri-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mică de 460cm, pentru colangiografie endoscopică.	CE,ISO DM000565917, DM000565918

87	Set chirurgical cardiovascular hibrid pentru intervenții cardiace minim-invasive (MICS)	Set chirurgical cardiovascular hibrid pentru intervenții cardiace minim-invasive (MICS)	DP-921	Turcia	Dispack Disposable Medical Products	Set cardiovascular hibrid, sterilizabil. Componentă inclusă în set: 1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m² și poliesteră minim 50cm grosime; plus un strat de poliesteră pe toată suprafața de minim 60cm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofoabă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 4 buc.: Ștergere pentru minimi, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (±5 cm), zona absorbantă - minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m²; strat impermeabil din poliesteră minim 50cm grosime. 4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5) 1 buc.: Măscă impermeabilă - lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100%; pe exterior: strat absorbant pe interior, rezistent la rupe și împănături; Măscă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măscă cusută cu acul sau măscă de polipropilenă hidrofoab. 6) 4 perechi: Mănuși sterile, nepunute (câte o pereche: N7, N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciu deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistență la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apigenice, rezistență la rupe - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistență la rupe, AQL - nu mai mare de 0, 65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; superabsorbant - zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±5 cm), capacitate de absorbție minim 200g/m²; strat exterior impermeabil la lichide, virus și bacterii, maleabil. 8) 2 buc.: Susținător de cablu veler, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9) 1 buc.: Perușă pentru curățarea focului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv genil. 10) 1 pereche: Babilă pereche, impermeabilă, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), cu lipici pentru ajustarea măririi individuale. 11) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din polipropilenă minim 10g/m², b) strat impermeabil din poliesteră minim 40cm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², cu bord adeziv integrat (nu se accepta lipici cu 2 fete), bordul adeziv aplicat necomplicat pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12) 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal - dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă minim 10g/m²; b) strat impermeabil din poliesteră minim 40cm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Despicătură urgențială 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv integrat (nu se accepta lipici cu 2 fete), bordul adeziv aplicat necomplicat pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la câmp, absorbantul compus din 2 straturi: a) poliesteră minim 50cm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m². 13) 1 buc.: Cărp cardiovascular hibrid - dimensiuni 240/300x350cm (±5 cm). Câmp integrat, impermeabil 100%, cu grad înalt de absorbție în zona critică minim 2, 0g/dm², compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă minim 10g/m²; b) strat lateral impermeabil din poliesteră pe toată suprafața cu grosimea minim 50cm, c) strat absorbant din viscoză minim 10g/dm² pe toată zona semicritică; d) strat superabsorbant din viscoză/poliesteră minim 50g/m² la zona critică cu dimensiunile 50x140cm, cu film de încălzire integrat: zona toraco-abdominală cu dimensiuni minime 35x55cm, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 buc. din poliesteră minim 80cm grosime integrate cu cearșaf, cu dimensiunile 30x70 cm (±5 cm), pictogramă pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14) 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm (±5 cm), zona absorbantă pe toată suprafața. Compus din 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din poliesteră minim 50cm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm². 15) 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din poliesteră, cu lipici, detașabile. 16) 3 buc.: Panglii de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din poliesteră minim 25cm grosime; b) absorbant din poliester, grosime minim 40g/m²; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 17) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neteșut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre - SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măscă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măscă cusută cu acul; d) Lungime mincilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (±5 cm), lungimea halatului în zona acilară 75cm (±3cm). 18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL, ranforsat - a) Din material neteșut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre - SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mănecă, materialul ranforsat - film din polipropilenă și poliesteră, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mănecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat la față, materialul ranforsat - film din polipropilenă și poliesteră, cu grosimea minim 30g/m²; dimensiunile ranforsării la față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Măscă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măscă cusută cu acul; impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungime mincilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (±5 cm), lungimea halatului în zona acilară 75cm (±3cm); g) Impermeabilitate la rupe ranforsată - 100%. 19) 2 buc.: Ștergere pentru minimi - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20) 2 buc.: huse mică lampă chirurgicală. 21) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.
90	Set chirurgical sterilizabil pentru intervenții endovasculare majore (003312)	Set chirurgical sterilizabil pentru intervenții endovasculare majore (003312)	DIS-451.01	Turcia	Dispack Disposable Medical Products	Set sterilizabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (±5 cm), integrat, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (±5 cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție - minim 10g/dm²; pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 0x10cm (±5 cm) și 2 orificii de 5x7cm (±5 cm), cu bord adeziv integrat în jurul orificiilor (nu se accepta lipici cu 2 fete). b) Zona semicritică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, din 70x200cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se derolășeze în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13038. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (±5 cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și polimer minim 50g/m², cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (±5 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din poliesteră minim 40cm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (±5 cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilenă minim 30 g/m²; strat impermeabil din poliesteră minim 55 cm; grad de absorbție minim 2, 0g/dm²; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru minimi, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neteșut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre - SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măscă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măscă cusută cu acul; d) Lungime mincilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (±5 cm), lungimea halatului în zona acilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepunute (câte o pereche: N7, 5 - 2 perechi; N8, 0 - 1 pereche) - din cauciu deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistență la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apigenice, rezistență la rupe - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistență la rupe, AQL - nu mai puțin de 0, 65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: huse ecen circulară - 140cm din poliesteră, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: huse tub radiologic C-arc, circulară, 75cm din poliesteră, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilenă, gradă, transparent, cu fillet și capac, înălțimea minim 7cm, înscrisiption cu etichetă "rise biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilenă, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilenă, color. 13. 1 buc.: Bol real minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forecep - 15cm (±5 cm). 15. 1 buc.: Clamă - 10cm (±5 cm). 16. 1 buc.: Tavă 2500 ml, rotundă, din polipropilenă, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (±1 cm) - pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Ramplă 3 cu OFF, robinete cu „aripioare”, rezistență la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografie - lungimea minim 175cm, tip I, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0, 035°, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 1 buc.: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 25G. 25. 1 buc.: Seringă Laer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Laer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Laer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Laer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură - 30x30cm (±5 cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (±5 cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material neteșut minim 30g/m²; b) impermeabil din poliesteră minim 35g/m². Set sterilizabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (±5 cm), integrat, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (±5 cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție - minim 10g/dm²; pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 0x10cm (±5 cm) și 2 orificii de 5x7cm (±5 cm), cu bord adeziv integrat în jurul orificiilor (nu se accepta lipici cu 2 fete). b) Zona semicritică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, din 70x200cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se derolășeze în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13038. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (±5 cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și polimer minim 50g/m², cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (±5 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din poliesteră minim 40cm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (±5 cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilenă minim 30 g/m²; strat impermeabil din poliesteră minim 55 cm; grad de absorbție minim 2, 0g/dm²; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru minimi, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neteșut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre - SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măscă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măscă cusută cu acul; d) Lungime mincilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (±5 cm), lungimea halatului în zona acilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepunute (câte o pereche: N7, 5 - 2 perechi; N8, 0 - 1 pereche) - din cauciu deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistență la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apigenice, rezistență la rupe - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistență la rupe, AQL - nu mai puțin de 0, 65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: huse ecen circulară - 140cm din poliesteră, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: huse tub radiologic C-arc, circulară, 75cm din poliesteră, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilenă, gradă, transparent, cu fillet și capac, înălțimea minim 7cm, înscrisiption cu etichetă "rise biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilenă, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilenă, color. 13. 1 buc.: Bol real minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forecep - 15cm (±5 cm). 15. 1 buc.: Clamă - 10cm (±5 cm). 16. 1 buc.: Tavă 2500 ml, rotundă, din polipropilenă, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (±1 cm) - pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Ramplă 3 cu OFF, robinete cu „aripioare”, rezistență la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografie - lungimea minim 175cm, tip I, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0, 035°, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 1 buc.: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 25G. 25. 1 buc.: Seringă Laer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Laer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Laer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Laer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură - 30x30cm (±5 cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (±5 cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material neteșut minim 30g/m²; b) impermeabil din poliesteră minim 35g/m².

117	Stent biliar metallic	Stent biliar metallic	Biliary Stent System	China	Ghangzhou Garson Medical Apparatus Co.,Ltd	Stent biliar metallic(nichel-titanium)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conține:stent- nitinol și un tub de inserție teflon de 170-185 mm, diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de repositionare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de neurturare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzi, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol) cu 3 markeri radiopaci de Aur.	Stent biliar metallic(nichel-titanium)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conține:stent- nitinol și un tub de inserție teflon de 170-185 mm, diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de repositionare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de neurturare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzi, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol) cu 3 markeri radiopaci de Aur.	CE, ISO în proces
123	Stent esofagian metallic auto expandabil cu sistem de livrare	Stent esofagian metallic auto expandabil cu sistem de livrare	Esophagean Stent System	China	Ghangzhou Garson Medical Apparatus Co.,Ltd	Stent esofagian metallic: auto expandabil cu sistem de livrare. L=6 cm, 8 cm, 12 cm, 4 cm	Stent esofagian metallic: auto expandabil cu sistem de livrare. L=6 cm, 8 cm, 12 cm, 4 cm	CE, ISO în proces
125	Stent metallic auto expandabil tract digestiv inferior	Stent metallic auto expandabil tract digestiv inferior	Esophagean Stent System	China	Ghangzhou Garson Medical Apparatus Co.,Ltd	Stent metallic: auto expandabil tract digestiv inferior. Utilizabil prin canalul endoscopului, L=6cm, 8cm, 10cm.	Stent metallic: auto expandabil tract digestiv inferior. Utilizabil prin canalul endoscopului, L=6cm, 8cm, 10cm.	CE, ISO în proces

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4