

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1634036496314 din 18.10.21

Denumirea procedurii: Echipament medical pentru activitatea științifică (repetat)

N/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	33100000-1	Congelator de laborator	ULT C200	Danemarca	Nordic Lab (Vestfrost)	Conform caietului de sarcini	Congelator de laborator, orizontal, 198L,, cu accesorii pentru stocarea probelor (rafturi, boxe, etc.) Dimensiuni maxime admise: 885 mm x 923 mm x 680 mm Lățimea 680 mm înălțimea 885 mm Specificații obligatorii: -Volumul congelatorului 198L - Diapazonul temperaturii minim/maxim -60-86°C -Diapazonul temperaturii disponibil pentru lucru - 70...-80°C -Congelator orizontal -Alarmă de întrerupere a alimentării -Alarma de temperatura ridicată /scăzută. -Zgomot 55dB Utilizarea: Stocarea probelor biologice pe timp îndelungat Garanție: 2 ani	CE

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau