



## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва: Засоби гелеві антимікробні «ОпiкУн»® ТУ У 21.2-39157124-002:2014  
Специфікація: Серветка гелева антимікробна «ОпiкУн»® (30x20 см) №1  
Партія №: OT2023-06  
Дата виготовлення: 23.06.2023  
Термін придатності: 23.06.2026 (3 роки)  
Кількість: 3000 шт.

Таблиця 1

Назва показника	Норма	Результати
Кількість в упаковці	1 шт.	Відповідає
Розмір	30,0 x 20,0 ( $\pm 1,0$ ) см	Відповідає
Зовнішній вигляд	Однорідна драглеподібна маса без сторонніх домішок. Серветки та смужки мають бути цілісними, з рівними краями; допускається наявність бульбашок повітря та незначене помутніння, зморшки. Без забруднень.	Відповідає
Водневий показник	5,7-8,7 рН	Відповідає
Пакування	Трьохшарова індивідуальна упаковка	Відповідає

Таблиця 2

Назва показника	Нормоване значення показника згідно з технічними умовами	Фактично визначене значення показника	НД та метод випробувань	Результати досліджень
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше	$10^3$	$<10^3$	ДСТУ ISO 21149:2010	Відповідає
Кількість грибів роду <i>Candida</i> та пліснявих грибів, КУО в 1 г, не більше	$10^2$	Відсутні	ДФУ, 2001, вид.1, пп.2.6.12-13	Відповідає
Бактерії родини <i>Enterobacteriaceae</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДФУ, 2001, вид.1, пп.2.6.12-13	Відповідає
<i>Staphylococcus aureus</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДСТУ ISO 22718:2010	Відповідає
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДСТУ ISO 182177:2010	Відповідає



Висновок: Засоби гелеві антимікробні «ОпiкУн»® ТУ У 21.2-39157124-002:2014, Серветка гелева антимікробна «ОпiкУн»® (30x20 см) №1, виробництва ТОВ «Зентекс», відповідають вимогам ТУ У 21.2-39157124-002:2014 згідно протоколів випробувань та результатів санітарно-мікробіологічного дослідження від 03.07.2023.

Директор ТОВ «Зентекс

Місюра В.А.

