

**ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ**

Индикатор химический

для контроля паровой стерилизации ИКПС-"Медтест"-132/20

**ИКПС-132 ( $\pm 2$ )°C – 20 мин. (+2) мин.**

(параметры режима)

НРИМ.932719.007ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/06854 от 26.03.2018г.

Серия №

ТУ 9398-001-53262326-2009

Дата изготовления

190919

09 2019

| № п/п | Показатели                                                                 | Требования ТУ                                                    | Результаты анализа |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                | 4                  |
| 1     | Соответствие состава комплекту НТД                                         | 1.3.1.                                                           | соответствует      |
| 2     | Маркировка                                                                 | 1.4.                                                             | соответствует      |
| 3     | Соответствие внешнего вида, окраски эталона                                | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.-1.2.5., 1.2.7., 1.2.13., 1.2.18., 1.2.21. | соответствует      |
| 4     | Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов                          | 1.2.17., 1.2.21.                                                 | соответствует      |
| 5     | Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях | 1.2.18.                                                          | соответствует      |
| 6     | Срок годности                                                              | 1.2.25.<br>36 месяцев с даты изготовления                        | соответствует      |

Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

**продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**

Начальник ХТУ

Комплектацию в соответствии  
с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участкаОтпуск разрешил  
Начальник производства  
М.А. Воротницкая  
И.Н. Нечаева  
А.Е. Хорев

**ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ**

Индикатор химический

для контроля воздушной стерилизации ИКВС-"Медтест"-180/60

**ИКВС-180 ( $\pm 3$ )°С – 60 мин. (+5) мин.**

(марка, параметры, режимы)

НРИМ.932719.008 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/06854 от 26.03.2018 г.

Серия № **250919**

ТУ 9398-001-53262326-2009

Дата изготовления **06 2019**

| № п/п | Показатели                                                                   | Требования ТУ                                                                               | Результаты анализа |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                            | 3                                                                                           | 4                  |
| 1     | Соответствие состава комплекту НТД                                           | 1.3.1.                                                                                      | соответствует      |
| 2     | Соответствие маркировки, упаковки                                            | 1.4., 1.5.                                                                                  | соответствует      |
| 3     | Соответствие внешнего вида индикаторов                                       | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.12., 1.2.13., 1.2.14. | соответствует      |
| 4     | Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов в условиях отсутствия пара | 1.2.17.                                                                                     | соответствует      |
| 5     | Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях   | 1.2.18., 1.2.19., 1.2.21.                                                                   | соответствует      |
| 6     | Срок годности                                                                | 1.2.25.<br>36 месяцев с даты изготовления                                                   | соответствует      |

Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

**Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-001-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**

Начальник ХТУ

  
М.А. ВоротницкаяКомплектацию в соответствии  
с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка  
И.Н. НечаеваОтпуск разрешил  
Начальник производства  
А.Е. Хорев

# ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический  
для контроля паровой стерилизации ИКПС-"Медтест"-120/45

**ИКПС-120 (+2)°С – 45 мин. (+3) мин.**

(параметры режима)

НРИМ.932719.007ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/06854 от 26.03.2018г.

Серия №

070919

ТУ 9398-001-53262326-2009

Дата изготовления


09 2019

| № п/п | Показатели                                                                 | Пункты требований ТУ                                             | Результаты анализа |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                | 4                  |
| 1     | Соответствие состава комплекту НТД                                         | 1.3.1.                                                           | соответствует      |
| 2     | Маркировка                                                                 | 1.4.                                                             | соответствует      |
| 3     | Соответствие внешнего вида, окраски эталона                                | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.-1.2.5., 1.2.7., 1.2.13., 1.2.18., 1.2.21. | соответствует      |
| 4     | Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов                          | 1.2.17., 1.2.21.                                                 | соответствует      |
| 5     | Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях | 1.2.18.                                                          | соответствует      |
| 6     | Срок годности                                                              | 1.2.25.<br>36 месяцев с даты изготовления                        | соответствует      |


Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

**Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-001-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**



Начальник ХТУ



М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка



И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
Начальник производства



А.Е. Хорев

**ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**Индикатор химический одноразового применения для контроля**  
**паровой стерилизации ИКПС-ВН/01-"Медтест"-120/45**

**120 (+2)°C / 45 мин. (+3) мин.**

(параметры режима)

НРИМ.932719.005ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/09764 от 26.03.2018г.

Серия №

060919

ТУ 9398-003-53262326-2006

Дата изготовления


09 2019

|   | Показатели                                                                   | Номера пунктов требований ТУ                            | Результаты анализа |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2                                                                            | 3                                                       | 4                  |
| 1 | Соответствие состава комплекту НТД                                           | 1.2.1., 1.2.3., 1.3.1., 1.5.2                           | соответствует      |
| 2 | Маркировка                                                                   | 1.4.                                                    | соответствует      |
| 3 | Соответствие габаритных размеров, внешнего вида                              | 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10. | соответствует      |
| 4 | Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов в условиях отсутствия пара | 1.2.17.                                                 | соответствует      |
| 5 | Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях   | 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16                                | соответствует      |
| 6 | Срок годности                                                                | 1.2.21.<br>36 месяцев с даты изготовления               | соответствует      |

Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.



Начальник ХТУ

\_\_\_\_\_  
М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии  
с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка

\_\_\_\_\_  
И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
Начальник производства

\_\_\_\_\_  
А.Е. Хорев

**ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**Индикатор химический одноразового применения для контроля**  
**паровой стерилизации ИКПС-ВН/01-"Медтест"-132/20**

**132 (±2)°C / 20 мин. (+2) мин.**

(параметры режима)

НРИМ.932719.005ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/09764 от 26.03.2018г.

Серия №

240919

ТУ 9398-003-53262326-2006

Дата изготовления


09 2019

| № п/п | Показатели                                                                   | Номера пунктов требований ТУ                            | Результаты анализа |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                            | 3                                                       | 4                  |
| 1     | Соответствие состава комплекту НТД                                           | 1.2.1., 1.2.3., 1.3.1., 1.5.2                           | соответствует      |
| 2     | Маркировка                                                                   | 1.4.                                                    | соответствует      |
| 3     | Соответствие габаритных размеров, внешнего вида                              | 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10. | соответствует      |
| 4     | Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов в условиях отсутствия пара | 1.2.17.                                                 | соответствует      |
| 5     | Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях   | 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16                                | соответствует      |
| 6     | Срок годности                                                                | 1.2.21.<br>36 месяцев с даты изготовления               | соответствует      |

Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

**Продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**



Начальник ХТУ

 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил  
 Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
 Начальник производства

 А.Е. Хорев

## ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический одноразового применения  
для контроля процессов стерилизации

**"Медтест"-134°C/5 мин**

НРИМ.932821.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2009/05786 от 14.12.2017

Серия № **240919**

TU 9398-008-53262326-2009

Дата изготовления **09 2019**

| № п/п | Показатели                                                                                  | Требования ТУ                                    | Результаты анализа |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                           | 3                                                | 4                  |
| 1     | Соответствие внешнего вида индикатора                                                       | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.9., 1.2.11., 1.2.16. | соответствует      |
| 2     | Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки                                    | 1.3., 1.4.6., 1.4.7.                             | соответствует      |
| 3     | Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора                   | 1.2.20., 1.2.24.                                 | соответствует      |
| 4     | Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния                     | 1.2.24.                                          | соответствует      |
| 5     | Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в насыщенном паре       | 1.2.25., 1.2.27.                                 | соответствует      |
| 6     | Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе | 1.2.22., 1.2.26.                                 | соответствует      |
| 7     | Срок годности                                                                               | 1.2.32.<br>36 месяцев с даты изготовления        | соответствует      |


Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

Закключение:

**Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-008-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**




Начальник ХТУ

 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
Начальник производства

 А.Е. Хорев

# ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический одноразового применения  
для контроля процессов стерилизации

**"Медтест"-134°C/7 мин**

НРИМ.932821.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2009/05786 от 14.12.2017

Серия № **130919**

ТУ 9398-008-53262326-2009

Дата изготовления **09 2019**

| № п/п | Показатели                                                                                  | Требования ТУ                                    | Результаты анализа |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                           | 3                                                | 4                  |
| 1     | Соответствие внешнего вида индикатора                                                       | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.9., 1.2.11., 1.2.16. | соответствует      |
| 2     | Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки                                    | 1.3., 1.4.6., 1.4.7.                             | соответствует      |
| 3     | Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора                   | 1.2.20., 1.2.24.                                 | соответствует      |
| 4     | Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния                     | 1.2.24.                                          | соответствует      |
| 5     | Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в насыщенном паре       | 1.2.25., 1.2.27.                                 | соответствует      |
| 6     | Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе | 1.2.22., 1.2.26.                                 | соответствует      |
| 7     | Срок годности                                                                               | 1.2.32.<br>36 месяцев с даты изготовления        | соответствует      |

Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

Заключение:

**Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-008-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**

Начальник ХТУ


 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии  
с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
Начальник производства

 А.Е. Хорев



## ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации  
комбинированный самоклеящийся плоский ПСПВ-СтериМаг

НРИМ.932719-003ПС

Код/типоразмер (мм):  
ПСПВ-СтериМаг

60x100; 75x150; 75x200; 90x170; 90x180; 90x230; 90x250;  
100x200; 100x210; 100x250; 100x300; 100x320; 100x400;  
100x500; 115x200; 115x245; 130x250; 130x270; 130x370;  
140x200; 140x250; 140x390; 150x250; 150x280; 150x300;  
150x350; 150x400; 150x600; 190x330; 190x340; 200x300;  
200x330; 200x400; 230x280; 230x350; 250x320; 250x360;  
250x400; 250x440; 250x500; 300x390; 300x400; 300x430;  
300x450; 300x500; 300x600; 350x400; 350x470; 350x500;  
350x600; 400x600; 450x500; 450x550; 500x600

Номер гос.  
регистрации:  
№ ФСР 2010/08882  
от 06.09.2017 г.  
ТУ 9398-011-  
53262326-2010


Серийный выпуск.

Дату изготовления смотри на упаковке.

| №<br>п/п | Показатели                                                                   | Пункты требований ТУ                  | Результаты<br>анализа |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                            | 3                                     | 4                     |
| 1        | Соответствие внешнего вида                                                   | 1.2.2. 1.2.3., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. | соответствует         |
| 2        | Маркировка                                                                   | 1.4.5.                                | соответствует         |
| 3        | Соответствие состава<br>комплекту НТД                                        | 1.3.                                  | соответствует         |
| 4        | Проверка устойчивости<br>/совместимости/ к факторам<br>стерилизации          | 1.2.13.                               | соответствует         |
| 5        | Проверка сохранности<br>микробного барьера                                   | 1.2.14.                               | соответствует         |
| 6        | Соответствие цветов начального,<br>конечного состояний<br>индикаторной метки | 1.2.4.                                | соответствует         |
| 7        | Срок годности при хранении:                                                  | 60 месяцев с даты изготовления        | соответствует         |

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.



Отпуск разрешил  
Начальник ХТУ

Комплектацию в соответствии  
с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка

Отпуск разрешил  
Начальник производства

*[Signature]*

Воротницкая М.А.

*[Signature]*

Нечаева И.Н.

*[Signature]*

Хорев А.Е.

# ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический одноразового применения  
для контроля процессов стерилизации

**"Медтест"-134°C/4 мин**

НРИМ.932821.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2009/05786 от 14.12.2017

Серия № **040919**

ТУ 9398-008-53262326-2009


Дата изготовления **09 2019**

| № п/п | Показатели                                                                                  | Требования ТУ                                    | Результаты анализа |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                           | 3                                                | 4                  |
| 1     | Соответствие внешнего вида индикатора                                                       | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.9., 1.2.11., 1.2.16. | соответствует      |
| 2     | Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки                                    | 1.3., 1.4.6., 1.4.7.                             | соответствует      |
| 3     | Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора                   | 1.2.20., 1.2.24.                                 | соответствует      |
| 4     | Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния                     | 1.2.24.                                          | соответствует      |
| 5     | Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в насыщенном паре       | 1.2.25., 1.2.27.                                 | соответствует      |
| 6     | Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе | 1.2.22., 1.2.26.                                 | соответствует      |
| 7     | Срок годности                                                                               | 1.2.32.<br>36 месяцев с даты изготовления        | соответствует      |


Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

Заключение:

**Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-008-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**



Начальник ХТУ

 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
Начальник производства

 А.Е. Хорев

# ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический одноразового применения  
для контроля процессов стерилизации

**"Медтест"-134°C/18 мин, класс 4**

НРИМ.932821.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2012/13342 от 12.12.2017 г.

Серия № **050919**

ТУ 9398-014-53262326-2012

Дата изготовления **09 2019**


| № п/п | Показатели                                                                                  | Требования ТУ                                                                      | Результаты анализа |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                           | 3                                                                                  | 4                  |
| 1     | Соответствие внешнего вида индикатора                                                       | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.10., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16. | соответствует      |
| 2     | Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки                                    | 1.3., 1.4.6., 1.4.7.                                                               | соответствует      |
| 3     | Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора                   | 1.2.20.                                                                            | соответствует      |
| 4     | Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния                     | 1.2.20.                                                                            | соответствует      |
| 5     | Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе | 1.2.21.                                                                            | соответствует      |
| 6     | Срок годности                                                                               | 1.2.44.<br>36 месяцев с даты изготовления                                          | соответствует      |

Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

Заключение:

**Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-014-53262326-2012, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**


Начальник ХТУ


 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
Начальник производства

 А.Е. Хорев



# ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический одноразового применения  
для контроля процессов стерилизации

**"Медтест"-134°C/20 мин, класс 4**

НРИМ.932821.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2012/13342 от 12.12.2017

Серия № **060919**

TU 9398-014-53262326-2012


Дата изготовления **09 2019**

| №<br>п/п | Показатели                                                                                  | Требования ТУ                                                                      | Результаты анализа |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                           | 3                                                                                  | 4                  |
| 1        | Соответствие внешнего вида индикатора                                                       | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.10., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16. | соответствует      |
| 2        | Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки                                    | 1.3., 1.4.6., 1.4.7.                                                               | соответствует      |
| 3        | Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора                   | 1.2.20.                                                                            | соответствует      |
| 4        | Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния                     | 1.2.20.                                                                            | соответствует      |
| 5        | Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе | 1.2.21.                                                                            | соответствует      |
| 6        | Срок годности                                                                               | 1.2.44.<br>36 месяцев с даты изготовления                                          | соответствует      |

Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

Заключение:

**Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-014-53262326-2012, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**



Начальник ХТУ

 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии  
с заказ - нарядом проверил  
Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
Начальник производства

 А.Е. Хорев

ООО «Санкт-Петербургское Общество Естествоиспытателей»  
НПЦ «Эко-Сервис»  
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9  
Тел./факс (812) 702-10-44, 450-67-79 www.ecoservice-spb.ru  
ПАСПОРТ №47  
Набор реагентов для контроля качества  
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения  
**«Азопирам-СК»**  
Кат.№ В-50101

Серия № 0419  
Годен до 07.2021

Хранение и транспортирование  
при 18-25°C

Показатели качества

| Показатель                                                                  | Требования по ТУ               | Результаты анализа |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>1. Внешний вид</b>                                                       |                                |                    |
| 1.1. Амидопирин                                                             | Порошок белого цвета           | Соответствует      |
| 1.2. Стабилизатор                                                           | Бесцветная прозрачная жидкость | Соответствует      |
| 1.3. Анилин солянокислый                                                    | Порошок белого цвета           |                    |
| <b>2. Технические характеристики</b>                                        |                                |                    |
| 2.1. Чувствительность, положительная реакция при разведении крови, не менее | 1 : 100 000                    | Соответствует      |
| 2.2. Время выхода на устойчивые показания, мин., не более                   | 1                              | Соответствует      |

Заключение: Набор соответствует требованиям ТУ 9398-248-27511906-02

Дата составления паспорта:

ОТК  
19.04.19

