

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP Spitalul Raional Singerei

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1706525135560 / din 09.02.2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2024)					Lot : 6; 7; 8; 9; 10	Pagina 1 din 1
Denumirea pozitie	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
6. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Troponina I	cTnI Cassete, nr.catalog CTI-402	China	ALLTEST	Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I).	cTnI - Test rapid la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377338	ISO, CE.
7. Teste imunologice cu determinare rapidă la Procalcitonina.	PCT Cassete, nr.catalog CPC-402	China	ALLTEST	Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	PCT - Test rapid la Procalcitonina. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377337	ISO, CE.
8. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBV panel.	HBV Cassete, nr.catalog IHB-355	China	ALLTEST	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	HBV - Test rapid HBV caseta. Metoda de testare -test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti- HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	ISO, CE.
9. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBsAg.	HBsAg Cassete, nr.catalog IHBSG-402	China	ALLTEST	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg).	Test rapid HBsAg. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg). Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377191	ISO, CE.
10. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid anti-HCV.	HCV Cassete, nr.catalog IHC-402	China	ALLTEST	Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV).	Test rapid anti-HCV. Metoda de testare -test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(sau anti-HCV) Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377190	ISO, CE.

Nume: Varman Irina **În calitate de:** Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinau, Dokucaev 6, of.61

semnat electron