

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1591877792128	Data: „19” iunie 2020	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea echipamentului medical (Știința) pentru anul 2020 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"	Lot: 1-3	Pagina: _1_ din _2_

Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Centrifuga	LC-06W	China	Zenith LAB	Centrifuga de laborator cu o vitaza de rotatiepina la 6000 ratatii per minut, rotor orizontal pentru minim 8 eprubete pina la 10 ml. La rotatie tubyrile sunt plasate intro pozitie orizontala. Viteza de rotatie reglabila. Certificat metrologic	Centrifuga de laborator cu o vitaza de rotatiepina la 6000 ratatii per minut, rotor orizontal pentru minim 8 eprubete pina la 10 ml. La rotatie tubyrile sunt plasate intro pozitie orizontala. Viteza de rotatie reglabila. Certificat metrologic	CE, ISO
33100000-1	2	Vortex	XH-D	China	Zenith LAB	Cu platforma pentru tuburi conice tip flacon. Comutatorul de alimentare cu 3 pozitii, care actioneaza cu actiune continua sau control ”Touch On”si” Hands -Free”. Viteza 600-3200 RPM. Controlul vitezii variabile permite vortexarea lenta pina la viteza mare de vortexare. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat si etichetat de producator, obligator cu certificat metrologic.	Cu platforma pentru tuburi conice tip flacon. Comutatorul de alimentare cu 3 pozitii, care actioneaza cu actiune continua sau control ”Touch On”si” Hands -Free”. Viteza 600-3200 RPM. Controlul vitezii variabile permite vortexarea lenta pina la viteza mare de vortexare. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat si etichetat de producator, obligator cu certificat metrologic.	CE, ISO

33100000-1	3	Fotoliu bronhoscopie	ZJ-1A	China	Zenith LAB	Destinat amplasarii pacientului pentru fibrobronhoscopie. Actiune mecanica. Segment de cap, un spătar, un scaun și un segment de picior; Segmentul piciorului cu posibilitatea de a fi înclinat manual pentru poziția așezată. Posibilitatea rotirii scaunului cu pacientul 360°; Spătarul și suportul pentru picioare ajustabile. Suport pentru miini. Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici. Înălțime reglabilă 55- 75 cm Capacitate maximă ≥ 170 kg	Destinat amplasarii pacientului pentru fibrobronhoscopie. Actiune mecanica. Segment de cap, un spătar, un scaun și un segment de picior; Segmentul piciorului cu posibilitatea de a fi înclinat manual pentru poziția așezată. Posibilitatea rotirii scaunului cu pacientul 360°; Spătarul și suportul pentru picioare ajustabile. Suport pentru miini. Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici. Înălțime reglabilă 55- 75 cm Capacitate maximă ≥ 170 kg	CE, ISO
------------	---	-------------------------	-------	-------	------------	---	---	---------

Semnat: _____
Numele, Prenumele
Jighili Tatiana
În calitate de:



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301