

SPECIFICAȚII TEHNICE pentru IMSP SCM „Sfânta Treime”

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1751029875402 / 21440490	din 13 iulie 2025
Obiectul de achizitiei :	Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2025 COP	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Periodicitatea lucrărilor
0		1	2	3	4	5	6	7	8
4	50421000-2	Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive	SC502E2	Matachana	Spania	Cantitatea de dispozitive – 2 unități Lucrări necesare: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanismelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare, testare reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar); 3. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite;	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive	Lucrări obligatoriu efectuate lunar

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**