

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721901750760 / 21262662
Obiectul achiziției: Dezinfecțanți 2024 - II

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	1. Detergent enzimatic compatibil cu mașinile automat de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale.2. Soluție concentrată, lichid. Volum recipient 5 litri. 3. Eficient cu diferite niveluri de duritate a apei. 4. Produsul trebuie să fie capabil să se dizolve și să elimine rapid sângele, mucoasa, proteinele și reziduurile de grăsime. 5. Produsul trebuie să ofere o curățare vizibilă excelentă atunci când este utilizat la spălare în mașină și rata de spumare trebui să fie scăzută. 6. Produsul trebuie să protejeze piesele mașinii împotriva coroziunii. 7. Produsul trebuie să fie utilizabil între 40 – 70oC și structura sa chimică nu trebuie să se deteriorează până la 70o C. 8. Produsul trebuie să fie capabil să protejeze oțelul și structura de acoperire a instrumentelor chirurgicale spălate la temperaturi ridicate. 9. Concentrația de utilizare a produsului trebuie să fie în intervalul 0,2% - 0,8% în poluare normală la utilizarea mașinii și 1% la utilizarea manuală. 10. Producătorul trebuie să aibă certificat ISO EN 13485, ISO 9001. Detergentul v-a fi compatibil cu clătitorul din lot.	Enzymex LD	Franta	Franklab	1. Detergent enzimatic compatibil cu mașinile automat de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale.2. Soluție concentrată, lichid. Volum recipient 5 litri. 3. Eficient cu diferite niveluri de duritate a apei. 4. Produsul trebuie să fie capabil să se dizolve și să elimine rapid sângele, mucoasa, proteinele și reziduurile de grăsime. 5. Produsul trebuie să ofere o curățare vizibilă excelentă atunci când este utilizat la spălare în mașină și rata de spumare trebui să fie scăzută. 6. Produsul trebuie să protejeze piesele mașinii împotriva coroziunii. 7. Produsul trebuie să fie utilizabil între 40 – 70oC și structura sa chimică nu trebuie să se deteriorează până la 70o C. 8. Produsul trebuie să fie capabil să protejeze oțelul și structura de acoperire a instrumentelor chirurgicale spălate la temperaturi ridicate. 9. Concentrația de utilizare a produsului trebuie să fie în intervalul 0,2% - 0,8% în poluare normală la utilizarea mașinii și 1% la utilizarea manuală. 10. Producătorul trebuie să aibă certificat ISO EN 13485, ISO 9001. Detergentul v-a fi compatibil cu clătitorul din lot.	1. Detergent enzimatic compatibil cu mașinile automat de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale.2. Soluție concentrată, lichid. Volum recipient 5 litri. 3. Eficient cu diferite niveluri de duritate a apei. 4. Produsul trebuie să fie capabil să se dizolve și să elimine rapid sângele, mucoasa, proteinele și reziduurile de grăsime. 5. Produsul trebuie să ofere o curățare vizibilă excelentă atunci când este utilizat la spălare în mașină și rata de spumare trebui să fie scăzută. 6. Produsul trebuie să protejeze piesele mașinii împotriva coroziunii. 7. Produsul trebuie să fie utilizabil între 40 – 70oC și structura sa chimică nu trebuie să se deteriorează până la 70o C. 8. Produsul trebuie să fie capabil să protejeze oțelul și structura de acoperire a instrumentelor chirurgicale spălate la temperaturi ridicate. 9. Concentrația de utilizare a produsului trebuie să fie în intervalul 0,2% - 0,8% în poluare normală la utilizarea mașinii și 1% la utilizarea manuală. 10. Producătorul trebuie să aibă certificat ISO EN 13485, ISO 9001. Detergentul v-a fi compatibil cu clătitorul din lot.	CE, ISO
2	1. Soluție de neutralizare compatibilă cu mașinile automat de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale. 2. Soluție concentrată, lichid. Volum recipient 5 litri. 3. Produsul trebuie să conțină acid citric, și inhibitori de coroziune. 4. Produsul trebuie să fie capabil să neutralizeze reziduurile alcaline și substanțele chimice rămase pe instrumentele spălate în spălarea principală cu detergentul. 5. Produsul trebuie să fie capabil să prevină formarea de calcar și sedimente pe mașină și instrumentele spălate în spălarea principală cu detergentul. 6. Concentrația de utilizare a produsului trebuie să fie în intervalul 0,05% - 0,1%. 7. Producătorul trebuie să aibă certificate ISO 13485, ISO 9001. Clătitorul va fi compatibil cu detergentul din lot.	Rince L7	Franta	Franklab	1. Soluție de neutralizare compatibilă cu mașinile automat de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale. 2. Soluție concentrată, lichid. Volum recipient 5 litri. 3. Produsul trebuie să conțină acid citric, și inhibitori de coroziune. 4. Produsul trebuie să fie capabil să neutralizeze reziduurile alcaline și substanțele chimice rămase pe instrumentele spălate în spălarea principală cu detergentul. 5. Produsul trebuie să fie capabil să prevină formarea de calcar și sedimente pe mașină și instrumentele spălate în spălarea principală cu detergentul. 6. Concentrația de utilizare a produsului trebuie să fie în intervalul 0,05% - 0,1%. 7. Producătorul trebuie să aibă certificate ISO 13485, ISO 9001. Clătitorul va fi compatibil cu detergentul din lot.	1. Soluție de neutralizare compatibilă cu mașinile automat de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale. 2. Soluție concentrată, lichid. Volum recipient 5 litri. 3. Produsul trebuie să conțină acid citric, și inhibitori de coroziune. 4. Produsul trebuie să fie capabil să neutralizeze reziduurile alcaline și substanțele chimice rămase pe instrumentele spălate în spălarea principală cu detergentul. 5. Produsul trebuie să fie capabil să prevină formarea de calcar și sedimente pe mașină și instrumentele spălate în spălarea principală cu detergentul. 6. Concentrația de utilizare a produsului trebuie să fie în intervalul 0,05% - 0,1%. 7. Producătorul trebuie să aibă certificate ISO 13485, ISO 9001. Clătitorul va fi compatibil cu detergentul din lot.	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Chișinău; or. Durlești; str. Vasile Lupu; nr.6; Republica Moldova