



Артикул..... 10002001

Внешний диаметр..... $5,0 \pm 1,0$ мм

Внутренний диаметр..... 1,4-1,6 мм

Длина..... 174,5 мм

Цена деления шкалы 1 мм

Упаковка..... 100 шт.

Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре.

Изделия изготовлены из медицинского стекла по ГОСТ 19808 (НС-1) .

ТУ 9443-005-52876351-2002.

РУ № ФСР 2011/11702 от 17.08.2011 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 августа 2011 года № ФСР 2011/11702

На медицинское изделие

Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 "МиниМедПром"
по ТУ 9443-005-52876351-2002

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМедПром"
(ООО "МиниМедПром"), Россия,

242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМедПром"
(ООО "МиниМедПром"), Россия,

242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5

Место производства медицинского изделия

242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5

Номер регистрационного досье № 27014 от 13.07.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4300

приказом Росздравнадзора от 17 августа 2011 года № 5166-Пр/11

и приказом от 26 ноября 2013 года № 6839-Пр/13 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0006075