



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21603065 din 14.05.2026

Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lot 12</b>					
Defibrilator extern, semiautomat	SVD-B0005	Italia A.M.I.	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400 Descriere Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încărcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. Parametrul Specificația Defibrilator Tip semiautomat Acțiune manuală obligatoriu Acțiune automată obligatoriu Ghidare vocală în română sau rusă obligatoriu	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400 Descriere Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încărcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. Parametrul Specificația Defibrilator Tip semiautomat <b>Da, Pag. 1 „U. Manual”</b> Acțiune manuală obligatoriu <b>Da, Pag. 45 „U. Manual”</b> Acțiune automată obligatoriu <b>Da, Pag. 36 „U. Manual”</b> Ghidare vocală în română sau rusă obligatoriu <b>Da, Pag. 37/30 „U. Manual”</b> Categorie de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu <b>Da, Pag. 24 „U. Manual”</b> Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și	DM000371880

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Categorie de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu</p> <p>Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu</p> <p>Secvențe de energie pacient Adult <math>\geq 100</math> J</p> <p>Secvențe de energie pacient Pediatric <math>\geq 10</math> J</p> <p>Energia maximală de descărcare <math>\geq 300</math> J</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazică</p> <p>Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu</p> <p>Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu</p> <p>Display Afișare semnal ECG obligatoriu</p> <p>Afișare ritm cardiac obligatoriu</p> <p>Afișare erori obligatoriu</p> <p>Afișare mesaje informative obligatoriu</p> <p>Analiza semnalului ECG Automată obligatoriu</p> <p>Timpul de analiză <math>&lt; 15</math> s</p> <p>Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Ritmului cardiac diapazon diapazon min. 30 - 300 BPM</p> <p>Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM</p> <p>Autotestare zilnică, săptămînal, lunar obligatoriu</p> <p>Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare <math>&lt; 10</math> s</p> <p>Baterie Tip reîncărcabil obligatoriu</p> <p>Timp de operare <math>&gt; 200</math> de descărcări sau 4</p>	<p>Pediatric obligatoriu <b>Da, Pag. 57 „U. Manual”</b></p> <p>Secvențe de energie pacient Adult <math>\geq 100</math> J <b>Da, Pag. 57 „U. Manual”</b></p> <p>Secvențe de energie pacient Pediatric <math>\geq 10</math> J <b>Da, Pag. 57 „U. Manual”</b></p> <p>Energia maximală de descărcare <math>\geq 300</math> J <b>Da, versiune 360 J Pag. 57 „U. Manual”</b></p> <p>Forma de undă la ieșire bifazică <b>Da, Pag. 57 „U. Manual”</b></p> <p>Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu <b>Da, Pag. 42 „U. Manual”</b></p> <p>Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu <b>Da, Pag. 42-43 „U. Manual”</b></p> <p>Display Afișare semnal ECG obligatoriu <b>Da, Pag. 17 „U. Manual”</b></p> <p>Afișare ritm cardiac obligatoriu <b>Da, Pag. 17 „U. Manual”</b></p> <p>Afișare erori obligatoriu <b>Da, Pag. 54 „U. Manual”</b></p> <p>Afișare mesaje informative obligatoriu <b>Da, Pag. 54/43 „U. Manual”</b></p> <p>Analiza semnalului ECG Automată obligatoriu <b>Da, Pag. 44 „U. Manual”</b></p> <p>Timpul de analiză <math>&lt; 15</math> s <b>Da, 4s Pag. 60 „U. Manual”</b></p> <p>Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor <b>Da, Pag. 25 „U. Manual”</b></p> <p>Ritmului cardiac diapazon diapazon min. 30 - 300 BPM <b>Da 30 - 200 BPM Pag. 60 „U. Manual”</b></p> <p>Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM <b>Da, Pag. 60 „U. Manual”</b></p> <p>Autotestare zilnică, săptămînal, lunar obligatoriu <b>Da, Pag.36/34 „U. Manual”</b></p> <p>Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare <math>&lt; 10</math> s <b>Da, <math>\leq 15</math> sec Pag. 57 „U. Manual”</b></p> <p>Baterie Tip reîncărcabil obligatoriu <b>Da, Pag. 20 „U. Manual”</b></p> <p>Timp de operare <math>&gt; 200</math> de descărcări sau 4 ore continui de monitorizare a ECG <b>Da, 14 ore monitorizare ECG Pag. 61 „U. Manual”</b></p> <p>Greutate <math>\leq 4.5</math> kg <b>Da, Pag. 55 „U. Manual”</b></p> <p>Alimentare electrică 220 V, 50 Hz <b>Da, Pag. 62 „U. Manual”</b></p>	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>ore continui de monitorizare a ECG          Greutate <math>\leq 4.5</math> kg          Alimentare electrică 220 V, 50 Hz          Accesorii          Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 3</math> set., să se indice codul produsului          pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 3</math> set., să se indice codul produsului          Hîrtie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă <math>\geq 3</math> buc., să se indice codul produsului          Geantă de transport/depozitare defibrilator geanta să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunare pentru toate accesoriile da, să se indice codul produsului</p>	<p>Accesorii          Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 3</math> set., să se indice codul produsului <b>Da, cod - SAV-C0952</b>          pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 3</math> set., să se indice codul produsului SAV-C0952 <b>Da, cod - SAV-C0952</b>          Hîrtie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă <math>\geq 3</math> buc., să se indice codul produsului <b>Nu este dotat cu imprimanta</b>          Geantă de transport/depozitare defibrilator geanta să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunare pentru toate accesoriile da, să se indice codul produsului <b>Da, cod - SAV-C0916</b></p>	
<b>Lot 14</b>					
<p>Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate)</p>	<p>DEKO2</p>	<p>Turcia BNT</p>	<p>Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate)          Cod 140760          Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp.          Notă: boxă comună pentru două locuri cu o singură ușă.</p>	<p>Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate)          Cod 140760          Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: boxă comună pentru două locuri cu o singură ușă.          Parametrul Specificația          Nr. de locuri 2 <b>Da, „Brosura”</b>          Intervalul de temperatură 0°C -+10°C <b>Da, „Brosura”</b></p>	<p>Declarație de conformitate</p>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Parametrul Specificația Nr. de locuri 2 Intervalul de temperatură 0°C -+10°C Control temperatură programabilă Afișaj temperatură alfanumeric Structura cutiei Intern/extern oțel inox (AISI 304) Izolare poliuretan Grosime izolare ≥ 80 mm Uși Tip închidere ermetic Sertar Material oțel inox Glisant obligatoriu Tip decongelare automat Orificiu drenaj obligatoriu Sistem de semnalizare Sonor obligatoriu Vizual obligatoriu Iluminare interior obligatoriu Sistem ventilare internă obligatoriu	Control temperatură programabilă <b>Da, „Brosura”</b> Afișaj temperatură alfanumeric <b>Da, „Brosura”</b> Structura cutiei Intern/extern oțel inox (AISI 304) <b>Da, „Brosura”</b> Izolare poliuretan <b>Da, „Brosura”</b> Grosime izolare ≥ 80 mm <b>Da, „Brosura”</b> Uși Tip închidere ermetic <b>Da, „Brosura”</b> Sertar Material oțel inox <b>Da, „Brosura”</b> Glisant obligatoriu <b>Da, „Brosura”</b> Tip decongelare automat <b>Da, „Brosura”</b> Orificiu drenaj obligatoriu <b>Da, „Brosura”</b> Sistem de semnalizare Sonor obligatoriu <b>Da, „Brosura”</b> Vizual obligatoriu <b>Da, „Brosura”</b> Iluminare interior obligatoriu <b>Da, „Brosura”</b> Sistem ventilare internă obligatoriu <b>Da, „Brosura”</b>	
<b>Lot 15</b>					
Microscop binocular, cu contrast de fază	BS.1152-PLi	Olanda Euromex	Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 Descriere "Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în câmp iluminat, în câmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază	Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 Descriere "Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în câmp iluminat, în câmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază și/sau lumina polarizată." Parametru Specificația	DM000470136

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>și/sau lumina polarizată."          Parametru Specificația          Tip Configurat pentru tehnica de vizualizare în câmp luminos, câmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos.          Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil);          Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y          Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen          Revolver pentru 5 obiective          Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei          Condensator universal pre-centrat și pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat          Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler          Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm;          Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)          Iluminare halogen sau LED</p>	<p>Tip Configurat pentru tehnica de vizualizare în câmp luminos, câmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos.  <b>Da, pag.1/2 „ Data sheet” ; „Declaratie producator”</b>          Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil);  <b>Da, pag.1 „ Data sheet”</b>          Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y <b>Da, pag.2 „ Data sheet”</b>          Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen  <b>Da, pag.2 „ Data sheet”</b>          Revolver pentru 5 obiective <b>Da, pag.1 „ Data sheet”</b>          Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei  <b>Da, pag.1 „ Data sheet”</b>          Condensator universal pre-centrat și pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat  <b>Da, pag.1 „ Data sheet”</b>          Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler <b>Da, pag.2 „ Data sheet”</b>          Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; <b>Da, 49- 76 mm pag.1 „ Data sheet”</b>          Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)  <b>Da, inclus in oferta de pret pag.1 „ Data sheet”</b>          Iluminare halogen sau LED  <b>Da, 3 W NeoLED™ adjustable illumination system pag.1 „ Data sheet”</b>          Unitatea de alimentare încorporată <b>Da, pag.2 „ Data sheet”</b>          Accesorii Ulei de imersie – o sticlură <b>Da, pag.2 „ Data sheet” ; inclus in oferta de pret.</b>          Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază <b>Da, inclus in oferta</b></p>	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticlură Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază		
<b>Lot 16</b>					
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza	SE-3	China Edan	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric <b>Da, pag.1 ,, SE-3 Manual’’</b> Numărul de canale de procesare 3 <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual’’</b> Configurația Portabil obligatoriu <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual’’</b> Derivațiile Tip înregistrare auto și manual <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual’’</b> Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv <b>Da, pag.49 ,, SE-3 Manual’’</b> Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% <b>Da, pag.77 ,, SE-3 Manual’’</b> Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz <b>Da, 0.05-150 Hz pag.76 ,, SE-3 Manual’’</b> Filtre musculare obligatoriu <b>Da, pag.77 ,, SE-3 Manual’’</b> Filtre frecvență joasă obligatoriu <b>Da, pag.77 ,, SE-3 Manual’’</b> Filtre frecvență înaltă obligatoriu <b>Da, pag.77 ,, SE-3 Manual’’</b> Filtru de rețea 50 Hz <b>Da, pag.77/46 ,, SE-3 Manual’’</b> Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm <b>Da, 50 M Ohm pag.76 ,, SE-3 Manual’’</b> Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB <b>Da, pag.77 ,, SE-3 Manual’’</b> Convertor analog-digital ≥ 12 bit <b>Da, 12 bit pag.76 ,, SE-3 Manual’’</b>	DM000499510

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Convertor analog-digital <math>\geq 12</math> bit          Scurgeri spre pacient prin electrozi <math>\leq 10 \mu\text{A}</math>          Detector de pacemaker obligatoriu          Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu          Imprimantă Termică încorporată          Mărimea hîrtiei <math>\geq 60</math> mm          Să se indice numele derivației printate obligatoriu          Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s          Derivațiile înscrise minim 12          Numărul de derivații înscrise simultan 3          Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hîrtiei ( Exemplu Hirtie milimetrica 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară)          Display Grafic obligatoriu          LCD monochrmon obligatoriu          "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" obligatoriu          Marime ecran <math>\geq 3</math> inch          Rezoluție display <math>\geq 320 \times 240</math>          Numărul de derivații afișate simultan <math>\geq 6</math>          Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea</p>	<p>Scurgeri spre pacient prin electrozi <math>\leq 10 \mu\text{A}</math> <b>Da, pag.74 ,, SE-3 Manual''</b>          Detector de pacemaker obligatoriu <b>Da, pag.77 ,, SE-3 Manual''</b>          Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual''</b>          Imprimantă Termică încorporată <b>Da, pag.10 ,, SE-3 Manual''</b>          Mărimea hîrtiei <math>\geq 60</math> mm <b>Da, pag.76 ,, SE-3 Manual''</b>          Să se indice numele derivației printate obligatoriu <b>Da, pag.38 ,, SE-3 Manual''</b>          Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s <b>Da, pag.49 ,, SE-3 Manual''</b>          Derivațiile înscrise minim 12 <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual''</b>          Numărul de derivații înscrise simultan 3 <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual''</b>          Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hîrtiei ( Exemplu Hirtie milimetrica 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară) <b>Da, Folded thermal paper, 80mm×70mm×200pages Rolled thermal paper, 80mm×20m pag.76 ,, SE-3 Manual''</b>          Display Grafic obligatoriu <b>Da, pag.75 ,, SE-3 Manual''</b>          LCD monochrmon obligatoriu <b>Da, pag.75 ,, SE-3 Manual''</b>          Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" obligatoriu <b>Da, pag.18/19/20 ,, SE-3 Manual''</b>          Marime ecran <math>\geq 3</math> inch <b>Da, pag.75 ,, SE-3 Manual''</b>          Rezoluție display <math>\geq 320 \times 240</math> <b>Da, pag.75 ,, SE-3 Manual''</b>          Numărul de derivații afișate simultan <math>\geq 6</math> <b>Da, pag.18 ,, SE-3 Manual''</b>          Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea <b>Da, pag.33 ,, SE-3 Manual''</b>          Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual''</b>          Identificarea aritmiei obligatoriu <b>Da, pag.46 ,, SE-3 Manual''</b>          Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM <b>Da, pag.76 ,, SE-3 Manual''</b>          Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM sau <math>\pm 1\%</math> <b>Da, pag.76 ,, SE-3 Manual''</b></p>	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu          Identificarea aritmiei obligatoriu          Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM          Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM sau <math>\pm 1\%</math>          Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu          Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;          Timpul interpretării minim 10 s          Alimentarea 220 V, 50 Hz          Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu          Timp operare autonomă <math>\geq 2</math> ore          Protecție defibrilator tip CF          Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu          status sistem obligatoriu          deconectare alimentare rețea obligatoriu          baterie descărcată obligatoriu          "Accesorii          Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale"          Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) <math>\geq 2</math> set, indicați modelul oferit.          Hîrtie termică <math>\geq 30</math> buc, indicați modelul</p>	<p>Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual''</b>          Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; <b>Da, pag.37 ,, SE-3 Manual''</b>          Timpul interpretării minim 10 s <b>Da, pag.26 ,, Software Manual''</b>          Alimentarea 220 V, 50 Hz <b>Da, pag.75 ,, SE-3 Manual''</b>          Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu <b>Da, pag.75 ,, SE-3 Manual''</b>          Timp operare autonomă <math>\geq 2</math> ore <b>Da, pag.75 ,, SE-3 Manual''</b>          Protecție defibrilator tip CF <b>Da, pag.74 ,, SE-3 Manual''</b>          Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu <b>Da, pag.61 ,, SE-3 Manual''</b>          status sistem obligatoriu <b>Da, pag.61 ,, SE-3 Manual''</b>          deconectare alimentare rețea obligatoriu <b>Da, pag.12 ,, SE-3 Manual''</b>          baterie descărcată obligatoriu <b>Da, pag.17 ,, SE-3 Manual''</b></p> <p>Accesorii          Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale"          Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) <math>\geq 2</math> set, indicați modelul oferit.  <b>01.57.471500</b>          Hîrtie termică <math>\geq 30</math> buc, indicați modelul oferit.  <b>01.57.471374</b>          Gel de contact <math>\geq 1</math> litru, indicați modelul oferit.  <b>01.25.078047</b></p>	
--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			oferit. Gel de contact $\geq 1$ litru, indicați modelul oferit.		
<b>Lot 17</b>					
Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)	SE-2012	China Edan	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență $\geq 0.05-100$ Hz Impedanța de intrare $\geq 50$ M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $\geq 90$ dB Detectare pacemaker obligatoriu Convertor analog-digital $\geq 14$ bit "Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)" de achiziție $\geq 1000$ Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Display LCD obligatoriu Lumină fundal obligatoriu Butoane pentru navigare în meniu obligatoriu	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric <b>Da, pag. 1 „U.Man”</b> Numărul de canale de procesare 12 <b>Da, pag. 34 „U.Man”</b> Configurația Portabil obligatoriu <b>Da</b> Derivațiile Tip înregistrare automat <b>Da, pag. 17 „U.Man”</b> Gama de frecvență $\geq 0.05-100$ Hz <b>Da, pag. 34 „U.Man”</b> Impedanța de intrare $\geq 50$ M Ohm <b>Da, pag. 34 „U.Man”</b> Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $\geq 90$ dB <b>Da, 100dB pag. 35 „U.Man”</b> Detectare pacemaker obligatoriu <b>Da, pag. 35 „U.Man”</b> Convertor analog-digital $\geq 14$ bit <b>Da, 24 bit pag. 35 „U.Man”</b> Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)" de achiziție $\geq 1000$ Hz <b>Da, 1024Hz pag. 34 „U.Man”</b> Frecvența ajustabilă obligatoriu <b>Da, pag. 34 „U.Man”</b> Display LCD obligatoriu <b>Da, pag. 8 „U.Man”</b> Lumină fundal obligatoriu <b>Da, pag. 8 „U.Man”</b> Butoane pentru navigare în meniu obligatoriu <b>Da, pag. 8 „U.Man”</b> Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos prin buton eveniment sau senzor incorporat <b>Da, pag.8/11 „U.Man”</b> Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card /	DM000499527

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Identificarea activității pacientului:          mers/alergare/repaos prin buton evenimente sau senzor incorporat          Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT          Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 100 gr          Protecție înotriva pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu          Baterie Reîncărcabilă obligatoriu          Tip baterie AA / AAA          Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 48 ore          Timp operare autonomă ≥ 48 ore          Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu          Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact          statut sistem          statut baterie          deconectare alimentare          ora          Posibilități Soft PC de interpretare          Introducere date pacient ID obligatoriu          Nume, prenume obligatoriu          Data nașterii obligatoriu          Gen obligatoriu          Alte date obligatoriu          Adnotare eveniment ECG obligatoriu          Clasificarea de evenimente obligatoriu          Analiza ST obligatoriu          QT obligatoriu</p>	<p>Wi-Fi / BT <b>Da, pag.21 „U.Man”</b>          Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 100 gr <b>Da, 75g pag.34 „U.Man”</b>          Protecție înotriva pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu <b>Da, IP27 pag.33 „U.Man”</b>          Baterie Reîncărcabilă obligatoriu <b>Da, pag.34 „U.Man”</b> / „Baterii reîncărcabile” / „Statie încarcare baterii”          Tip baterie AA / AAA <b>Da, pag.7/34 „U.Man”</b>          Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 48 ore <b>Da, pag.7 „U.Man”</b>          Timp operare autonomă ≥ 48 ore <b>Da, pag.7/34 „U.Man”</b>          Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu <b>Da, pag.11 „U.Man”</b>          Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact <b>Da, imagine pag.19 „U.Man”</b>          statut sistem <b>Da, imagine pag.19 „U.Man”</b>          statut baterie <b>Da, imagine pag.19 „U.Man”</b>          deconectare alimentare <b>Da ora Da, pag.8 „U.Man”</b>          Posibilități Soft PC de interpretare <b>Da, pag.3 „Brosura”</b>          Introducere date pacient ID obligatoriu <b>Da, pag.11 „U.Man”</b>          Nume, prenume obligatoriu <b>Da, pag.11 „U.Man”</b>          Data nașterii obligatoriu <b>Da, pag.11 „U.Man”</b>          Gen obligatoriu <b>Da, pag.11 „U.Man”</b>          Alte date obligatoriu <b>Da, pag.11 „U.Man”</b>          Adnotare eveniment ECG obligatoriu <b>Da, pag.12 „U.Man”</b>          Clasificarea de evenimente obligatoriu <b>Da, pag.11 „U.Man”</b>          Analiza ST obligatoriu <b>Da, pag.1 „U.Man”</b>          QT obligatoriu <b>Da, pag.6 „Brosura”</b>          PQ obligatoriu <b>Da, pag.6 „Brosura”</b> / „Declaration SE-2012”          PM obligatoriu <b>Da, pag.6 „Brosura”</b></p>	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>PQ obligatoriu          PM obligatoriu          Aretmii obligatoriu          Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu          Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu          Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu          Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu          Raport prestabilit de utilizator obligatoriu          Interfață presetabilă utilizator obligatoriu          Posibilitatea printare raport Tabel obligatoriu          Grafic obligatoriu          Accesorii          Cablu ECG 10 fire 2 unități          Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc.          Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc.          Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu          Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu          Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu          Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu</p>	<p>Aretmii obligatoriu <b>Da, pag.1/7 „U.Man”</b>          Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu <b>Da, pag.69-70 / 81-82 „U.Man - Software” / „Declaration SE-2012”</b>          Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu <b>Da, pag.71 / 83 -84 „U.Man - Software” / „Declaration SE-2012”</b>          Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu <b>Da, pag.3 „Brosura” „Declaration SE-2012”</b>          Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu <b>Da, pag.3 „Brosura” „Declaration SE-2012”</b>          Raport prestabilit de utilizator obligatoriu <b>Da, pag. 89-90 „U.Man - Software” „Declaration SE-2012”</b>          Interfață presetabilă utilizator obligatoriu <b>Da, pag.3 „Brosura” „Declaration SE-2012”</b>          Posibilitatea printare raport <b>„Declaration SE-2012”</b>          Tabel obligatoriu <b>„Declaration SE-2012”</b>          Grafic obligatoriu <b>Da, pag.3 „Brosura” / „Declaration SE-2012”</b></p> <p>Accesorii          Cablu ECG 10 fire 2 unități  <b>Inclus in configuratia standard „Poze Accesorii”</b></p> <p>Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc.  <b>Inclus in oferta de pret „Poze Accesorii”</b></p> <p>Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc.  <b>Inclus in oferta de pret „Poze Accesorii”</b></p> <p>Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu <b>Inclus in oferta de pret „ Brosura”</b></p>	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu <b>Inclus in oferta de pret „Poze Accesorii”</b> Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu <b>Inclus in configuratia standard „Poze Accesorii”</b> Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu <b>Inclus in oferta de pret</b>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chişinău, Piaţa D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

### Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21603065 din 14.05.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-12	12	Defibrilator extern, semiautomat	Buc.	2	52.500,00	63.000,00	105.000,00	126.000,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	<b>Conform SIA RSAP</b>
	14	Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate)	Buc.	1	171.000,00	205.200,00	171.000,00	205.200,00		
	15	Microscop binocular, cu contrast de fază	Buc.	2	31.850,00	38.220,00	63.700,00	76.440,00		
	16	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza	Buc.	2	13.250,00	15.900,00	26.500,00	31.800,00		
	17	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)	Buc.	1	69.500,00	83.400,00	69.500,00	83.400,00		
<b>TOTAL</b>							<b>435.700,00</b>	<b>522.840,00</b>		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.