

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754660727553 /21465037 din: 08.08.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.20)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala (Acute Therapy)	Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala (Acute Therapy)	China	SWS Hemodialysis Care Co.,Ltd.	Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala (Acute Therapy) Descriere Dispozitiv mobil pentru epurarea sanguină extracorporală destinat pacienților cu insuficiență renală/hepatică acută, sau cu intoxicații exogene/endogene AParametru Specificație Display color, tactil cu funcție de blocare în timpul curățării da Proprietăți Terapia de substituție renală continuă (CRRT) Ultrafiltrare continuă lentă (SCUF) Hemodializă veno-venoasă continuă (CVVHD) Hemofiltrare veno-venoasă continuă (CVVH) Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă (CVVHDF) Schimb terapeutic de plasmă (TPE) Hemoperfuzia (HP) eliminare CO2 Pompele dedicate pentru citrat și calciu, cu precizie mare și alarme diferențiate da Setări serigă Rata de dozare continuă minim 0.5-10 ml/h Incrementarea ≤0.1 ml/h Volumul de livrare bolus 0-5 ml (±0.5 ml) Rata de flux (Debit) Debitul sanguin Gama minim 10-450 ml/min. precizie ≤10 ml/min. Debitul soluției/fluidului de substituție Gama minim 100-8000 ml/h precizie ≤50 ml/h Debitul de dializă Gama minim 100-4800 ml/h precizie ≤10 ml/h Rata de înlăturare a fluidului Gama minim 50-1800 ml/h precizie ≤10 ml/h Compatibilitatea cu seturi preconectate, cu cod de bare da posibilitate conectarea filtru cytosorb da Încălzitor fluide da Numărul pachetelor de lichid atașabile pachete atașabile (cântar) ≥4 pachete metodă de măsurare gravimetrică precizie nu mai mare de ±0.1% sau ±5g	Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala (Acute Therapy) Descriere Dispozitiv mobil pentru epurarea sanguină extracorporală destinat pacienților cu insuficiență renală/hepatică acută, sau cu intoxicații exogene/endogene AParametru Specificație Display color, tactil cu funcție de blocare în timpul curățării da Proprietăți Terapia de substituție renală continuă (CRRT) Ultrafiltrare continuă lentă (SCUF) Hemodializă veno-venoasă continuă (CVVHD) Hemofiltrare veno-venoasă continuă (CVVH) Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă (CVVHDF) Schimb terapeutic de plasmă (TPE) Hemoperfuzia (HP) eliminare CO2 Pompele dedicate pentru citrat și calciu, cu precizie mare și alarme diferențiate da Setări serigă Rata de dozare continuă minim 0.0mL/h ~ 10.0mL/h Incrementarea ≤0.1 ml/h Volumul de livrare bolus 0-5 ml (±0.5 ml) Rata de flux (Debit) Debitul sanguin Gama minim 0mL/min, 30mL/min ~ 600mL/min precizie ≤10 ml/min. Debitul soluției/fluidului de substituție Gama minim 0mL/min, 1mL/min ~ 250mL/min precizie ≤50 ml/h Debitul de dializă Gama minim 0mL/min, 1mL/min ~ 250mL/min precizie ≤10 ml/h Rata de înlăturare a fluidului Gama 0mL/min, 1mL/min ~ 250mL/min precizie ≤10 ml/h Compatibilitatea cu seturi preconectate, cu cod de bare da posibilitate conectarea filtru cytosorb da Încălzitor fluide da Numărul pachetelor de lichid atașabile pachete atașabile (cântar) ≥4 pachete metodă de măsurare gravimetrică precizie nu mai mare de ±0.1% sau ±5g	CE, ISO

					Sistemul trebuie să fie dotat cu funcții automate de monitorizare și ajustare a parametrilor de tratament renal continuu da Alarmer vizuale și sonore da Măsurile de siguranță avansate Detector de scurgeri, sânge da Air detector da evaluare fotometrică da monitorizare presiuni multiple da cleme de oprire automată da Presiunea sensorului liniei de acces Gama de operare, minim -250 pînă la +300 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Presiunea sensorului liniei de returnare Gama de operare, minim -50 pînă la +350 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Sennsor de presiune filtru Gama de operare, minim -50 pînă la +450 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Acumulator intern termen de operare pe acumulator minim 15 min. Sistem de alimentare 220V, 50 Hz amprentă pe sol (lx) ≤ 700mm Consumabile seturi ședințe CRRT pentru minim 10 pacienți Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate), anul producerii minim 2025 da	Sistemul trebuie să fie dotat cu funcții automate de monitorizare și ajustare a parametrilor de tratament renal continuu da Alarmer vizuale și sonore da Măsurile de siguranță avansate Detector de scurgeri, sânge da Air detector da evaluare fotometrică da monitorizare presiuni multiple da cleme de oprire automată da Presiunea sensorului liniei de acces Gama de operare, minim -500mmHg ~ +700mmHg Acuratețea ±5 mmHg Presiunea sensorului liniei de returnare Gama de operare, minim -500mmHg ~ +700mmHg Acuratețea ±5 mmHg Sennsor de presiune filtru Gama de operare, minim -500mmHg ~ +700mmHg Acuratețea ±5 mmHg Acumulator intern termen de operare pe acumulator minim 15 min. Sistem de alimentare 220V, 50 Hz Dimensiuni Height: 1,720mm Width: 635mm Thickness: 578mm Consumabile seturi ședințe CRRT pentru minim 10 pacienți Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate), anul producerii minim 2025 da	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv