

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1645601793632

Obiectul achiziției Utilaj stomatologic conform documentației de atribuire

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Instalație stomatologică	R400 Smart	Germania	Ritter	Anexa 1	Anexa 1	CE/ISO
2.2	Scaun pentru Medic	Dentist stool	Germania	Ritter	Anexa 1	Anexa 1	CE/ISO
2.3	Scaun pentru Asistent	Assistant stool	Germania	Ritter	Anexa 1	Anexa 1	CE/ISO
2.4	Masa pentru medic	Dentist table	Germania	Ritter	Anexa 1	Anexa 1	CE/ISO
3.	Autoclav pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic	SEA-23L-B-LED-USB	China	Runyes	Anexa 1	Anexa 1	CE/ISO
30.	Compresor de aer pentru două instalații stomatologice	GD-4EW- 65	China	Gladent	Anexa 1	Anexa 1	CE/ISO
31.	Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice	GD-5EW- 90	China	Gladent	Anexa 1	Anexa 1	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de:

Ofertantul: _____ Adresa: _____

		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant
2.1	Instalație stomatolog ică	Instalație stomatologică cu următorii parametri: - dotat cu 4 programe de poziționare - setari pentru minim 2 utilizatori - posibilitatea de a regla poziția de ridicare (de la 390 pînă la 810 mm) - tetiera ergonomică biarticulară și detașabilă cu reglaj mecanic - mișcarea spatului de (min 85- si max. 10 grade) ± 10% - lățimea spătarului de la 560 mm ± 10% - lățimea fotoliului de la 460 mm ± 10% - blocare automata a unitului la coborire în jos - spatul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti. - fixarea în pardoseală din 4 puncte cite 2 pe ambele părți al platformei - dotat cu monitor și cameră intraorală - posibilitatea de a închide circuit de apa de care utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei) Caracteristica tehnică: - tensiunea de alimentare 230 V - frecvența 50 Hz - consumul maximal de putere la frecvența 50Hz 1150 VA ± 10% - nivel de protecție la electrocutare - tip B - tip de protecție la electrocutare - Clasa I - capacitate de incarcare minim 150 kg • Masa medicului să fie echipată cu 5 instrumente integrate de sus: Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox Lugimea brațului min 75 cm Reglarea de procesor a regimului de lucru a instrumentelor Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor - Seringa cu trei funcții – apă, aer și spray Carcasă metalică; Cu vîrf angulat 45 grade, detașabil Butoane separate - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Micromotor inducție LED Cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic Cu reglare electronica de procesor Posibilitate de adaptare rapidă și facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte Sursă de lumină LED Rotații max.40000 rpm/min Frecvența de rotații de la 60 pînă la 40000 rot/min Tensiunea nominală în funcție de frecvența de rotații de la 5 pînă la 24V curent continuu Moment de rotire nu mai mic 3,5 Ncm Curent fără sarcină nu mai mare de 0.2 A la tensiunea 24 V curent continuu Spray apă, aer încorporate separate Intensitatea luminii led minim 26000 lux Greutatea max 125 g (+/-) 10 g Posibilitatea de autoclavare 134 grade Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Cu reglare electronica de processor	Instalație stomatologică cu următorii parametri: - dotat cu 4 programe de poziționare - setari pentru 2 utilizatori - posibilitatea de a regla poziția de ridicare (de la 390 pînă la 810 mm) - tetiera ergonomică biarticulară și detașabilă cu reglaj mecanic - mișcarea spatului de (min 85- si max. 10 grade) - lățimea spătarului de la 540 mm - lățimea fotoliului de la 470 mm - blocare automata a unitului la coborire în jos - spatul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti. - fixarea în pardoseală din 4 puncte cite 2 pe ambele părți al platformei - dotat cu monitor și cameră intraorală - posibilitatea de a închide circuit de apa de care utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei) Caracteristica tehnică: - tensiunea de alimentare 230 V - frecvența 50 Hz - consumul maximal de putere la frecvența 50Hz 1150 VA - nivel de protecție la electrocutare - tip B - tip de protecție la electrocutare - Clasa I - capacitate de incarcare 160 kg • Masa medicului să fie echipată cu 5 instrumente integrate de sus: Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox Lugimea brațului min 75 cm Reglarea de procesor a regimului de lucru a instrumentelor Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor - Seringa cu trei funcții – apă, aer și spray Carcasă metalică; Cu vîrf angulat 45 grade, detașabil Butoane separate - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Micromotor inducție LED Cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic Cu reglare electronica de procesor Posibilitate de adaptare rapidă și facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte Sursă de lumină LED Rotații max.40000 rpm/min Frecvența de rotații de la 60 pînă la 40000 rot/min Tensiunea nominală în funcție de frecvența de rotații de la 5 pînă la 24V curent continuu Moment de rotire nu mai mic 3,5 Ncm Curent fără sarcină nu mai mare de 0.2 A la tensiunea 24 V curent continuu Spray apă, aer încorporate separate Intensitatea luminii led minim 26000 lux Greutatea mai puțin de 125 g Posibilitatea de autoclavare 134 grade Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Cu reglare electronica de processor

	Mîner detaşabil autoclavabil; Frecvența de la 28 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternative; Vîrf pentru scaling minim 4 buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc; Vîrf pentru Endo cu cheie; K-file minim 4 buc; Cheie dinamometrică pentru vîrfuri; Funcții, aria de aplicații: Scaling, Endodontic, Perio, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer Tensiune de alimentare: 24 V ca $\pm 10\%$ - 50/60 Hz Lungimea de undă: de la 440 pîna la 480 nm, cu un maxim la 460 nm; Fibra optică confecționată din sticlă neagră cu diametru 8 mm ± 1 mm Fibra detaşabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la maxim 135 ° C; Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pîna la 20 sec. Minim trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent și pulsativ Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului din sticla si cu sensor: - mărirea puterii rot/min - activarea negatoscop - micșorarea puterii rot/min - revers pentru micromotor - iluminarea la instrumente - comutarea răcirii în doua regimuri diferite spre/nimic - indicator cu lumină la activare a opțiunilor - umplerea paharului cu apa - clătirea scuiptoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la poziția inițială - salvarea și revenirea repetată a pozițiilor de lucru a fotoliului - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea. Se admite ca funcțiile de umplere pahar și curățire bol scuiptoare să fie la masa medicului sau de la masa asistentei sau de la pedală Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pîna la 100 % Brațul asistentului: Suprafata din sticla cu butoanele de comanda incorporate - umplerea paharului cu apa - clătirea scuiptoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea <u>Aspirator de salivă pe bază de aer</u> - Consum redus de aer - Dotat cu aspirator de saliva - Dotat cu aspirator chirurgical - Reglare a puterii de aspirare, - Dotat cu filtru pentru particule mari - Ușor detaşabil pentru curățire	Mîner detaşabil autoclavabil; Frecvența de la 28 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternative; Vîrf pentru scaling minim 4 buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc; Vîrf pentru Endo cu cheie; K-file minim 4 buc; Cheie dinamometrică pentru vîrfuri; Funcții, aria de aplicații: Scaling, Endodontic, Perio, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer Tensiune de alimentare: 24 V ca $\pm 10\%$ - 50/60 Hz Lungimea de undă: de la 440 pîna la 480 nm, cu un maxim la 460 nm; Fibra optică confecționată din sticlă neagră cu diametru 8 mm ± 1 mm Fibra detaşabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la maxim 135 ° C; Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pîna la 20 sec. Minim trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent și pulsativ Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului din sticla si cu sensor: - mărirea puterii rot/min - activarea negatoscop - micșorarea puterii rot/min - revers pentru micromotor - iluminarea la instrumente - comutarea răcirii în doua regimuri diferite spre/nimic - indicator cu lumină la activare a opțiunilor - umplerea paharului cu apa - clătirea scuiptoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la poziția inițială - salvarea și revenirea repetată a pozițiilor de lucru a fotoliului - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea. Umplere pahar și curățire bol scuiptoare va fi de la masa medicului si de la masa asistentei Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pîna la 100 % Brațul asistentului: Suprafata din sticla cu butoanele de comanda incorporate - umplerea paharului cu apa - clătirea scuiptoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea <u>Aspirator de salivă pe bază de aer</u> - Consum redus de aer - Dotat cu aspirator de saliva - Dotat cu aspirator chirurgical - Reglare a puterii de aspirare, - Dotat cu filtru pentru particule mari - Ușor detaşabil pentru curățire - Puterea de aspirare minim 0.5 l/min
--	--	---

	Puterea de aspirare minim 0.5 l/min <u>Reflector Stomatologic</u> Brațul dublu articulat, Pantografic balansat, Minimum două axe de rotație, în plan vertical și orizontal Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x140 mm la distanță optimală de 70 cm ±5 de focusare. Iluminare de la minim 8000 lux. Pedala electrică multifuncțională cu fir Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului prin actionare mecanica a butonelor de control Buton separat pentru mișcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate minim 8 pentru: - Selectarea programelor de poziționare a pacientului în fotoliu - Activarea poziționării selectate a pacientului - Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente - Revers pentru micromotor - Pentru funcția seringă la turbină și micromotor - Reglare lentă a rotațiilor micromotorului - Umplerea paharului - Clătirea scuipătoarei <u>Blocul hidraulic</u> - Bol din sticla sau ceramică, ușor detașabil - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 până la 45 grade – pre pacient și de la pacient - Clătitor pentru bol din sticla sau ceramică, mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnat în bol de la 1 sec – pina la 40 sec - Umplutor a paharului cu apă din inox mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnată în pahar de la 1 sec – pina la 20 sec - Volumul pentru apă distilată min. 1.5 l <u>Cerinte obligatorii:</u> Posibilitatea de a alege culoarea tapităriei unitului stomatologic, să fie identică cu tapităria scaunului medicului și a asistentei medicale. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE, autorizația de la producător. Obligatoriu să dispună de act de garanție de la producător. Obligatoriu să dispună de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unitului, Numărul de serie, Data producerii, Anul producerii – 2022 Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației, Pasaportul sa fie în limba rusa sau română. Termenul de garanție: minim 3 ani. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani	<u>Reflector Stomatologic</u> Brațul dublu articulat, Pantografic balansat, Minimum două axe de rotație, în plan vertical și orizontal Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x140 mm la distanță optimală de 70 cm ±5 de focusare. Iluminare de la minim 8000 lux. Pedala electrică multifuncțională cu fir Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului prin actionare mecanica a butonelor de control Buton separat pentru mișcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate minim 8 pentru: - Selectarea programelor de poziționare a pacientului în fotoliu - Activarea poziționării selectate a pacientului - Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente - Revers pentru micromotor - Pentru funcția seringă la turbină și micromotor - Reglare lentă a rotațiilor micromotorului - Umplerea paharului - Clătirea scuipătoarei <u>Blocul hidraulic</u> - Bol din ceramică, ușor detașabil - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 până la 45 grade – spre pacient și de la pacient - Clătitor pentru bol din ceramică, mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnat în bol de la 1 sec – pina la 40 sec - Umplutor a paharului cu apă din inox mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnată în pahar de la 1 sec – pina la 20 sec - Volumul pentru apă distilată min. 1.5 l <u>Cerinte obligatorii:</u> Este posibila alegerea culorii tapităriei unitului stomatologic, identică cu tapităria scaunului medicului și a asistentei medicale. La solicitare va fi prezentat certificatul de calitate CE, autorizația de la producător. Va dispune de act de garanție de la producător. Va dispune de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unitului, Numărul de serie, Data producerii, Anul producerii – 2022 Toate cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător vor fi garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației, Pasaportul va fi în limba rusa sau română. Termenul de garanție: 3 ani. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție mai mult de 2 ani
--	--	---

		Se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea, deservirea utilajului. Inginerul pentru asamblare și deservire (minim 2 persoane) să posede experiență în domeniul dat minim 5 ani. Operatorul economic va asigura instalarea utilajului	Se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea, deservirea utilajului. Inginerul pentru asamblare și deservire (2 persoane) poseda experiență în domeniul dat mai mult de 5 ani. Operatorul economic va asigura instalarea utilajului
2.2	Scaun pentru Medic	- Suport pentru picioarele rotund - Posibilitatea de regla unghiul de inclinare - Posibilitatea de a regla înaltimea spatarului - Suport pe 5 picioruse	- Suport pentru picioarele rotund - Posibilitatea de regla unghiul de inclinare - Posibilitatea de a regla înaltimea spatarului - Suport pe 5 picioruse
2.3	Scaun pentru Asistent	- Posibilitatea de reglare a unghiului de inclinare - Posibilitatea de a regla înaltimea spatarului - Suport pe 5 picioruse	- Posibilitatea de reglare a unghiului de inclinare - Posibilitatea de a regla înaltimea spatarului - Suport pe 5 picioruse
2.4	Masa pentru medic	Masă pentru instrumente stomatologice (de lucru pentru medic) mâner pentru direcționare bord protector suport mobil Specificații tehnice: Masă de service cu sertar dublu compact de top 2 sertare h: max. 11 cm 1 suport (poliță) deschis Mobilitate cu roți silențioase Dimensiuni: maxim 45 x 60 x 82 cm (h)	Masă pentru instrumente stomatologice (de lucru pentru medic) mâner pentru direcționare bord protector suport mobil Specificații tehnice: Masă de service cu sertar dublu compact de top 2 sertare h: max. 11 cm 1 suport (poliță) deschis Mobilitate cu roți silențioase Dimensiuni: maxim 45 x 60 x 82 cm (h)
3.	Autoclav pentru sterilizarea instrument arului stomatologic	Autoclav cu capacitate min. 23 si max. 24 litri, cu încărcătură din față, ce utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale. Caracteristica tehnică: - Clasa de autoclavare - B, S - Alimentare la rețeaua electrică – 220 V, 50 Hz - construcția interioară – din oțel inoxidabil, - exterior – din plastic, - regimuri de sterilizare – min. 4 programe, - control electronic- microprocesor, - să posede imprimantă termică, - monitortizarea procesului – pe ecran LCD sau afișaj LED, - Posibilitate de stocare a informației despre regimurile de lucru în format digital (card de memorie, stic), - Alarmer – acustică vizuală - Ciclu de sterilizare – ciclu de presiune pozitivă, ciclu de vacuum. - Facilități de setare – a ciclului de sterilizare și printarea rezultatelor, - Camera de sterilizare – din oțel - Volum interior – min. 23 și max.24 litri - Gama de temperature – 121-134 grade C, - Teste de lucru – Vaporii instantaneu, Teste B and D, Test Helix, Vacuum test. - Termenul garanție min. 24 luni In cost vor fi incluse: - servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 1 ani - serviciile de instalare a autoclavului - se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea și deservirea utilajului.	Autoclav cu capacitate 23 litri, cu încărcătură din față, ce utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale. Caracteristica tehnică: - Clasa de autoclavare - B, S - Alimentare la rețeaua electrică – 220 V, 50 Hz - construcția interioară – din oțel inoxidabil, - exterior – din plastic, - regimuri de sterilizare – min. 4 programe, - control electronic- microprocesor, - să posede imprimantă termică, - monitortizarea procesului – pe afișaj LED, - Posibilitate de stocare a informației despre regimurile de lucru în format digital (card de memorie, stic), - Alarmer – acustică vizuală - Ciclu de sterilizare – ciclu de presiune pozitivă, ciclu de vacuum. - Facilități de setare – a ciclului de sterilizare și printarea rezultatelor, - Camera de sterilizare – din oțel - Volum interior – 23 litri - Gama de temperature – 121-134 grade C, - Teste de lucru – Vaporii instantaneu, Teste B and D, Test Helix, Vacuum test. - Termenul garanție min. 24 luni In cost vor fi incluse: - servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 1 ani - serviciile de instalare a autoclavului - se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea și deservirea utilajului.
30.	Compresor de aer	Compresor de aer pentru două instalații stomatologice	Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice

	pentru două instalații stomatologice	1. Compresorul oferat trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate; 2. Compresorul dat să asigure cu aer comprimat două instalații stomatologice concomitent; 3. Motor cu 1 fază 50 Hz, minim 1.2 KW, minim 7.6 A; 4. Volumul minim a rezervorului 30 litri; 5. Să fie dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor; 6. Să posede debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 160 NL/min; 7. Nivelul maxim de zgomot 71 DB (A); 8. Dimensiuni maxime 620mm x 460 mm x 720mm +/- 10%; 9. Greutatea (netă) maximală 54 kg; 10. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO; 11. Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă; 12. Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane. 13. Termenul de garanție: minim 3 ani. 14. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani	1. Compresorul oferat trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate; 2. Compresorul dat să asigure cu aer comprimat două instalații stomatologice concomitent; 3. Motor cu 1 fază 50 Hz, minim 1.68 KW, minim 7.6 A; 4. Volumul minim a rezervorului 65 litri; 5. Să fie dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor; 6. Să posede debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 200 NL/min; 7. Nivelul maxim de zgomot 71 DB (A); 8. Dimensiuni maxime 800mm x 350 mm x 720mm; 9. Greutatea (netă) maximală 54 kg; 10. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO; 11. Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă; 12. Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane. 13. Termenul de garanție: minim 3 ani. 14. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani
31.	Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice	Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice 1. Compresorul oferat trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate; 2. Compresorul dat să asigure cu aer comprimat patru instalații stomatologice concomitent; 3. Să fie dotat cu 2 motare cu faza 50 Hz, minim 2.4 KW, minim 15,4 A; 4. Volumul minim a rezervorului 100 litri; 5. Dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor; 6. Debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 320 NL/min; 7. Nivelul maxim de zgomot 73 DB (A); 8. Dimensiuni maxime 1155 mm x 550 mm x 745mm +/- 10% ; 9. Greutatea (netă) maximală 112 kg; 10. Recomandat pentru 4-5 instalații stomatologice; 11. Termenul de garanție: minim 36 luni; 12. Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă; 13. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO; 14. Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane. 15. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani	Compresor de aer pentru cinci instalații stomatologice 1. Compresorul oferat trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate; 2. Compresorul dat să asigure cu aer comprimat patru instalații stomatologice concomitent; 3. Să fie dotat cu 2 motare cu faza 50 Hz, minim 2.4 KW, minim 15,4 A; 4. Volumul minim a rezervorului 90 litri; 5. Dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor; 6. Debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 300 NL/min; 7. Nivelul maxim de zgomot 53 DB (A); 8. Dimensiuni maxime 1100 mm x 480 mm x 900mm; 9. Greutatea (netă) maximală 95 kg; 10. Recomandat pentru 4-5 instalații stomatologice; 11. Termenul de garanție: minim 36 luni; 12. Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă; 13. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO; 14. Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane. 15. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani