

SPECIFICAȚII TEHNICE

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Numărul licitației publice: 21622959, ocds-b3wdp1-MD-1779366660395							Data: 28.05.2026	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: conform condițiilor Anunțului de participare							Lot:	pag. 1 din 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Centrifugă de laborator	DM0412 / Low Speed Centrifuge	China	Dlab	Centrifugă de laborator (fără sistem de răcire). Caracteristici generale 1. Control și afișaj • Setare și afișare digitală directă a forței centrifuge relative (RCF, ×g) și a timpului • RCF maxim: minimum 2500 × g • Setare digitală a timpului de centrifugare • Afișaj lizibil al parametrilor de funcționare 2. Compatibilitate probe și accesorii • Rotor inclus, cu minimum 6 poziții • Adaptoare incluse în ofertă, compatibile cu: • tuburi de sânge tip Vacutainer 5–10 mL • microtuburi 1,5/2 mL 3. Funcții de siguranță • Blocare automată a capacului în timpul funcționării • Sistem de detectare a dezechilibrului • Protecție la supraturare 4. Conformitate și documentație • Certificare CE și declarație de conformitate • Manual de utilizare și documentație tehnică, în limba română sau engleză 5. Garanție, service și mentenanță • Garanție minimă: 12 luni	Centrifugă de laborator (fără sistem de răcire) DM0412 . Caracteristici generale: 1. Control și afișaj • Setare și afișare digitală directă a forței centrifuge relative (RCF, ×g) și a timpului - Da (Afișaj LCD, setare și afișare RCF/timp); • RCF maxim: RCF maxim 2490 × g ; • Setare digitală a timpului de centrifugare - Da ; • Afișaj lizibil al parametrilor de funcționare - Da (LCD display); 2. Compatibilitate probe și accesorii • Rotor inclus, cu minimum 6 poziții - Da (Rotor cu 12 poziții); • Adaptoare incluse în ofertă, compatibile cu: • tuburi de sânge tip Vacutainer 5–10 mL - Da • microtuburi 1,5/2 mL - Da 3. Funcții de siguranță • Blocare automată a capacului în timpul funcționării - Da (Door interlock); • Sistem de detectare a dezechilibrului - Da; • Protecție la supraturare 4. Conformitate și documentație • Certificare CE și declarație de conformitate - Da (Over-speed detector); • Manual de utilizare și documentație tehnică, în limba română sau engleză - Da; 5. Garanție, service și mentenanță • Garanție minimă: 12 luni	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**În calitate de: **Director firmă**Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1****Data: 28.05.2026****Valabilitatea ofertei - 30 zile.**