

# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor prin LP

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul de Medicină Legală**
2. IDNO: **1006601004105**
3. Tip procedură achiziție: **Licitatie Publică**
4. Obiectul achiziției: **Echipamente de laborator (Detector spectrometru de masa pentru sistem HPLC, Autodozator pentru injecție probelor în sistem HPLC, Generator de azot)**
5. Cod CPV: **38433000-9**

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării:  
**Echipamente de laborator (Detector spectrometru de masa pentru sistem HPLC,  
Autodozator pentru injecție probelor în sistem HPLC, Generator de azot)**  
[obiectul achiziției]  
conform necesităților **Centrului de Medicină Legală**, (în continuare – Cumpărător)  
[denumirea autorității contractante]

pentru perioada bugetară **2018**, este alocată suma necesară din: **Bugetul de Stat**.  
[sursa banilor publicii]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

Nr.po zității	C P V	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit de mas	Ca nt.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	38433000-9	<b>Detector spectrometru de masa pentru sistem HPLC</b>  (Instalarea, pornirea, instruirea. Garanție cel puțin 12 luni de la data de darea în exploatarea echipamentului (conform actului corespunzător).	Buc	1	Complet compatibil (la nivel de aparat și program de lucru) cu sistem HPLC Thermo Scientific Ultimate 3000; Tip de detector: detector de masa cu singur cuadrupol; Moduri de scanare: full scan, SIM scan Domeniul de scanare: 10-1250 Dalton Rata de scanare: nu mai puțin 20000 Dalton/sec Diapazonul dinamic de lucru: $\geq 10^7$ Precizie de măsurarea de masa: +/- 0,1 Dalton Stabilitatea de masa în decurs de 48 de ore: <0.1 Dalton; Posibilitatea de depistarea ionilor pozitive decât și ionilor negative; Timpul pentru schimbarea polarității: <25 msec; Etalon pentru calibrarea detectorului integrat; Debit de soluție maximal, care trece spre electrospray: >2 ml/min; Funcție de recunoașterea automată sursei de ionizare; Secție cu vacuum pentru deservirea sursei de ionizare fără ventilației camerei de măsurare; Raportul semnal/zgomot pentru 10 picograme de rezepin (lucru cu ionilor pozitive): $\geq 400:1$ Raportul semnal/zgomot pentru 10 picograme de p-nitrofenol (lucru cu ionilor negative): $\geq 500:1$ Dispozitiv pentru lucru cu ionizarea în electrospray cu temperatura înaltă, cu încălzitor ceramic și cu funcție de schimb rapid.
2	38433000-9	<b>Autodozator pentru injecție probelor în sistem HPLC</b> Instalarea, pornirea, instruirea. Garanție cel puțin 12 luni de la data de darea în exploatarea echipamentului (conform actului corespunzător).	Buc	1	Complet compatibil (la nivel de aparat și program de lucru) cu sistem HPLC Thermo Scientific Ultimate 3000; Tip de injecție probei: prin intermediu de buclă de injecție; Volumul probei injectate: de la 0.01 până la 500 microlitri; Viteza injectării probei: <15 secunde; Injectarea volumului de probă cu precizie: <0.25%; Capacitatea autodozatorului: 3 stative pentru fiole (fiecare stativ conține cel puțin 40 fiole cu volum până la 2 ml); Presiunea maximală în linie de lucru: 620 bar.
3	38433000-9	<b>Generator de azot</b> Instalarea, pornirea, instruirea. Garanție cel puțin 12 luni de la data de darea în exploatarea echipamentului (conform actului corespunzător).			Debit de azot $\geq 32$ L/min; Tensiune alimentare : 230 V ( $\pm 10\%$ vAC) /50-60 Hz; Compesor de aer integrat; Complet de piese pentru conectarea generator cu sistem HPLC/MS Thermo Scientific Ultimate 300;

**Notă: Termenul de garanție la fiecare poziție – minim 12 luni de la darea în exploatare a echipamentului (conform actului corespunzător)**

**6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: la sediul Centrului din momentul semnării contractului timp de 30 zile lucrătoare.**

**7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Oferta	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
2.	Licența de activitate	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
3.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
4.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal	Original sau Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
5.	Informații generale despre ofertant	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
6.	Ultimul Raport Financiar.	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da

**8. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

a) Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco, 8

c) Tel: 022 73 87 33 / 067 744 990

d) Fax: 022 72 74 69

e) E-mail: ion.sandu@ms.md

f) Numele și funcția persoanei responsabile de procedură: Sandu Ion – contab. achizitii.

g) Întrebări tehnice : Botezatu Maia (Șef secție Toxicologie medico-legală)

Tel: 022 72 74 58 / 067 744 936;

**9. Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile. Prețurile să fie menționate pe fiecare poziție pe unitate și pe unități cerute, cu TVA și fără TVA, cât și suma totală cu TVA și fără TVA. Să fie incluse în preț și cheltuielile de transport.

**10. Criteriul de atribuire este:** prețul cel mai scăzut – pe lista întregă.

**11. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile.

**12. Garanția pentru ofertă:** Nu se cere.

**13. Garanția de bună execuție :** 5 % (garanție bancară).

**14. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa : [indicați adresa]**

**15. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei:** 1 987 500 lei.

**Conducătorul grupului de lucru: Valeri Savciuc \_\_\_\_\_**

**L.Ș.**

Ex. I. Sandu  
Tel. 022 73 87 33