

**Anexa 1 Achiziționarea instalației stomatologice combinat cu fotoliu și
compressor, Diplomat Consul DC170, Diplomat Dental, Slovacia
Nr. de înregistrare AMDM: DM000570290**

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință
Masa medicului cu brat autobalansant, dotată cu 5 instrumente cu furtunele pe sus (lungime minim de 90 cm): 1. Seringa Spray/apa/aer 2. Furtun turbina fibra optica 3. Furtun cu micromotor electric, greutate maxim 110g, rotații minim 60-maxim 40.000, torq maxim 2Ncm, nivel zgomot – maxim 40dBA 4. Scaller cu LED cu endo funcție 5. Lampa fotopolimer -tastatură pentru funcțiile unit-ului din partea dreapta cu indicatori led a nivelului de putere setat în % -reglarea apei cu un singur maner pentru toate uneltele -Masa cu tava indoita din inox (181x280 +/- 10%) -Pedala cu apasare -Lampa scialitica LED -Bloc scuiptor cu vas din ceramic -rezervor apă distilată pentru piesele de mână -funcții de umplere pahar și clătire chiuvetă -Aspirație pentru saliva Specificatii tehnice: -Tensiune rețea electrică – 220 ÷ 230 V ± 10% -Frecvență – -Putere maximă la 230V/50 Hz - 400 VA + 10% -Nivel minim coborâre pacient la fotoliu – maxim 385mm -Nivel maxim ridicare pacient la fotoliu – minim 785mm -Înălțimea maximă a instalației stomatologice (inclusiv toate braturile) – maxim 2335 mm Posibilitatea alegerii culorii Cerințe obligatorii: Dispozitivul să fie înregistrat la AMDM Termen de livrare 5 zile de la data semnării contractului Ofertantul să dețină certificate ISO:9001 Minim 2 ingineri calificați pentru deservire cu experiență minim 2 ani, confirmat prin diplomă de la producător.	Masa medicului cu brat autobalansant, dotată cu 5 instrumente cu furtunele pe sus (lungime minim de 90 cm): 1. Seringa Spray/apa/aer 2. Furtun turbina fibra optica 3. Furtun cu micromotor electric Bien AIR MC2 IR, greutate 110g, rotații minim 60-maxim 40.000, torq maxim 2Ncm, nivel zgomot – maxim 50 dBA 4. Scaller cu LED cu endo funcție 5. Lampa fotopolimer -tastatură pentru funcțiile unit-ului din partea dreapta cu indicatori led a nivelului de putere setat în % -reglarea apei cu un singur maner pentru toate uneltele -Masa cu tava indoita din inox (181x280mm) -Pedala cu apasare -Lampa scialitica LED -Bloc scuiptor cu vas din ceramic -rezervor apă distilată pentru piesele de mână -funcții de umplere pahar și clătire chiuvetă -Aspirație pentru saliva Specificatii tehnice: -Tensiune rețea electrică – 220 ÷ 230 V ± 10% -Frecvență – -Putere maximă la 230V/50 Hz - 400 VA -Nivel minim coborâre pacient la fotoliu – maxim 385mm -Nivel maxim ridicare pacient la fotoliu – minim 785mm -Înălțimea maximă a instalației stomatologice (inclusiv toate braturile) – maxim 2335 mm Posibilitatea alegerii culorii - da Cerințe obligatorii: Dispozitivul este înregistrat la AMDM, nr: DM000570290 Termen de livrare 5 zile de la data semnării contractului Certificatul ISO:9001 al GBG-MLD SRL se atașează Diplomele de la producător a 2 ingineri calificați pentru deservire se atașează.