

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21019761/ ocds-b3wdp1-MD-1581921874072					Data: 23.03.2020			Alternativa nr.
Denumirea licitației: Seturi pentru operații cardiochirurgicale și Articole de uz medical pentru Anestezie si Terapie intensiva cardiochirurgie pentru an.2020					<u>Lot/poz: 74, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 89.</u>			Pagina <u>1</u> din <u>6</u>
Nr .	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
74	33100000-1	Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm)	SP-101202	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschisă. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – minim 75 g/m2 • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător.	Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschisă. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – minim 75 g/m2 • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător.	
79	33100000-1	Mască chirurgicală standard	101345	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate.	Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate.	
80	33100000-1	Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți	Amet	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Din material care respiră, pentru a evita formarea condensatului, apte pentru intervenții de lungă durată (cel puțin 7 ore). Grosimea materialului – minim 35 g/m2, rezistente.	Din material care respiră, pentru a evita formarea condensatului, apte pentru intervenții de lungă durată (cel puțin 7 ore). Grosimea materialului – minim 35 g/m2, rezistente.	

82	33100000-1	Halat chirurgical mărime XXL	SG-01202-05	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Din fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin 35 g/m2 repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. Rezistența la penetrare microbiană – nu mai puțin de 1,98 log10. Halatul împreună cu 2 șervețele absorbante pentru mâini plasate în înveliș de celuloză, după care în ambalajul primar. Sterilizare – etilenoxid (obligator). Termen de valabilitate garantat de producător – minim 5 ani.	Din fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin 35 g/m2 repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. Rezistența la penetrare microbiană – nu mai puțin de 1,98 log10. Halatul împreună cu 2 șervețele absorbante pentru mâini plasate în înveliș de celuloză, după care în ambalajul primar. Sterilizare – etilenoxid (obligator). Termen de valabilitate garantat de producător – minim 5 ani.	
83	33100000-1	Halat chirurgical ranforsat XXL	SG-01202-06	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Din fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin 35 g/m2 repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. Rezistența la penetrare microbiană – nu mai puțin de 1,98 log10. Ranforsare: mâneca nu mai puțin de 38 cm, față – nu mai puțin de 90 cm din înălțime. Ranforsare cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %, impermeabilitate 100% în zona ranforsată. Halatul împreună cu 2 șervețele absorbante pentru mâini plasate în înveliș de celuloză, după care în ambalajul primar. Sterilizare – etilenoxid (obligator). Termen de valabilitate garantat de producător – minim 5 ani.	Din fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin 35 g/m2 repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. Rezistența la penetrare microbiană – nu mai puțin de 1,98 log10. Ranforsare: mâneca nu mai puțin de 38 cm, față – nu mai puțin de 90 cm din înălțime. Ranforsare cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %, impermeabilitate 100% în zona ranforsată. Halatul împreună cu 2 șervețele absorbante pentru mâini plasate în înveliș de celuloză, după care în ambalajul primar. Sterilizare – etilenoxid (obligator). Termen de valabilitate garantat de producător – minim 5 ani.	

	33100000-1			Compoență inclusă în set: 1.cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (±2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (±2 cm), fortificat – 1 buc., - Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85 cm (±5 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 2. ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±2 cm) – 6 buc., - Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMMMS. 3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (±2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (±2 cm) – 1buc., - Compus din 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. 4.sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (±2 cm)– 1 buc., - Transparent, cu lipici, detașabil. 5. - manjetă impermeabilă – 1 buc - Compusă din 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere si împunsături • cu manjetă de poliester • lungime 50 cm (±2 cm). 6. - mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 2 perechi; N7; N7,5; N8– câte 4 perechi - • fără pudră • rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 µg/g • AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7. - Husă mâiner lampă chirurgicală – 2 bucăți. 8. susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., - Cu lipici, detașabil. 9. bahile perechi, minim 35x30 cm (±2 cm) – 1 pereche, - Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10. Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc., - Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil,	Compoență inclusă în set: 1.cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (±2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (±2 cm), fortificat – 1 buc., - Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85 cm (±5 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 2. ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±2 cm) – 6 buc., - Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMMMS. 3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (±2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (±2 cm) – 1buc., - Compus din 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. 4.sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (±2 cm)– 1 buc., - Transparent, cu lipici, detașabil. 5. - manjetă impermeabilă – 1 buc - Compusă din 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere si împunsături • cu manjetă de poliester • lungime 50 cm (±2 cm). 6. - mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 2 perechi; N7; N7,5; N8– câte 4 perechi - • fără pudră • rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 µg/g • AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7. - Husă mâiner lampă chirurgicală – 2 bucăți. 8. susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., - Cu lipici, detașabil. 9. bahile perechi, minim 35x30 cm (±2 cm) – 1 pereche, - Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10. Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc., - Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil,
--	------------	--	--	---	---

	33100000-1			1. cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (± 2 cm), fortificat – 1 buc., - Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85 cm (± 5 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m². 2. ștergare pentru mâini, minim 20x25 cm (± 2 cm) – 8 buc - Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (± 2 cm)– 1buc., - Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H₂O. 4. sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (± 2 cm) – 1 buc., - Transparent, cu lipici, detașabil. 5. - manjetă impermeabilă – 1 buc. - Compusă din minim 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere si împunsături • cu manjetă elastică de poliester • lungime 50 cm (± 2 cm). 6. - mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 2 perechi; N7; N7,5; N8– câte 4 perechi - • fără pudră • rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g • AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7. - Husă mîiner lampă chirurgicală – 2 bucăți. 8. susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., - Cu lipici, detașabil. 9.bahile perechi, minim 35x30 cm (± 2 cm)– 1 pereche, - Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10. Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (± 2 cm) – 2 buc., - Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil,	1. cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (± 2 cm), fortificat – 1 buc., - Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85 cm (± 5 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m². 2. ștergare pentru mâini, minim 20x25 cm (± 2 cm) – 8 buc - Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (± 2 cm)– 1buc., - Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H₂O. 4. sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (± 2 cm) – 1 buc., - Transparent, cu lipici, detașabil. 5. - manjetă impermeabilă – 1 buc. - Compusă din minim 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere si împunsături • cu manjetă elastică de poliester • lungime 50 cm (± 2 cm). 6. - mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 2 perechi; N7; N7,5; N8– câte 4 perechi - • fără pudră • rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g • AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7. - Husă mîiner lampă chirurgicală – 2 bucăți. 8. susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., - Cu lipici, detașabil. 9.bahile perechi, minim 35x30 cm (± 2 cm)– 1 pereche, - Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10. Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (± 2 cm) – 2 buc., - Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil,	
--	------------	--	--	--	--	--

89	33100000-1	Câmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (± 5 cm)	SP-255125	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschisă. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 40 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm² (apr. 140-150 ml lichid), grosimea stratului absorbant – minim 80 g/m² • strat adeziv aplicat strict pe 1 bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma camere cu aer. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor nu mai mare de 2,6 log10. Prezentarea obligatorie a documentelor tehnice de la producător care confirmă grosimea materialului, capacitatea de absorbție și de formare a scamelor.	Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschisă. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 40 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm² (apr. 140-150 ml lichid), grosimea stratului absorbant – minim 80 g/m² • strat adeziv aplicat strict pe 1 bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma camere cu aer. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor nu mai mare de 2,6 log10. Prezentarea obligatorie a documentelor tehnice de la producător care confirmă grosimea materialului, capacitatea de absorbție și de formare a scamelor..	CE/ISO
----	------------	---	-----------	--------	----------------------	---	--	--------

Semnat:

Numele, prenumele: **Boris GRANACI**

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com