

Numărul procedurii de achiziție 21037081 din 31 martie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: *Consumabilelor si reagentilor de laborator de tip deschis Repetat, pentru anul 2021, conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Mosneaga"*

Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		<b>Lot Nr. 1 Specificații standard pentru investigații imunologice</b>						
33100000-1	1.1.	<b>Lot 1.1</b> Test Anti-ds DNA	ORG604	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.2.	<b>Lot 1.2.</b> Test ANA (Anticorpii Anti Nucleari)	ORG538	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.3.	<b>Lot 1.3</b> Test Anti-MPO (p-Anticorpii citoplasmatici anti neutrofile)	ORG 519	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.4.	<b>Lot 1.4</b> Test Anti-PR3 (c-Anticorpii citoplasmatici anti neutrofile)	ORG518	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.5.	<b>Lot 1.5</b> Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM	ORG529	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.6.	<b>Lot 1.6</b> Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM	ORG515	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.7.	<b>Lot 1.7</b> Test Anti-SS-A	ORG508	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.8.	<b>Lot 1.8.</b> Test Anti-SS-B	ORG509	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.9.	<b>Lot 1.9</b> Test Anti-Scl-70	ORG512	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.10.	<b>Lot 1.10</b> Test Anti sm/RNP	ORG511	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.11.	<b>Lot 1.11</b> Test Anti Centromere B	ORG633	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.12.	<b>Lot 1.12</b> Test Anticorpii Anti – Mitochondriali	ORG516	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.13.	<b>Lot 1.13</b> Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG	3703	Germania	AESKU	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
33100000-1	1.14.	<b>Lot 1.14</b> Test Anti CCP	ORG601	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, conform ord. MS RM Nr.701 din 18.10.2010. Vor fi incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ISO, CE
		<b>Lotul 2 Anticorpi IgE specifici</b>						

33100000-1	2	<b>Lot 2.</b> Anticorpi IgE specific anti-septonest	c68	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop, pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-septonest</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	3	<b>Lot 3.</b> Anticorpi IgE specific anti-lidocain	c82	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-lidocain</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	4	<b>Lot 4.</b> Anticorpi IgE specific anti-scandonest	c88	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-scandonest</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	6	<b>Lot 6.</b> Anticorpi IgE specific anti-ultracain	c68	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-ultracain (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-ultracain</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	7	<b>Lot 7.</b> Anticorpi IgE specific anti-adrenalin	c196	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-adrenalin (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-adrenalin</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE

33100000-1	8	<b>Lot 8.</b> Anticorpi IgE specific anti dexametazon	c125	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-dexametazon (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-dexametazon</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	9	<b>Lot 9.</b> Anticorpi IgE specific anti-lincomicin	c115	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-lincomicin (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-lincomicin</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	11	<b>Lot 11.</b> Anticorpi IgE specific anti-atropin	c206	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-atropin (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-atropin</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	19	<b>Lot 19.</b> Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen	c172	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	20	<b>Lot 20.</b> Anticorpi IgE specific anti-bupivacain	c89	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utilizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-bupivacain</b> , 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE

33100000-1	28	<b>Lot 28.</b> Anticorpi IgE specific anti-ceftriaxon	C55	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-ceftriaxon (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utulizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-ceftriaxon, (Cephalosporine)</b> 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE
33100000-1	30	<b>Lot 30.</b> Anticorpi IgE specific anti-cefazolin	c55	Germania	Dr Fooke	"Anticorpi IgE specific anti-cefazolin (un set = 192teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) sau Metoda CAST ELISA; set 192 teste; vezi cerinte generale, să fie incluse controlale cu valori minime si maxime, de asemeni sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativa a sulfidoleucotrenelor; reagenti pentru izolarea si stimularea celulelor ( silutie de dextran, bufer de stimulare cu IL3, control de stimulare anti IgE receptor Ab si fMLP) , recombinant C5a uman. Setul sa poata fi utulizat atit cu alergeni standard, cit si alergeni din alte surse. "	<b>Anticorpi IgE specific anti-cefazolin, (Cephalosporine)</b> 192 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: <b>0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit</b> , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) <b>076000PQ</b> Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves <b>07001</b> Positive Control for specific IgE, <b>07002</b> Negative Control for specific IgE,	ISO, CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

*Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chişinău, str. Tighina, 65, of. 607*