

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|------------------|
| Numărul licitației: | ocds-b3wdpl-MD-1605167138292 | Data: „18” decembrie 2020 | Alternativa nr.: |
| Denumirea licitației: | Consumabile medicale și materiale de sutură pentru anul 2021 | Lot: 5,6,24,114,115 | Pagina: din |

| Cod CPV | Nr. lot | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---------|---|--|-----------------|---|---|--|------------------------|
| 33140000-3 | 5 | Tub endotraheal Nr. 7,5 | Standard Endotracheal Tube Nr.7,5 | China | Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5 | CE |
| 33140000-3 | 6 | Tub endotraheal Nr. 8,0 | Standard Endotracheal Tube Nr.8 | China | Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0 | CE |
| 33140000-3 | 24 | Mască pentru inhalare de O2 | Simple Oxygen Mask | China | Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd | Transparentă, pentru adulți, marime XL, de unică folosință, sterilă | Material PVC, Size: XL (Adult Elongated), with elastic strap, with adjustable nose clip, with 2.1m oxygen tubing | CE |
| 33140000-3 | 114 | Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri | Rulou pentru sterilizare, termosigelant 200mm x 200m | Turcia | Medster Tibbi Cihaz ve Saglik Hizmetleri Ltd. | – Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la | – Pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 ° | CE |
| 33140000-3 | 115 | Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri | Rulou pentru sterilizare, termosigelant 250mm x 200m | Turcia | Medster Tibbi Cihaz ve Saglik Hizmetleri Ltd. | – Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la | – Pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 ° | CE |
| | | TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: ICS "Farmina" SRL Adresa: mun. Chişinău, str. Ciocana 8/1