

S.R.L.”AZICA-GRUP”

mun. Chişinău, str. Independenţei 10/4,ap 97 telmobil+373/69215630,email:dorinbreahna@gmail.com

n/o	SPECIFICATII TEHNICE						
	Numărul licitaţiei: LP nr. <i>publică- ocde-b3wdp1-MD-1744791044600 din 16.04.2025 Achiziţionarea dispozitivelor medicale conform necesităţilor IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească</i>						
Cod CPV	Denumirea poziţiei	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificaţia tehnică propusă de operatorul economic	Standarte de referinţe
3310 0000 -1	Teste pentru identificarea Troponinei-T.	VivaDia g POCT Multifunction Meter VIM220 H	China	Viva Chek	Teste pentru identificarea Troponinei-T. termen de valabilitate cel puţin 2 ani." Operatorul economic va asigura cu 22 de Analizatoare Imunofluorescent pentru identificarea Troponinei-T.cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă sau echivalentă. . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare ≤ 50 ng/mL. . Să ghideze utilizatorului pas cu pas. . Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. „Capacitate de testare: test cu test, opţional”. . Memorie de stocare de cel puţin 1000 investigaţii. „Display LCD, TFT sau LED”. - Imprimantă încorporată termică sau cu posibilitatea de a conecta la o imprimantă externă”. . Greutatea de până la 2 kg. . Potrivit pentru utilizarea în	Teste pentru identificarea Troponinei-T. termen de valabilitate cel puţin 2 ani." Operatorul economic va (oferi)asigura cu 22 de Analizatoare Imunofluorescent pentru identificarea Troponinei-T.cu titlu gratuit. (Brosura atasata)- Corespunde Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent-Corespunde . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă sau echivalentă.- Corespunde . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare ≤ 50 ng/mL.(Se gaseste in brosură)- Corespunde . Să ghideze utilizatorului pas cu pas.(Se gaseste in brosură)- Corespunde . Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim.(Se gaseste in brosură)- Corespunde „Capacitate de testare: test cu test, opţional”. . Memorie de stocare de cel puţin 1000 investigaţii.(Se gaseste in brosură)- Corespunde „Display LCD, TFT sau LED”.(Se gaseste in brosură)- Corespunde	CE ISO

					autoambulanțe. . Alimentare: Baterie reîncărcabilă. . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz. . Se includă teste pentru verificarea calității testării. „Dotat cu geantă/husă de transportare, opțional”. . Garanție de 12 luni. . Instruirea personalului de către persoane autorizate.	Imprimantă încorporată termică sau cu posibilitatea de a conecta la o imprimantă externă”.-Corespunde . Greutatea de până la 2 kg./ 165 grame . Potrivit pentru utilizarea în autoambulanțe. . Alimentare: Baterie reîncărcabilă.(Se gaseste in broșura)-Corespunde . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz.(Se gaseste in broșura)-Corespunde . Se includă teste pentru verificarea calității testării.-Corespunde „Dotat cu geantă/husă de transportare, opțional”. Prezent -Corespunde . Garanție de 12 luni. . Instruirea personalului de către persoane autorizate.	

Data completării 06/05/2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Breahna Dorin Funcția: Director
Denumirea operatorului economic Azica Grup SRL
IDNO al operatorului economic 1006600028430