

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1760617131475 din 16.10.2025 ,						
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive de producere a gazelor medicale						
Denumire a bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Stan- dard e de referi- nță
Lot 18. Reductor pentru butelii de oxigen	Reductor pentru butelie de oxigen medical 200 / 0-25 lit/min	China	Ningbo Kimpin Industrial Pte LTD	Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire $4,5 \pm 0,5$ bar; Interconectare butelie-reductor G3/4". Corespunde 93/42/EEC, EN ISO 10524-1, EN 1789 Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Reductor pentru butelie de oxigen medical 200 / 0-25 lit/min cu următoarele specificații tehnice: • Presiune de intrare: 200 bar • Presiune de ieșire: 0 – 25 lit/min • Conexiunea de intrare – W 3/4 x1/14 ^a • Racord ieșire G1/4" Caracteristici: • supapa cu bile, pentru închiderea rapidă și sigură a gazului. • Manometru cu diametru de 63 mm pentru o citire ușoară a indicațiilor; • dotate • Presiune și debit de lucru constant; • filtru metalic sintezat în corp comun cu supapa, face posibilă protejarea supapei împotriva pătrunderii eventualelor impurități. Corespunde 93/42/EEC, EN ISO 10524-1, EN 1789 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 6 luni după instalare piesei	

Semnat: Autorizat Numele, Prenumele: **Galbur Igor** În calitate de: **manager vanzari**

Oferantul: **ACSEAL GAZ SRL** Adresa: mun.Chisinau str. Padurii 13

30.10.2025