



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21627497 din 02.07.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 23)

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1					
Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	U0002	IHC MEDIKAL A.S.	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Da, „U0002” Tip pacient adult Da, „U0002” Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da, „U0002” Funcționalități poziționare sedentară Da, „U0002” poziționare Trendelenburg Da, „U0002” poziționare anti-Trendelenburg Da, „U0002” Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Da, „U0002” Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Da, „U0002” Poziționare CPR electric (auto-CPR) Da, „U0002”	DM000568666

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

		Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spatează ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Da, „U0002” Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Da, „U0002” Spătarul reglabil ≥ 70 grade Da, „U0002” Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Da, „U0002” Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spatează ≥ 250 kg Da, „U0002” Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Da, „U0002” Rotile Diametru ≥ 15 cm Da, „U0002” Sistem de blocare central pentru toate roțile Da, „U0002” blocarea roților în o singură direcție Da, „U0002” Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Da, „U0002” Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Da, „U0002” Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Da, „U0002” Alimentare 220 V, 50 Hz Da, „U0002” Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Da, U0018.S „U0002” Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit Da, W1 „U0002”	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Lot 2					
Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar	U0002	IHC MEDIKAL A.S.	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar Cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil electric ≥ 70 grade Cântar încorporat obligatoriu Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar Cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Da, „U0002” Tip pacient adult Da, „U0002” Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da, „U0002” Funcționalități poziționare sedentară Da, „U0002” poziționare Trendelenburg Da, „U0002” poziționare anti-Trendelenburg Da, „U0002” Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Da, „U0002” Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Da, „U0002” Poziționare CPR electric (auto-CPR) Da, „U0002” Spătarul reglabil electric ≥ 70 grade Da, „U0002” Cântar încorporat obligatoriu Da, „U0002” Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Da, „U0002” Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 250 kg Da, „U0002” Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Da, „U0002” Rotile Diametru ≥ 15 cm Da, „U0002” A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Da, „U0002” Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Da, „U0002”	DM000568666

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit fabricat din spumă poliuritanică obligatoriu grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Da, „U0002” Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Da, „U0002” Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Da, „U0002” Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Da, „U0002” Alimentare 220 V, 50 Hz Da, „U0002” Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Da, „U0002” Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit fabricat din spumă poliuritanică obligatoriu Da, „U0002” grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Da, U0018.S „U0002” Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit Da, W1 „U0002”	
Lot 3					
Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	U0002	IHC MEDIKAL A.S.	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Da, „U0002”	DM000568666

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea lavabila ortopedică inclusă	Tip pacient adult Da, „U0002” Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da, „U0002” Funcționalități poziționare sedentară Da, „U0002” poziționare Trendelenburg Da, „U0002” poziționare anti-Trendelenburg Da, „U0002” Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Da, „U0002” Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Da, „U0002” Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Da, „U0002” Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Da, „U0002” Sistem de blocare la minim 2 rotile Da, „U0002” Parapete de protecție laterale da Da, „U0002” Extensia lungimii patului opțională Da, „U0002” Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Da, „U0002” Cintar electronic pacient da Da, „U0002” Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Da, „U0002” Alimentare 220 V, 50 Hz Da, „U0002” Saltea lavabila ortopedică inclusă Da, U0018 „U0002”	
--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Anexa nr. 23

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21627497 din 02.07.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 23)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	1	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	buc	33	20 893,00	25 071,60	689 469,00	827 362,80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;	Conform SIA RSAP
	2	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar	buc	3	49 666,00	59 599,20	148 998,00	178 797,60		
	3	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	buc	60	32 866,00	39 439,20	1 971 960,00	2 366 352,00		
TOTAL							2 810 427,00	3 372 512,40		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.