

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1693229429244 12.09.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale pentru Secția Anestezie și Reanimare pentru anul 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu trei lumene	buc	100	218,00	235,44	21800,00	23544,00		
2	Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu doua lumene	buc	150	192,80	208,22	28920,00	31233,60		
3	Filtre antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	buc	300	10,79	12,95	3237,00	3884,40		
12	Bugiu pentru intubare	buc	5	340,00	408,00	1700,00	2040,00		
17	Filtre bactericid pentru trahioetama (nas artificial	buc	50	17,90	21,48	895,00	1074,00		
19	Pansament hidrocoloidal	buc	10	192,00	207,36	1920,00	2073,60		
21	Spirometru cu 3 bile	buc	20	68,00	81,60	1360,00	1632,00		
30	Masca pentru anestezie N 3	buc	20	64,80	20,00	1296,00	400,00		
31	Masca pentru anestezie N 4	buc	20	64,80	20,00	1296,00	400,00		
32	Masca pentru anestezie N 5	buc	10	64,80	20,00	648,00	200,00		
36	Saltea antiescara	buc	7	899,00	1078,80	6293,00	7551,60		
	TOTAL					69365,00	74033,20		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1693229429244 12.09.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale pentru Secția Anestezie și Reanimare pentru anul 2023

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu trei lumene	FV-3726	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 30 cm 4. cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G 16 – 18 cu valva. 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Diametrul fiecarui lumen Minim 16G maxim 18G 8. Lungimea cateterului minim 20-maxim 30 cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral triluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitate la piele	1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 30 cm 4. cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G 16 – 18 cu valva. 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Diametrul fiecarui lumen Minim 16G maxim 18G 8. Lungimea cateterului minim 20-maxim 30 cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral triluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitate la piele	CE/ISO
2	Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu doua lumene	FV-2728	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 30 cm 4. cm cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G16 – 18 cu valva 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Cateter G 14-16 8. Lungimea cateterului minim a 20-maxim 30 cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitate la piele	1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 30 cm 4. cm cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G16 – 18 cu valva 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Cateter G 14-16 8. Lungimea cateterului minim a 20-maxim 30 cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitate la piele	CE/ISO

3	Filtre antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Elite 140 201	Turcia	Plasti Med	1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH₂O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH₂O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H₂O/L, 7. port Luer p/proba de CO₂ 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component	1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH₂O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH₂O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H₂O/L, 7. port Luer p/proba de CO₂ 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component	CE/ISO
12	Bugiu pentru intubare	S-Guide 33-90-650-1	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	1. Facilitează intubarea traheală în cazul când vizualizarea epiglotei este dificilă 2. Dimensiunile cateter 14 Fr 3. Lungime cateter minim 70 cm 4. Diametrul interior cateter minim 3.0 mm 5. Cateterul are vârful angulat, cu orificii la capătul distal 6. Cateterul va fi prevăzut cu marcaje la fiecare centimetru 7. Cateterul radioopac 8. Setul va conține 9. Cateter de intubație x1 buc. 10. Canulă rigidă x 1 buc.	1. Facilitează intubarea traheală în cazul când vizualizarea epiglotei este dificilă 2. Dimensiunile cateter 15Fr 3. Lungime cateter minim 70 cm 4. Diametrul interior cateter minim 3.0 mm 5. Cateterul are vârful angulat, cu orificii la capătul distal 6. Cateterul va fi prevăzut cu marcaje la fiecare centimetru 7. Cateterul radioopac 8. Setul va conține 9. Cateter de intubație x1 buc. 10. Canulă rigidă x 1 buc.	CE/ISO
17	Filtre bactericid pentru trahiostoma (nas artificial)	ZF 051	China	SZMD Co, LTD	1. Filtru bactericid cu posibilitatea de conexiune la trahiostoma marimea 15mm 2. Port lateral cu posibilitatea conectarii la sursa de O₂ 3. Ambalat Steril, de unica folosinta 4. Utilizat la pacientii cu respiratie spontana la trahiostoma care creaza presiune pozetiva fiziologica in caile aeriene	1. Filtru bactericid cu posibilitatea de conexiune la trahiostoma marimea 15mm 2. Port lateral cu posibilitatea conectarii la sursa de O₂ 3. Ambalat Steril, de unica folosinta 4. Utilizat la pacientii cu respiratie spontana la trahiostoma care creaza presiune pozetiva fiziologica in caile aeriene	CE/ISO
19	Pansament hidrocoloidal	Hidrocoloidal dressing	China	Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd	Destinat pentru tratamentul escarielor pansament absorbant autoadeziv cu hidrocoloid impermeabil pentru organisme si apa Hidrocoloidul se transforma in gel la contactul cu exsudatul din plaga cu un strat superior semipermeabil dimensiunile minime 5x5 cm 10x10 stoc egal, ambalat steril	Destinat pentru tratamentul escarielor pansament absorbant autoadeziv cu hidrocoloid impermeabil pentru organisme si apa Hidrocoloidul se transforma in gel la contactul cu exsudatul din plaga cu un strat superior semipermeabil dimensiunile minime 5x5 cm 10x10 stoc egal, ambalat steril	CE/ISO

21	Spirometru cu 3 bile	LB1810	China	Ningbo MFlab Medical Instruments Co., Ltd	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, penru inspir profund. 3 cameral 3 cameral +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, penru inspir profund. 3 cameral 3 cameral +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala	CE/ISO
30	Masca pentru anestezie N 3	35-40-203	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Masca pentru anestezie N 3	Masca pentru anestezie N 3	CE/ISO
31	Masca pentru anestezie N 4	35-40-204	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Masca pentru anestezie N 4	Masca pentru anestezie N 4	CE/ISO
32	Masca pentru anestezie N 5	35-40-205	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Masca pentru anestezie N 5	Masca pentru anestezie N 5	CE/ISO
36	Saltea antiescara	28566	China/Italia	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd./GIMA	Saltea antiescara	Saltea antiescara	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**