

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1669651206103](#) 21068401

Denumirea procedurii de achiziție:

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei pentru anul 2022 (listă suplimentară 25)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ultrasonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă	E CUBE 8 Diamanod	Korea	Alpinion	Ultrasonograf , Cardiac, Vascular, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE Cardiac, Vascular PROBE PORTURI ≥ 2 PROBE TIP, MHz Linear 1-8 MHz Multifrequency Pentru ambele sonde Phased/Vector 2-5 Convex Single Cristal 1,5 5 MHz Numărul de Elemente ≥ 192 Endovaginal 3-12 MHz Numărul de Elemente ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 120 000 GAMA DINAMICA ≥ 250 dB Adâncimea de scanare ≥ 35 cm PORT PENTRU CONECTARE ECG da MODURI de Scanare M-mod și 2-D mod da M-mod color da	Ultrasonograf , Cardiac, Vascular, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE Cardiac, Vascular PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3-12 MHz (L3-12H) Multifrequency Pentru toate sonde Phased/Vector 1-5 (P1-5CT) Convex Single Cristal 1-6 MHz (SC1-6H) Numărul de Elemente 192 Endovaginal 3-10 MHz (EV3-10T) Numărul de Elemente 128 NIVELE DE GRI 256 PREPROCESARE, canale digitale 786 432 GAMA DINAMICA 250 dB Adâncimea de scanare 40 cm PORT PENTRU CONECTARE ECG da MODURI de Scanare M-mod și 2-D mod da M-mod color da	

			Harmonic imaging da CW Doppler da B-low angio da Phased Array inversedHormonis da DOPPLER Tip CWD, PW, CFM, Tisular Afişare frecvență da Afişare viteză da Duplex da Triplex da Power Doppler da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil Focalizare de transmisie justabilă Focalizare de recepție dinamică PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500 GB USB da Cine da DICOM 3.0 da MONITOR integrat de control ≥ 10" PACHETE DEANALIZĂ Cardiac da Vascular da Strain Rate da Altele da Posibilitatea efectuării UP Grade MONITOR marime ≥ 10" Divizare monitor Printer incorporat Printer Alb/Negru încorpoart Da	Harmonic imaging da CW Doppler da B-low angio da Phased Array inversedHormonis da DOPPLER Tip CWD, PW, CFM, Tisular Afişare frecvență da Afişare viteză da Duplex da Triplex da Power Doppler da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil Focalizare de transmisie justabilă Focalizare de recepție dinamică PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate 1 TB USB da Cine da DICOM 3.0 da MONITOR integrat de control 12" PACHETE DEANALIZĂ Cardiac da Vascular da Strain Rate da Altele da Posibilitatea efectuării UP Grade MONITOR marime 19" Divizare monitor Printer incorporat Printer Alb/Negru încorpoart Da	
--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău