

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737467239539 din 27 ian 2025, 10:00 - 3 febr 2025, 11:00

Obiectul achiziției: Servicii de deservire dispozitivelor medicale pentru a.2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
9	5040000 0-9	Lotul-9. Unitate radiologică mobilă cu braț C	-	-	-	Unitate radiologică mobilă cu braț C. Modelul Ziehm Solo FO. Anul de producere 2020. Menținerea preventivă conform manualului de service. Upgrade la sistemul software din contul ofertantului.	<p>Unitate radiologică mobilă cu braț C. Modelul Ziehm Solo FO. Anul de producere 2020. Menținerea preventivă conform manualului de service. Upgrade la sistemul software din contul ofertantului.</p> <p>Vor fi respectate cerințele suplimentare:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; În caz de urgență, specialistul se va prezenta la autoritatea contractantă timp de min 30 minute - maxim 3-4 ore; Executorul se obligă: <ul style="list-style-type: none"> Să efectueze controlul parametrilor tehnici; Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic; Să efectueze menținerea preventivă, corectă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale; Să îndeplinească formulare-model (fișa de menținere, jurnalul de gardă) după fiecare intervenție la dispozitiv; Să instruiască personalul medical în privința exploatării corecte aparatului medical. În prețul deservirii vor fi incluse: <ul style="list-style-type: none"> lucrări de complicație joasă: menținerea periodică, menținerea preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale; lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu; montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea parametrilor; lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice 	-

								ale dispozitivelor medicale; - piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă și asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic.	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**